

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ. Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
(Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος)**

Άγιος Νικόλαος 08/01/2019
Αρ.πρωτ. Δ.Σ. 32

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Κοινή Διοικήτρια του Γ.Ν.Λασιθίου- Γ.Ν.-ΚΥ Νεαπόλεως “Διαλυνάκειο” έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ.πρωτ. 32/08-01-2019 αναφορά του Οικονομικού Τμήματος της Οργανικής Μονάδας Έδρας Αγίου Νικολάου σχετικά με θέμα “Αλλαγή εγγράφων σύμβασης και παράταση καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής προσφορών και αποσφράγισης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Συστήματος Υπερηχοκαρδιογραφίας Σύγχρονης Τεχνολογίας για την ΑΟΜ Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου-Γ.Κ.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»”
2. Η με αρ. 764/29-11-2018 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία μεταξύ άλλων εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του παραπάνω διαγωνισμού.
3. Η με αρ. πρωτ. 11758/19-12-2018 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού.
4. Το από 03/01/2019 έγγραφο της εταιρίας GE Healthcare A.E, με το οποίο ζητά να της παρασχεθεί διευκρίνιση επί των τεχνικών προδιαγραφών της οικείας διακήρυξης.
5. Το με αρ. 39/07-01-2019 απαντητικό έγγραφο της επιτροπής σύνταξης των Τεχνικών Προδιαγραφών από την ΑΟΜ Σητείας.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ. 147 Α) , και ιδιαίτερα τα αρ. 60 παρ. 3, 27 παρ. 1.
7. Τους γενικούς κανόνες του μη περιορισμού του ανταγωνισμού, της ισότιμης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, της τήρησης της διαφάνειας, της αρχής της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Παρέχεται η εξής διευκρίνιση σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Β της οικείας διακήρυξης και συγκεκριμένα την Τεχνική Προδιαγραφή:

<p>Ηχωκαρδιογραφία αντίθεσης (Contrast Harmonic Imaging)</p>	<p>ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Για την απεικόνιση της αριστερής κοιλίας , να λειτουργεί και κατά την διάρκεια του stress echo .</p>
---	--

Στο ερώτημα εάν η εν λόγω ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ζητούμενη τεχνική θα πρέπει να προσφέρεται στη βασική σύνθεση (εφόσον διατίθεται από το προσφερόμενο μηχάνημα) ή θα πρέπει να προσφέρεται προς επιλογή, διευκρινίζεται ότι η _δυνατότητα για Ηχοκαρδιογραφία Αντίθεσης θα πρέπει να προσφέρεται προς επιλογή.

2. Παρατείνεται η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ώστε να λάβουν γνώση εγκαίρως όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς.

- Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η **23/01/2019**
Ημέρα: Τετάρτη και Ώρα: 15:00 μ.μ.
- Νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η **24/01/2019** Ημέρα:
Πέμπτη και Ώρα: 10:30 π.μ.

Η Διοικήτρια

Σπινθούρη Μαρία

Εσωτερική Διανομή
Οικονομικό Τμήμα ΓΝΑΝ