

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**7<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ**  
**Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ**  
**«Διαλυνάκειο»**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΠΔΔ Γ.Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ**  
**Γ.Ν.ΚΥ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24/17-9-2019**

Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα 17-9-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10,30π.μ. ύστερα από την με αρ.πρωτ. 1871/13-9-2019 πρόσκληση της Προέδρου, συνεδρίασε εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία <<Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου – Γ.Ν.-ΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»>>.

Στην συνεδρίαση προεδρεύει η Κοινή Διοικήτρια κ.Σπινθούρη Μαρία και παρίστανται ο Αντιπρόεδρος κ.Μιχελάκης Εμμανουήλ Αναπληρωτής Διοικητής της Α.Ο.Μ.Σητείας, τα τακτικά μέλη Αρακαδάκης Γεώργιος Αναπληρωτής Διοικητής της Α.Ο.Μ.Ιεράπετρας, Βασιλαράς Ηλίας Αιρετός Εκπρόσωπος Ιατρών και Μανουσάκης Γεώργιος Αιρετός Εκπρόσωπος των λοιπών Εργαζομένων και τα αναπληρωματικά μέλη Παντιέρας Νικόλαος Αναπληρωτής Διοικητής Γ.Ν.-ΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» και Μπλέτσα Σταυρούλα.

Στην συνεδρίαση παρίσταται η Γραμματέας του ΔΣ Κουμάκη Μαρία.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 644**

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>: Έγκριση σκοπιμότητας, διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, ανοικτού άνω του ορίου διαγωνισμού (διεθνής) προμήθειας Διατάξεων νεφρικής υποστήριξης και Φίλτρων-Ανταλλακτικών για τις ανάγκες της Μ.Τ.Ν. της Ο.Μ. Έδρας-Άγιος Νικόλαος του Γ.Ν. Λασιθίου, έγκριση τευχών διακήρυξης και ορισμός επιτροπής αποσφράγισης-αξιολόγησης.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την με αρ.πρωτ.1870/13-9-2019 αναφορά της Οικονομικής Υπηρεσίας της Ο.Μ.Έδρας Αγίου Νικολάου σχετικά με έγκριση σκοπιμότητας, διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, ανοικτού άνω του ορίου διαγωνισμού (διεθνής) προμήθειας Διατάξεων νεφρικής υποστήριξης και Φίλτρων-Ανταλλακτικών για τις ανάγκες της Μ.Τ.Ν. της Ο.Μ. Έδρας-Άγιος Νικόλαος του Γ.Ν. Λασιθίου.
2. Το με αρ. πρωτ. 8050/30-08-2019 έγγραφο του ορισθέντα υπευθύνου σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Διατάξεων Νεφρικής Υποστήριξης κ. Μαυρικάκη Γεώργιο, Διευθυντή της Μ.Τ.Ν. της Ο.Μ. Έδρας-Άγιος Νικόλαος με τον τελικό πίνακα των ειδών κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών με κωδικό 19DIAB000005509.
3. Τις από 24/06/2019 & 09/08/2019 τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας για την προμήθεια Φίλτρων κατακράτησης σωματιδίων για τον καθαρισμό του διαλύματος για FRESINIUS 5008-S και Μικροβιοκρατών Φίλτρων 400HOUR και 600HOUR συμβατά με μηχανήματα BELLCO FORMULA THERAPY.
4. Την κείμενη νομοθεσία.
5. Την εισήγηση της Προέδρου του και την διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του.

## ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει την σκοπιμότητα της προμήθειας Διατάξεων νεφρικής υποστήριξης και Φίλτρων-Ανταλλακτικών για τις ανάγκες της Μ.Τ.Ν. της Ο.Μ. Έδρας Αγίου Νικολάου του Γ.Ν. Λασιθίου προϋπολογισθείσας δαπάνης 322.010,00 πλέον Φ.Π.Α.
2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, που συντάχθηκαν από τον ορισθέντα υπεύθυνο για τις Διατάξεις Νεφρικής Υποστήριξης και την Τεχνική Υπηρεσία για τα φίλτρα-ανταλλακτικά της Μ.Τ.Ν., ως εξής:

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΡΑΤΕΣ ΦΙΛΤΡΑ  
400HOUR ΚΑΙ 600HOUR ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  
BELLCO FORMULA THERAPY**

Στον ακόλουθο πίνακα παραθέτονται οι προδιαγραφές για την προμήθεια μικροβιοκρατών φίλτρων 400HOUR και 600HOUR για μηχανήματα αιμοκάθαρσης FORMULA THERAPY του κατασκευαστικού οίκου BELLCO που βρίσκονται στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.

<u>Περιγραφή</u>	<u>Προδιαγραφή</u>
<u>ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΡΑΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ 400HOUR</u>	
Συμβατότητα	Να είναι συμβατά με τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης BELLCO FORMULA THERAPY
Μεμβράνη	Πολυφαιλένιου
Μήκος Ινών	200-250 mm
LRV	3-5
Τρόπος απολύμανσης	Αυτόματα κατά την απολύμανση του μηχανήματος αιμοκάθαρσης
<u>ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΡΑΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ 600HOUR</u>	
Συμβατότητα	Να είναι συμβατά με τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης BELLCO FORMULA THERAPY
Διάρκεια	>500 ώρες
Πίεση Νερού	>4 bar

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  
ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ CPV 33181000-2**

Γενικοί όροι

- Κάθε φίλτρο θα συνοδεύεται από αρτηριακή και φλεβική γραμμή κατάλληλη για μηχανήματα αιμοκάθαρσης τύπου bellco Formula therapy, και Fresenius 4008. Επισημαίνεται ότι το 20% των προσφερόμενων φίλτρων πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από αρτηριακές και φλεβικές γραμμές κατάλληλες για τα μηχανήματα Fresenius 5008S.

- Τα φίλτρα τεχνητού νεφρού και οι αρτηριοφλεβικές γραμμές πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.
- Οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέτουν πλήρη τεχνικά στοιχεία στην ελληνική γλώσσα με τα χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις των φίλτρων όπως αυτά αναφέρονται στα επίσημα ενημερωτικά φυλλάδια των κατασκευαστικών οίκων τα οποία θα συνυποβάλλονται υποχρεωτικά.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φίλτρων που ζητούνται είναι: το είδος, η επιφάνεια το πάχος, ο τύπος της μεμβράνης, ο όγκος πλήρωσης, ο συντελεστής υπερδιήθησης και το είδος αποστείρωσης. Οι επιδόσεις του θα πρέπει να δίνονται με IN VITRO μετρήσεις της κάθαρσης της ουρίας, κρεατινίνης, φωσφόρου και βιταμίνης B12 με αναφερόμενες συγκεκριμένες ροές αίματος και διαλύματος και συγκεκριμένη διαμεμβρανική πίεση (TMP). Επίσης ζητούνται φίλτρα που εκτός του τύπου της μεμβράνης παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (όπως την εμπότιση της μεμβράνης με διάφορες ουσίες, την ενσωμάτωση της βασικής μεμβράνης με διάφορα στρώματα ) τα οποία σύμφωνα με την βιβλιογραφία βελτιώνουν την ποιότητα κάθαρσης των ασθενών.

### **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ FRESENIUS 5008-S**

Στον ακόλουθο πίνακα παραθέτονται οι προδιαγραφές για την προμήθεια φίλτρων κατακράτησης σωματιδίων για τον καθαρισμό του διαλύματος των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης 5008-S του κατασκευαστικού οίκου FRESENIUS.

<b><u>Περιγραφή</u></b>	<b><u>Προδιαγραφή</u></b>
Συμβατότητα	Να είναι συμβατά με τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης Fresenius 5008-S
Δυνατότητες	Να έχει τη δυνατότητα παραγωγής υπερκάθαρου διαλύματος και υποκατάστατου
Απαιτήσεις υποκατάστατου	Μικροβιακό φορτίο <0,1 CFU/ml Ενδοτοξίνες <0,03 IU/ml
Ρυθμός φιλτραρίσματος	$\geq 300 \text{ mL/h} \cdot \text{mmHg}$ $\geq 3,75 \text{ L/min} \cdot \text{bar}$
Μεγίστη πίεση φιλτραρίσματος	2 bar

3. Εγκρίνει την διενέργεια του διαγωνισμού με τα παρακάτω στοιχεία, που θα ενταχθεί στον Πίνακα Προγραμματισμού της Ο.Μ. Έδρας του Γ.Ν. Λασιθίου του έτους 2019.

Κωδικός CPV	Περιγραφή CPV	Περιγραφή Είδους	Μ. Μ.	Πο-σοτ.	τρό-πος προ-μή-θειας	Κριτ. Α-ξιολ.	ΚΑΕ	ΠΡ/ΣΘΕΙΣ Α ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.	ΦΠΑ	ΠΡ/ΣΘΕΙΣ Α ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛ/ΝΟ Υ Φ.Π.Α.
33181000-2	Διατάξει ς νεφρική ς υποστήρ ιξης	Φίλτρα MTN A2+B2	T E M	14.800	Ανοικτ ός άνω του ορίου (διεθν ής)	Πλέον συμφέρο υσα προσφορ ά με βάση μόνο την τιμή	1311	289.052,00	13%	326.628,76
33181200-4	Ηθμός διάλυσης	Φίλτρα Κατακράτησης Σωματιδίων DIASAFE	T E M	60			1439	6.048,00	24%	7.499,52
33181200-4	Ηθμός διάλυσης	Μικροβιοκρατ ή Φίλτρα για Μηχ/τα FORMULA THERAPY 400 & 600 HOUR	T E M	111			1439	26.910,00	24%	33.368,40
					ΣΥΝ ΟΛΟ			322.010,00	45.486.68	367.496,68

4. Εγκρίνει τα επισημασμένα τεύχη της διακήρυξης.
5. Ορίζει πενταμελή επιτροπή αποσφράγισης – αξιολόγησης του παραπάνω διαγωνισμού, όπως και κάθε τυχόν επαναληπτικού αυτού, αποτελούμενη από τους:
- Κόρσαβα Κων/νο Ιατρό Νεφρολόγο, Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Χαλκιαδάκη Ανθούλα Ιατρό Παθολόγο.
  - Ζουριδάκη Αντώνιο Ιατρό Νεφρολόγο με αναπληρωτή τον Κονταξάκη Ιωάννη Ιατρό Παθολόγο.
  - Ταχματζίδου καλλιόπη Νοσηλεύτρια με αναπληρώτρια την Κασσωτάκη Παρασκευή Νοσηλεύτρια.
  - Χαλκιαδάκης Δαμιανός Φαρμακοποιός με αναπληρώτρια την Φιλιππάκη Μαρία Β.Φαρμακείου.
  - Σουσαμλή Μηνά Μηχανικό με αναπληρωτή τον Σταγάκη Εμμανουήλ Μηχανικό.
-