

MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

1. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 INTΖΩΝ – ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
2. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ – ΕΝΗΛΙΚΕΣ - ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ
3. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΥ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 3 ΚΙΛΑ – ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
4. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
5. ΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ , ΠΙΕΣΗ, ΣΦΥΞΕΙΣ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ
6. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΥΚΟΛΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
7. Η ΟΘΟΝΗ ΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ – ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΙΚΙΝΙΖΕΙ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ – ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
8. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ – ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
9. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ – ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ – ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
10. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ – ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
11. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ:
 - a. ΚΑΛΩΔΙΟ - ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 3 ΠΟΛΩΝ Η 5 ΠΟΛΩΝ – ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
 - b. ΚΑΛΩΔΙΟ – ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ SpO2 (ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ) – ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
 - c. ΚΑΛΩΔΙΟ- ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
 - d. ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25ΕΚ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 50 ΕΚ. – ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

Όπως στο άρθρο 86 παρ. 9, 10 και 11 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

Συγκριτική Τιμή

Λ= -----

Σταθμισμένη Βαθμολογία

Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη το άθροισμα :

α) της ισοδύναμης συγκριτικής τιμής προμήθειας, του κόστους – εγκατάστασης – παράδοσης του συστήματος σε πλήρη λειτουργία, όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές και

β) της συνολικής τιμής συντήρησης και λειτουργίας με ανταλλακτικά για οκτώ έτη μετά την λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας

Για την αξιολόγηση της προσφοράς ως πλέον συμφέρουσα και την τελική επιλογή του προμηθευτού, λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία κατά ομάδες, με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας.

ΟΜΑΔΑ Α	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΣΥΝΤΕΛ. ΒΑΡΥΤ. Δ/ΞΗΣ
1.Συμφωνία προσφοράς με τις Τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.	100-120	30%
2.Ποιότητα και αποδοτικότητα του είδους σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης	100-120	30%
3. Πρόσθετες δυνατότητες του είδους που δεν αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και κριθούν ως πλεονέκτημα που εξυπηρετεί πρόσθετες ανάγκες του Νοσοκομείου.	100-120	20%
ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΟΜΑΔΑΣ		80%

ΟΜΑΔΑ Β΄		
1.Εγγύηση καλής λειτουργίας. Θα εκτιμηθεί ως πλεονέκτημα εγγύηση μεγαλύτερη των 12 μηνών.	100-120	12%
2 Στοιχεία Τεχνικής υποστήριξης (παρεχόμενο Service από τον Προμηθευτή, ύπαρξη ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη από την ημερομηνία διακοπής της παραγωγής του μηχανήματος). Θα εκτιμηθεί ως πλεονέκτημα η ύπαρξη άμεσης τεχνικής υποστήριξης με εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας (εντός των πρώτων 48 ωρών) . Εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά	100-120	4%
3.Χρόνος παράδοσης	100-120	2%
4.Επίδειξη λειτουργίας. Εκπαίδευση προσωπικού.	100-120	2%
ΣΥΝΟΛΟ Β΄ΟΜΑΔΑΣ		20%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ		100

Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται με βάση τους 100 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές (αιτιολογημένα από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης).

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων, όπως αυτές αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας του Α μεταξύ δύο προσφορών θα επιλεγεί η προσφορά εκείνη που έχει τη μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς ανάλογα με την βαρύτητα του κάθε κριτηρίου όπως αυτή προκύπτει από την ποσοστιαία αναλογία μεταξύ τους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ως προς την τεχνική

προσφορά η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

Επισυνάπτονται προδιαγραφές.