

Προς το
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
Κνωσσού 2
72100 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ

Παιανία, 23.5.2018

Κύριοι,

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ,
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ ΚΛΠ.
ΤΗΣ 28/5/2018 Α.Π. 4445

Σε απάντηση της πρόσκλησής σας με α.π. 4445/21.5.18 σας παραθέτουμε τις προτάσεις μας στην παραπάνω αναφερόμενη διαβούλευση:

Η παράγραφοι 7^α (Πριν την τελική κατοχύρωση.....ελέγχου και 7β (Η επιτροπή παραλαβής ...δειγμάτων) των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ δεν αφορούν τεχνικές προδιαγραφές και προτείνουμε να διαγραφούν.

Για το είδος 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΣΙΓΓΩΝ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ αναφέρετε προς το τέλος: «Οι φύσιγγες να φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE MARK) και να διαθέτουν πιστοποιητικό ποιότητας ISO». Θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε ότι τα προϊόντα φέρουν CE MARK Οι εταιρείες που τα παράγουν είναι πιστοποιημένες κατά ISO και διαθέτουν πιστοποιητικό ISO. Προτείνουμε λοιπόν να διαμορφωθεί αναλόγως η παράγραφος αυτή.

Για το είδος ΣΕΤ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΟ ΝΕΦΡΟ:

Η χειρουργική συσκευασία των γαντιών είναι περιττή και ανεβάζει το κόστος του είδους. Οσον αφορά τον χρόνο ζωής πέντε (5) χρόνια: Ο χρόνος ζωής των σύγχρονων ιατροτεχνολογικών προϊόντων είναι τρία (3) χρόνια.

Για την DOCTUM Α.Ε

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΟΚΑΡΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ