

Στοιχεία Διαβούλευσης

Ανενεργή

Δημοσιεύθηκε 23/04/2018 Τελευταία ανανέωση 23/04/2018

Σχόλια 1

Σχόλια

Όνομα
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙ
ΚΗ Α.Ε.

Email
info@endoscopiki
.gr

Άρθρο
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ
ΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΑΤΑΣΗΣ
ΠΑΧΕΟΣ
ΕΝΤΕΡΟΥ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΣΕ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ
ΠΕΠΤΙΚΟΥ

Ημ/νία
26/04/20
18

Αθήνα, 26 Απριλίου 2018 Αρ. πρωτ: 2018/Ε/Ο/ 97035
ΘΜ/μκ Θέμα: «Πρόσκληση για ανοικτή μη δεσμευτική
δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την
προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΤΑΣΗΣ ΠΑΧΕΟΣ
ΕΝΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ
ΠΕΠΤΙΚΟΥ.» Αξιότιμοι κύριοι, Σε απάντηση της
πρόσκλησης σας που αφορά την «1Η Διαβούλευση
τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΑΤΑΣΗΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ» με Αρ. 18DIAB000003015
- 23/04/2018 και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης την
09/05/2018, σας παραθέτουμε τις προδιαγραφές της
εταιρείας μας. Παραμένουμε στην διάθεσή σας για
οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία

[Αναζήτηση
Διαβουλεύσε
ων](#)

χρειαστείτε. Μετά τιμής, Για την ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ
Μαρία Καλόγλου Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ CO₂ Σύστημα παροχής αερίου CO₂
κατάλληλο για ενδοσκοπική χρήση με τις παρακάτω
τεχνικές προδιαγραφές: Το μηχάνημα θα πρέπει να είναι
πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης
τεχνολογίας. Να διαθέτει φωτεινές ενδείξεις για τον έλεγχο
της ποσότητας αερίου CO₂ στην φιάλη και να ειδοποιεί
τον χρήστη με ήχο αλλά και με φωτεινή ένδειξη όταν η
ποσότητα αερίου στην φιάλη δεν είναι επαρκής. Να
διαθέτει πλήκτρο για τον έλεγχο της ροής του αερίου CO₂
στο ενδοσκόπιο. Να διαθέτει τουλάχιστον δυο ρυθμίσεις
της ροής του παρεχόμενου αερίου CO₂ στο ενδοσκόπιο.
Να διαθέτει ικανότητα πίεσης του αερίου CO₂ ίση η
μεγαλύτερη από 65 KPa. Να συνοδεύεται με όλα τα
απαραίτητα εξαρτήματα για την χρήση του: Ειδική φιάλη
νερού-αέρα με κατάλληλη υποδοχή για την εισαγωγή του
αερίου CO₂ για ενδοσκόπια FUJIFILM. Σωλήνα
εισαγωγής αερίου για την σύνδεση της συσκευής με την
φιάλη νερού αέρα. Ειδική βαλβίδα νερού-αέρα CO₂ η
οποία θα εμποδίζει την διαφυγή του αερίου στο
περιβάλλον. Η βαλβίδα αυτή να είναι κατάλληλη για όλα
τα υπάρχοντα ενδοσκόπια FUJIFILM του νοσοκομείου
μας. Σωλήνα υψηλής πίεσης για σύνδεση της συσκευής με
την φιάλη CO₂. Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να
φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC.
Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα
prospectus των οίκων. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €9.300,00
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%
