

7^η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
(Οργανική μονάδα της έδρας, Άγιος Νικόλαος)
Τμήμα Οικονομικό

Υπόψιν: κας Κοξαρά

Μαρούσι, 14 Δεκεμβρίου 2017

Θέμα: ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 2^{ης} ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ.

Κύριοι,

Στα πλαίσια της 2^{ης} ανοικτής δεσμευτικής δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών που διενεργεί το Νοσοκομείο σας για την προμήθεια Οφθαλμολογικού Χειρουργικού Μικροσκοπίου, θα θέλαμε να παραθέσουμε τις παρατηρήσεις μας ως ακολούθως:

- Όσον αφορά την τεχνική προδιαγραφή με α/α 19.3) «(Να έχει ομοαξονικό φωτισμό με υψηλό red reflex)».

Προτείνουμε η συγκεκριμένη προδιαγραφή να διαμορφωθεί ως «(Να έχει ομοαξονικό φωτισμό με υψηλό red reflex χειρουργού - συνχειρουργού μεγάλης επιφάνειας (τουλάχιστον 1500mm²) ο οποίος θα επηρεάζεται κατά το δυνατόν λιγότερο από τυχόν μετακινήσεις του οφθαλμού ή άλλων χειρουργικών παραμέτρων (κλίση της κεφαλής του μικροσκοπίου, μετακίνηση της κεφαλής του κλπ). Να αναφερθεί και να τεκμηριώνεται το εύρος της ζώνης του red reflex ώστε να αξιολογηθεί» δεδομένου ότι είναι πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό ενός οφθαλμολογικού μικροσκοπίου.

- Όσον αφορά την τεχνική προδιαγραφή με α/α 19.4) «(Να φέρει αντικειμενικό φακό 175mm έως 200mm)».

Προτείνουμε η συγκεκριμένη προδιαγραφή να διαμορφωθεί ως «(Να φέρει αντικειμενικό φακό 175mm ή 200mm)» δεδομένου ότι έτσι δεν περιορίζεται ο ανταγωνισμός.

ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Λ. Κηφισίας 18 - 151 25 Μαρούσι

T: +30 210 6878 300

A.Φ.Μ. 094450895 – ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

www.alcon.com

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

T: +30 210 6878 346 - 210 6878 359

FAX: 210 68 27 612

e-mail: tendersalcon.greece@alcon.com

- Όσον αφορά την τεχνική προδιαγραφή με α/α 19.5) «Θα εκτιμηθεί εάν διαθέτει έγχρωμη οθόνη τοποθετημένη σε σημείο που να προσφέρει στο χειρουργό άμεση πληροφόρηση των ρυθμίσεων του μικροσκοπίου κατά την διάρκεια της επέμβασης».

Προτείνουμε η συγκεκριμένη προδιαγραφή να διαμορφωθεί ως «Να διαθέτει δεύτερη έγχρωμη οθόνη αφής, αναρτημένη στη βάση του μικροσκοπίου με δυνατότητα περιστροφής. Μέσω της οθόνης να παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ρύθμισης του μικροσκοπίου και προβολής της χειρουργικής επέμβασης» δεδομένου ότι είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό ενός οφθαλμολογικού μικροσκοπίου το οποίο προσφέρεται και από άλλους κατασκευαστικούς οίκους.

- Όσον αφορά την τεχνική προδιαγραφή με α/α 19.12) «Το μικροσκόπιο να διαθέτει μηχανοκίνητο (motorized) zoom με αυτόματη επαναφορά και εστίαση τουλάχιστον x 0,5 έως x 2».

Προτείνουμε η συγκεκριμένη προδιαγραφή να αφαιρεθεί καθώς ο παράγοντας υπολογισμού της συνολικής μεγέθυνσης σε κάθε μικροσκόπιο είναι διαφορετικός και με τη συγκεκριμένη προδιαγραφή περιορίζεται στο ελάχιστο ο ανταγωνισμός και να αντικατασταθεί από την προδιαγραφή «Να διαθέτει μηχανοκίνητο (motorized) zoom με αυτόματη επαναφορά και μονάδα εστίασης με διαδρομή τουλάχιστον 30mm» ώστε σε καμία περίπτωση να μην περιορίζεται ο ανταγωνισμός ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται η ποιότητα του προσφερόμενου μηχανήματος.

- Όσον αφορά την τεχνική προδιαγραφή με α/α 19.13) «Η βάση του μικροσκοπίου να είναι σταθερή και ασφαλής στη λειτουργία και εύκολη στη μετακίνησή του».

Προτείνουμε η συγκεκριμένη προδιαγραφή να διαμορφωθεί ως «Η βάση του μικροσκοπίου να είναι σταθερή βαρέως τύπου με σύστημα ηλεκτρομαγνητικών φρένων και ασφαλής στη λειτουργία και εύκολη στη μετακίνησή του» δεδομένου ότι είναι πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό ενός οφθαλμολογικού μικροσκοπίου που σχεδόν όλα τα σύγχρονα μικροσκόπια διαθέτουν.

Με εκτίμηση,

Για την ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

ΛΕΩΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΦΜ.094450895 / ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ.: 210-6878300 FAX: 210-6810348

Α.Μ.Τ. 3033

Αναστασία Τσαπέτη

Προϊσταμένη τμήματος διαγωνισμών - συμβάσεων