



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-
Γ.Ν-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ<<ΔΙΑΔΥΝΑΚΕΙΟ>>
(Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος)
Ταχ. Δ/ση : Κωνστ. Παλαιολόγου & Κνωσσού
72100 Αγ. Νικόλαος

Άγιος Νικόλαος, 06/04/2017
Α.Π. 3202

ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό
ΠΛΗΡΟΦ.: Σταθάκη Δήμητρα
ΤΗΛ: 28413-43172
email: dstathaki@agnhosp.gr

ΘΕΜΑ: Διευκρίνηση

Αναφορικά με την υπ' αριθμ. 2434/15-03-2017 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Συρίγγων και σχετικά με το είδος ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 60CC ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ με κωδικό συστήματος 68460, σας γνωρίζουμε ότι εκ παραδρομής καταχωρήθηκαν περαιτέρω στοιχεία στο πεδίο Τεχνικές Προδιαγραφές.

Οι ορθές τεχνικές προδιαγραφές για το είδος είναι οι εξής:
Σύριγγα 50 -60 ml μιας χρήσης. Διαβάθμιση ανά 1ml, αποστειρωμένη (ΕΟ) ατομικά σε blister συσκευασία.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΠΙΝΘΟΥΡΗ