

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΜ ΞΗΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ:

ΦΙΛΜ DRYVIEW DVE LASER IMAGING FILM 35X43CM

ΦΙΛΜ DRYVIEW DVE LASER IMAGING FILM 25X30CM

Ακτινογραφικά Φιλμ ξηρής εκτύπωσης τύπου Dry View διαστάσεων 35 X 43 και 25 χ 30 Cm.

Σε συσκευασία των 125φύλλων για τα αυτόματα εμφανιστήρια τύπου DryView 8900/6800/6850/6950/5950 και DryView 5700 του οίκου Kodak/Carestream.

Σε συσκευασία των 100φύλλων για το αυτόματο εμφανιστήριο τύπου DryView 5800/5850 του οίκου Kodak/Carestream.

Να είναι μονής επίστρωσης (φωτοευαίσθητο υλικό επί της μίας επιφάνειας).

Να έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά που να επιτρέπουν ανάλογη σκιαγραφική αντίθεση (contrast) σε σχέση με τις διαφορετικές πυκνότητες εξεταζομένων περιοχών.

Να είναι ανθεκτικά στην αποθήκευση για ικανοποιητικό εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος.

Η συσκευασία να είναι ανθεκτική σε συνθήκες φωτός ημέρας.

Τα προσφερόμενα φιλμ να αποδίδουν άριστη ποιότητα εικόνας, δηλαδή σαφήνεια, χαμηλή ομίχλωση, καλή αντίθεση, χαμηλό θόρυβο και πολύ καλή λεπτομέρεια.

Να υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης προβληματικών παρτίδων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΜ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ DRYSTAR DT10B ΚΑΙ DRYSTAR DT10MAMMO ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ AGFA DRYSTAR 5302, AGFA DRYSTAR 5503, DRYSTAR AXYS ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΚΤΙΝ/ΚΑ ΦΙΛΜΣ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 25X30

ΦΙΛΜ DRYSTAR DT2B 14"X17" (35X43 εκ.)

1. Το υπόστρωμα βάσης να είναι πολυεστερικό, ανθεκτικό στις κακώσεις και στη θερμοκρασία.

2. Να αποδίδουν άριστης ποιότητας απεικόνιση, να έχουν χαμηλή ομίχλωση, μεγάλη σαφήνεια, πολύ καλή αντίθεση και μεγάλο εύρος ευαισθησίας.
3. Να καλύπτονται από πιστοποιητικά ποιότητας διεθνώς αναγνωρισμένα (π.χ. ISO-CE)
4. Να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 22 μήνες από την παράδοση.
5. Να είναι ανθεκτικά στην αποθήκευση για ικανοποιητικό εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος.
6. Η συσκευασία των films θα πρέπει να είναι ανθεκτική, φωτοστεγανή, σε άριστη κατάσταση και άθικτη σφράγιση.
7. Για κάθε τύπο προσφερόμενου film πρέπει να συνοπτοβάλλονται PROSPECTUS με όλα τα φωτογραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά (όπως χαρακτηριστικές καμπύλες που προσδιορίζουν την ποιότητα και την απόδοση του film).
8. Οι προμηθευτές των ανωτέρω ειδών να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αποφάσεων περί διάθεσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης να κατατεθούν με την προσφορά.
9. Οι εταιρείες να διαθέτουν σύστημα ιχνηλασιμότητας για την ανάκληση προβληματικών παρτίδων.
10. Να αναγράφεται επάνω στο κουτί το εργοστάσιο κατασκευής με την ακριβή διεύθυνσή του.
11. Να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι τα προσφερόμενα είδη είναι απολύτως συμβατά με τα εκτυπωτικά συστήματα για τα οποία προορίζονται και ότι αναλαμβάνει την ευθύνη με δική του οικονομική επιβάρυνση για τη περίοδο χρήσης των φίλμ, τον ποιοτικό έλεγχο και ρύθμιση, των τεχνικών στοιχείων της εκτύπωσης (αμαύρωση, ευκρίνεια κλπ). Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να έχει κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό και να συνοπτοβάλλονται τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης.
12. Τα προσφερόμενα ψηφιακά φίλμς θα πρέπει να είναι τα αυθεντικά (original) του Κατασκευαστικού Οίκου και όχι απομιμήσεις. Η εξασφάλιση της γνησιότητας των ψηφιακών φίλμ θα πιστοποιείται με έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού Οίκου η οποία θα συνοπτοβάλλεται στη προσφορά.