

Σχόλια

Όνομα THERMOGRAFICA HELLAS ΕΠΕ Email spav@thermografica.gr

Άρθρο 2ο - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΜ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ DRYSTAR Ημ/νία 24/07/2019 Καταρχήν να σημειώσουμε ότι ενώ και τα δύο ζητούμενα είδη αφορούν ΦΙΛΜ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ - ΔΗΛΑΔΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - στο δεύτερο υλικό έχουν περιληφθεί επιπλέον των τεχνικών προδιαγραφών τα σημεία 11 και 12 που δεν αφορούν σε τεχνικές προδιαγραφές αλλά σε πρόσθετα δικαιολογητικά που δεν προσθέτουν σε τίποτα στις προδιαγραφές, περιορίζουν τον ανταγωνισμό και προκαλούν ερωτηματικά για την ύπαρξή τους. Δεδομένου δε, ότι δεν αναφέρονται τα ίδια και στο 1ο υλικό που και αυτό είναι ΦΙΛΜ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ άλλου κατασκευαστή, θα πρέπει να αφαιρεθούν και από το 2ο υλικό ως περιοριστικά.

Επιπλέον να σημειώσουμε ότι στο τίτλο του 2ου Υλικού έχει περιληφθεί αναφορά σε ΦΙΛΜ "DRYSTAR DT10B" που είναι διαφορετικά από αυτά που χρησιμοποιεί το Νοσοκομείο (είναι DRYSTAR DT2B) και όπως γνωρίζεται η χρήση διαφορετικού τύπου φιλμ στους εκτυπωτές DRYSTAR δημιουργεί προβλήματα συμβατότητας μεταξύ διαφορετικών τύπων με αποτέλεσμα το Νοσοκομείο να μην μπορεί άμεσα να χρησιμοποιεί τον προηγούμενο τύπο ΦΙΛΜ. Άλλωστε από όσο γνωρίζουμε τα φιλμ DRYSTAR 10B δεν έχουν κάποια διαφορά στα χαρακτηριστικά από τα DRYSTAR 2B, και από όσο γνωρίζουμε η κεντρική Ευρώπη χρησιμοποιεί DRYSTAR 2B, τα οποία και χρησιμοποιεί το νοσοκομείο. Συνεπώς θα πρέπει να αφαιρεθεί η αναφορά στον τίτλο των υλικών σε υλικά DRYSTAR 10B και DRYSTAR DT10MAMMO και να αντικατασταθεί με DRYSTAR DT2B που είναι τα υλικά που χρησιμοποιεί το νοσοκομείο .

Αναφορικά με τα σημεία 11 και 12 που αναφέραμε παραπάνω ότι θα πρέπει να αφαιρεθούν αφού δεν αφορούν σε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ σημειώνουμε επιπλέον τα παρακάτω:

ΣΗΜΕΙΟ 11. Η προδιαγραφή στο σημείο 1, δεν αναφέρεται σε τεχνικά χαρακτηριστικά των ζητούμενων αναλωσίμων αλλά στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης. Αυτό καταρχήν είναι εκτός του σκοπού του έργου που αφορά προμήθεια ΦΙΛΜ. Κατά συνέπεια το συγκεκριμένο άρθρο θα πρέπει να αφαιρεθεί. Σε περίπτωση όμως που το νοσοκομείο επιθυμεί να συμπεριλάβει στο παρόντα διαγωνισμό και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης - υποστήριξης, τότε θα πρέπει στον διαγωνισμό να παρασχεθούν από τις Μονάδες υγείας επιρόσθετα στοιχεία όπως: Διαθέσιμος εξοπλισμός εκτύπωσης φιλμ, Μοντέλο, κατασκευαστής, έτος προμήθειας, καθεστώς εγγύησης, ύπαρξη συμβολαίου συντήρησης, εκπαίδευση προσωπικού στην 1ου επιπέδου υποστήριξη λειτουργίας, κλπ στοιχεία ώστε να μπορεί να ποσοτικοποιηθεί το ζητούμενο αντικείμενο από τον προσφέροντα τα φιλμ.

ΣΗΜΕΙΟ 12. Η προδιαγραφή 12 είναι εκ του περισσού και θα πρέπει να αφαιρεθεί. Ο λόγος είναι ότι στο τίτλο ζητούνται ΦΙΛΜ AGFA DRYSTAR DT2B πού είναι τα μόνα φιλμ που προορίζονται για εκτυπωτές τύπου AGFA DRYSTAR. Είναι γνωστό τοις πάσοι ότι οι συγκεκριμένοι εκτυπωτές λειτουργούν με original φιλμ AGFA και ως εκ τούτου η προσφορά διαφορετικού τύπου υλικού είναι απευθείας λόγος ακύρωσης. Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο σημείο εισάγει απαιτήσεις παροχής βεβαιώσεων που δεν έχουν νόημα, και είναι εξαιρετικά δύσκολο να ληφθούν από τον κατασκευαστή. Συγκεκριμένα αναφέρετε ότι για την εξασφάλιση της γνησιότητας των ψηφιακών φιλμ ζητείται έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου. Δηλαδή ζητείται από τον κατασκευαστή να βεβαιώσει ότι τα υλικά που κατασκευάζει είναι γνήσια(!!!). Ακόμα και αν κάποιος καταφέρει να λάβει κάποια τέτοια βεβαίωση, αυτή δεν διασφαλίζει ότι ο οποιοσδήποτε διανομέας/μεταπωλητής τελικά θα διαθέσει στο Νοσοκομείο γνήσια υλικά. Αυτό μόνο ο ίδιος ο προσφέρων μπορεί να βεβαιώσει. Κατά συνέπεια, αν το νοσοκομείο έχει οποιαδήποτε αμφιβολία ότι τα προσφερόμενα υλικά είναι γνήσια, θα πρέπει να ζητήσει στο στάδιο υποβολής προσφορών ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του προσφέροντα, ότι τα προσφερόμενα υλικά είναι γνήσια και να δηλώσει το εργοστάσιο κατασκευής (όπως άλλωστε προβλέπεται από την Εθνική Νομοθεσία για τις προμήθειες). Κατά συνέπεια το συγκεκριμένο σημείο 12 πρέπει να αφαιρεθεί ή να ζητείται από τον προσφέροντα να υποβάλλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση περί της γνησιότητας των προσφερόμενων υλικών. Σημειώνεται ότι αυτό εφαρμόζεται σε πολλούς διαγωνισμούς προμήθειας υλικών και ασφαλώς η Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα έχει μεγαλύτερη ισχύ (ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ) από μια απλή βεβαίωση.

Παρακαλούμε όπως γίνουν δεκτές οι παραπάνω εύλογες και τεκμηριωμένες προτάσεις μας.