

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
7^η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
«Διαλυνάκειο»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΠΔΔ Γ.Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Γ.Ν.ΚΥ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 27/17-10-2019

Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα 17-10-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10,30π.μ. ύστερα από την με αρ.πρωτ. 2186/15-10-2019 πρόσκληση της Προέδρου, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία <<Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου – Γ.Ν.-ΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»>>.

Στην συνεδρίαση προεδρεύει η Κοινή Διοικήτρια κ.Σπινθούρη Μαρία και παρίστανται ο Αντιπρόεδρος κ.Μιχελάκης Εμμανουήλ Αναπληρωτής Διοικητής της Α.Ο.Μ.Σητείας, τα τακτικά μέλη Αρακαδάκης Γεώργιος Αναπληρωτής Διοικητής της Α.Ο.Μ.Ιεράπετρας, Βασιλαράς Ηλίας Αιρετός Εκπρόσωπος Ιατρών και Μανουσάκης Γεώργιος Αιρετός Εκπρόσωπος των λοιπών Εργαζομένων.

Στην συνεδρίαση παρίσταται η Γραμματέας του ΔΣ Κουμάκη Μαρία.

ΑΠΟΦΑΣΗ 726

ΘΕΜΑ 16^ο: Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών Προϊόντων Εμφάνισης
Ακτινογραφιών του Γ.Ν.Λασιθίου-Γ.Ν.-ΚΥ Νεαπόλεως
«Διαλυνάκειο».

Το Δ/κό Σ/λιο αφού έλαβε υπόψη του

1. Την με αρ.πρωτ. 2026/2-10-2019 αναφορά της Οικονομικής Υπηρεσίας της Οργανικής Μονάδας Έδρας Αγίου Νικολάου σχετικά με έγκριση του τελικού σχεδίου τεχνικών προδιαγραφών, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία διενέργειας του Τακτικού Διαγωνισμού προμήθειας Προϊόντων Εμφάνισης Ακτινογραφιών για τις ανάγκες του Γ.Ν.Λασιθίου- Γ.Ν.-ΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» αναφέροντας ότι «έπειτα από τον ορισμό της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με την υπ' αριθμ.: 952/24-5-19 απόφαση Διοικήτριας και αφού παραδόθηκε το σχέδιο των σχετικών προδιαγραφών στο Γραφείο Προμηθειών, προβήκαμε στη δημοσίευση της 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 19ΔΙΑΒ000004591 στις 23-5-19 για χρονικό διάστημα 15 ημερών, για την οποία υποβλήθηκε ένα σχόλιο από την εταιρεία ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ στις 29-5-19. Η επιτροπή αφού έλαβε γνώση του σχολίου μας ενημέρωσε προφορικά ότι δεν θα προχωρήσει σε οποιαδήποτε μεταβολή του σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών.

Στην συνέχεια προχωρήσαμε σε 2ο γύρο Δημόσιας Διαβούλευσης με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 19ΔΙΑΒ000005388 στις 15-7-19 για χρονικό διάστημα 15 ημερών επίσης. Κατά την 2η Δημόσια Διαβούλευση υπέβαλε σχόλιο στις 24-7-19 η εταιρεία THERMOGRAFICA HELLAS ΕΠΕ. Έπειτα από τη λήξη της διαδικασίας, γνωστοποιήθηκε το νέο σχόλιο στην αρμόδια επιτροπή, η οποία με το από 17-9-2019 πρακτικό της ομόφωνα προτείνει την διατήρηση των υπάρχοντων τεχνικών προδιαγραφών όπως αυτές αρχικά κατατέθηκαν».

2. Το από 17/9/2019 πρακτικό αξιολόγησης δημόσιας διαβούλευσης της επιτροπής που συνεδρίασε προκειμένου να αξιολογήσει σχόλιο της εταιρείας

*THERMOGRAFICA HELLAS ΕΠΕ με το οποίο προτείνεται η διατήρηση των
υπαρχόντων τεχνικών προδιαγραφών όπως αυτές αρχικά κατατέθηκαν.*

3. Την εισήγηση της προέδρου του και την διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

*Εγκρίνει τις παρακάτω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια
Προϊόντων Εμφάνισης Ακτινογραφιών για τις ανάγκες του Γ.Ν.Λασιθίου- Γ.Ν.-ΚΥ
Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο παραπάνω
αναφερόμενο σκεπτικό:*

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΜ ΞΗΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ:

*ΦΙΛΜ DRYVIEW DVE LASER IMAGING FILM 35X43CM ΦΙΛΜ
DRYVIEW DVE LASER IMAGING FILM 25X30CM*

*Ακτινογραφικά Φιλμ ξηρής εκτύπωσης τύπου Dry View διαστάσεων 35 X 43 και 25
x 30 Cm.*

*Σε συσκευασία των 125φύλλων για τα αυτόματα εμφανιστήρια τύπου DryView
8900/6800/6850/6950/5950 και DryView 5700 του οίκου Kodak/Carestream.
Σε συσκευασία των 100φύλλων για το αυτόματο εμφανιστήριο τύπου DryView
5800/5850 του οίκου Kodak/Carestream.*

Να είναι μονής επιστροφής (φωτοευαίσθητο υλικό επί της μίας επιφάνειας).

*Να έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά που να επιτρέπουν ανάλογη σκιαγραφική αντί-
θεση (contrast) σε σχέση με τις διαφορετικές πυκνότητες εξεταζομένων περιοχών.
Να είναι ανθεκτικά στην αποθήκευση για ικανοποιητικό εύρος θερμοκρασίας και υ-
γρασίας περιβάλλοντος.*

Η συσκευασία να είναι ανθεκτική σε συνθήκες φωτός ημέρας.

*Τα προσφερόμενα φιλμ να αποδίδουν άριστη ποιότητα εικόνας, δηλαδή σαφήνεια,
χαμηλή ομίχλωση, καλή αντίθεση, χαμηλό θόρυβο και πολύ καλή λεπτομέρεια.*

Να υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης προβληματικών παρτίδων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΜ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥ- ΠΩΣΗΣ DRYSTAR DT10B ΚΑΙ DRYSTAR DT10MAMMO ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ AGFA DRYSTAR 5302, AGFA DRYSTAR 5503, DRYSTAR AXYS

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΚΤΙΝ/ΚΑ ΦΙΛΜΣ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 25X30

ΦΙΛΜ DRYSTAR DT2B 14"X17" (35X43 εκ.)

1. Το υπόστρωμα βάσης να είναι πολυεστερικό, ανθεκτικό στις κακώσεις και στη θερμοκρασία.
 2. Να αποδίδουν άριστης ποιότητας απεικόνιση, να έχουν χαμηλή ομίχλωση, μεγάλη σαφήνεια, πολύ καλή αντίθεση και μεγάλο εύρος ευαισθησίας.
 3. Να καλύπτονται από πιστοποιητικά ποιότητας διεθνώς αναγνωρισμένα (π.χ. ISO- CE)
 4. Να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 22 μήνες από την παράδοση.
 5. Να είναι ανθεκτικά στην αποθήκευση για ικανοποιητικό εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος.
 6. Η συσκευασία των films θα πρέπει να είναι ανθεκτική, φωτοστεγανή, σε άριστη κατάσταση και άθικτη σφράγιση.
 7. Για κάθε τύπο προσφερόμενου film πρέπει να συνυποβάλλονται PROSPECTUS με όλα τα φωτογραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά (όπως χαρακτηριστικές καμπύλες που προσδιορίζουν την ποιότητα και την απόδοση του film).
 8. Οι προμηθευτές των ανωτέρω ειδών να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αποφάσεων περί διάθεσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης να κατατεθούν με την προσφορά.
 9. Οι εταιρείες να διαθέτουν σύστημα ιχνηλασιμότητας για την ανάκληση προβληματικών παρτίδων.
 10. Να αναγράφεται επάνω στο κουτί το εργοστάσιο κατασκευής με την ακριβή διεύθυνσή του.
 11. Να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι τα προσφερόμενα είδη είναι απολύτως συμβατά με τα εκτυπωτικά συστήματα για τα οποία προορίζονται και ότι αναλαμβάνει την ευθύνη με δική του οικονομική επιβάρυνση για τη περίοδο χρήσης των φιλμ, τον ποιοτικό έλεγχο και ρύθμιση, των τεχνικών στοιχείων της εκτύπωσης (αμαύρωση, ευκρίνεια κλπ). Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να έχει κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό και να συνυποβάλλονται τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης.
 12. Τα προσφερόμενα ψηφιακά φιλμς θα πρέπει να είναι τα αυθεντικά (original) του Κατασκευαστικού Οίκου και όχι απομιμήσεις. Η εξασφάλιση της γνησιότητας των ψηφιακών φιλμ θα πιστοποιείται με έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού Οίκου η οποία θα συνυποβάλλεται στη προσφορά.
-