

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός CPV	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	71741	BOWIE DICK TEST	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το test Bowie Dick να αποκαλύπτει αν ο κλίβανος αποστείρωσης λειτουργεί σε καθορισμένες συνθήκες χρόνου, θερμοκρασίας, πίεσης, απομάκρυνσης αέρα, υγρασίας και έκθεσης στο αποστειρωτικό μέσο. Το test να αποκαλύπτει την ύπαρξη αέρα στον κλίβανο, πιθανές διαρροές του θαλάμου, κακή ποιότητα ατμού (υγρός ή υπέρθερμος ατμός, συμπυκνώματα).</li> <li>• Να φέρει δείκτη με χημική μελάνη η οποία να παραμένει αναλλοίωτη και μετά την αρχειοθέτηση για μακρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 5 χρόνια).</li> <li>• Ο δείκτης να έχει τυπωμένα τα δεδομένα του κύκλου αποστείρωσης και η χρωματική αλλαγή να είναι εύκολης ερμηνείας.</li> <li>• Να φέρει ημερομηνία παραγωγής και λήξης της παραμέτρου του κύκλου (θερμοκρασία, χρόνος κλπ) και στο φάκελο προσφοράς να αναγράφεται η κωδικοποίηση των σφαλμάτων.</li> <li>• Το test να είναι οικολογικά ασφαλές για απόρριψη, να είναι απαλλαγμένο μόλυβδου και άλλων βαρέων μετάλλων καθώς και αλλεργιογόνων ουσιών όπως λάτεξ.</li> <li>• Το test να είναι εύχρηστο και εάν απαιτείται συσκευή χρήσης αυτή να παρέχεται δωρεάν.</li> <li>• Το test Bowie Dick να είναι σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα χημικών δεικτών αποστείρωσης όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ISO 11140-1, Class 2</li> <li>• Σε κάθε ατομική συσκευασία να αναγράφεται η κατασκευάστρια χώρα, ο αριθμός έγκρισης, καθώς και να φέρει σήμανση CE.</li> </ul>
2	175439	ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚ. ΚΛΙΒ. ΑΤΜΟΥ	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η χαρτοταινία να φέρει κόλλα η οποία να ασφαλίσει σταθερά τα πακέτα και να αφαιρείται εύκολα και ομοιόμορφα και να μην αφήνει υπολείμματα.</li> <li>• Να είναι κατάλληλες για χρήση μόνο σε κλίβανο ατμού .</li> <li>• Να αναφέρεται επί του εσωτερικού κοίλου της ταινίας η ημερομηνία λήξης του προϊόντος <ul style="list-style-type: none"> <li>• Να φέρει ένδειξη αποστείρωσης για κλίβανο ατμού.</li> <li>• Να έχει φάρδος περίπου 2 cm.</li> <li>• Να αναφέρεται το μήκος του ρολού</li> </ul> </li> <li>• Να αναγράφεται, η ημερομηνία παρτίδας παραγωγής και λήξης, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος, καθώς και να φέρει σήμανση CE</li> </ul>

3	70857	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Αποστειρωμένη αυτοκόλλητη ταινία με ισχυρή αντικολλητική δράση ώστε να κολλά και σε υγρές επιφάνειες, φιλική προς το δέρμα. Διαστάσεις πείπου 10*50. Σε ειδική συσκευασία 2 τεμαχίων
4	70636	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΞΗΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Να φέρουν ένδειξη με την αναμενόμενη αλλαγή του δείκτη (το χημικό χρώμα να είναι σε μεγάλη επιφάνεια). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Να είναι συμβατοί με τον ξηρό κλίβανο.</li> </ul> </li> <li>• Κάθε πακέτο δεικτών να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες – πληροφορίες όπως: βασικές παραμέτρους που έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει, αναμενόμενη αλλαγή μετά την έκθεση στο μέσο αποστείρωσης, ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, κωδικός παραγωγής, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος, καθώς και να φέρει σήμανση CE. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Το ελάχιστο μήκος του δείκτη να είναι 7 cm.</li> </ul> </li> </ul>
5	175444	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΤΜΟΥ	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	<p>Ολοκληρωμένοι εσωτερικοί χημικοί δείκτες ατμού class 5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Να είναι κατάλληλοι για εσωτερική χρήση σε κάθε πακέτο αποστείρωσης σε κλίβανο ατμού με θερμοκρασία αποστείρωσης <math>\geq 134</math> oC</li> <li>• Να είναι ισοδύναμοι βιολογικού δείκτη με επιστημονική τεκμηρίωση έτσι ώστε να παρέχουν την μέγιστη ασφάλεια αναφορικά με το αποτέλεσμα τους</li> <li>• Να είναι κατάλληλοι για χρήση σε όλα τα προγράμματα αποστείρωσης ατμού <ul style="list-style-type: none"> <li>• Να αντιδρούν προοδευτικά σε όλες τις σημαντικές παραμέτρους αποστείρωσης: ατμός, χρόνος και θερμοκρασία (προοδευτική αντίδραση απόδοσης στη λειτουργία του κλιβάνου). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Να έχουν κατασκευή μετακινούμενης χημικής μελάνης.</li> </ul> </li> <li>• Να είναι απαλλαγμένοι μόλυβδου και άλλων βαρέων μετάλλων για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και των χρηστών.</li> </ul> </li> <li>• Να είναι εύκολοι στην ανάγνωση, με εμφανή και ευδιάκριτο αποτέλεσμα, όταν εκτίθενται στις παραμέτρους αποστείρωσης. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Κάθε πακέτο δεικτών να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες – πληροφορίες όπως: βασικές παραμέτρους που έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει, αναμενόμενη αλλαγή μετά την έκθεση στο μέσο αποστείρωσης, ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, κωδικός παραγωγής, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος και να φέρει σήμανση CE.</li> </ul> </li> </ul>

6	175453	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 100Χ300	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδίπλωση. Με δείκτες ατμού. Να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. #Δ/Υ
7	175454	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 100Χ600	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδίπλωση. Με δείκτες ατμού. Να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
8	175457	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 200Χ340	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδίπλωση. Με δείκτες ατμού. Να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
9	175458	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 300Χ390	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδίπλωση. Με δείκτες ατμού. Να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
10	175459	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 300Χ450	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδίπλωση. Με δείκτες ατμού. Να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
11	175460	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 80Χ180	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδίπλωση. Με δείκτες ατμού. Να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
12	175461	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 80Χ270	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδίπλωση. Με δείκτες ατμού. Να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
13	175462	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 140Χ360	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδίπλωση. Με δείκτες ατμού. Να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
14	175463	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 90Χ570	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδίπλωση. Με δείκτες ατμού. Να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

15	175485	ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 150X320	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδίπλωση. Με δείκτες ατμού. Να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
16	175486	ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200X400	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδίπλωση. Με δείκτες ατμού. Να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
17	70797	ΘΗΚΗ ΚΑΜΕΡΑΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚ.(ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΩΝ)	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΜΕΡΑΣ 13*250 CM, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ, ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN13795 (ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ)
18	19064	ΚΑΠΕΛΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΕΤΑ ΑΝΤΡΙΚΑ	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Να είναι από ανθεκτικό υλικό non wopen αεροδιαπερατό με οπές στην ύφανσή του για να αφήνει το δέρμα να αναπνέει. Να είναι μ.χ. με κορδόνια
19	19065	ΚΑΠΕΛΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΣΩ	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Να είναι από ανθεκτικό υλικό non wopen αεροδιαπερατό με οπές στην ύφανσή του για να αφήνει το δέρμα να αναπνέει. Να είναι μ.χ. λάστιχο
20	175863	ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ Μ.Χ ΜΗ ΑΠΟΣΤ. ΧΕΙΡ.	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Κουστόμια χειρουργείου μη αποστειρωμένα, από υλικό SMS χρώματος μπλε, αδιαφανές και μαλακό το οποίο συμπεριφέρεται σαν ύφασμα. Να είναι αεροδιαπερατά και αδιάβροχα, μη ερεθιστικά, αντιαλλεργικά, χημικώς καθαρά και μη εύφλεκτα. Να φέρουν "V" στο λαιμό και τσέπη στην μπλούζα και στο παντελόνι. Η μπλούζα να έχει κοντό μανίκι και το παντελόνι να είναι μακρύ με κορδόνι για τέλεια συγκράτηση στο σώμα

21	19066	ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ LARGE MX	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Κουστόμια χειρουργείου μη αποστειρωμένα, από υλικό SMS χρώματος μπλε, αδιαφανές και μαλακό το οποίο συμπεριφέρεται σαν ύφασμα. Να είναι αεροδιαπερατά και αδιάβροχα, μη ερεθιστικά, αντιαλλεργικά, χημικώς καθαρά και μη εύφλεκτα. Να φέρουν "V" στο λαιμό και τσέπη στην μπλούζα και στο παντελόνι. Η μπλούζα να έχει κοντό μανίκι και το παντελόνι να είναι μακρύ με κορδόνι για τέλεια συγκράτηση στο σώμα
22	19067	ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ MEDIUM MX	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Κουστόμια χειρουργείου μη αποστειρωμένα, από υλικό SMS χρώματος μπλε, αδιαφανές και μαλακό το οποίο συμπεριφέρεται σαν ύφασμα. Να είναι αεροδιαπερατά και αδιάβροχα, μη ερεθιστικά, αντιαλλεργικά, χημικώς καθαρά και μη εύφλεκτα. Να φέρουν "V" στο λαιμό και τσέπη στην μπλούζα και στο παντελόνι. Η μπλούζα να έχει κοντό μανίκι και το παντελόνι να είναι μακρύ με κορδόνι για τέλεια συγκράτηση στο σώμα
23	175245	ΜΑΝΙΚΙ ΜΠΛΟΥΖΑΣ	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Να αποτελείται από υλικό τριών στρώσεων (non woven - film -non woven), με ελαστική πλεκτή μανσέτα από υλικό φιλικό προς το δέρμα, με διπλή σταθερή ραφή, συγκολλημένη ραφή στο μανίκι και ελαστικό τελείωμα για ασφαλή συγκράτηση στο ύψος του βραχίονα. Να είναι αδιαπέρατο στην υγρασία και στα μικρόβια, ανθεκτικό στο σχίσιμο, να μην αφήνει χνούδι. Να έχει μήκος 50 cm.
24	19074	ΜΑΣΚΕΣ ΜΠΛΕ ΔΕΤΕΣ	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Μάσκες για το χειρουργείο, 3 στρωμάτων, υποαλλεργικές με επιρήνιο έλασμα σε όλο το μήκος τους για καλύτερη εφαρμογή και άνετη αναπνοή, ελεύθερο ινιδίων. Στο μεσαίο στρώμα να διαθέτουν φίλτρο βακτηρίων για ελευθερία στην αναπνοή, με εξαιρετική ικανότητα διήθησης, χωρίς ίνες υαλοβάμβακα. Να έχει ικανότητα φιλτραρίσματος μικροσωματιδίων τουλάχιστον 99%, δηλαδή να πληρούν αποδεδειγμένα το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14683 κλάση II (BFE αποτελεσματικό φιλτράρισμα από τα βακτήρια (%): $\geq 98$ ). Δετή με 4 κορδόνια
26	40013	ΜΠΛΟΥΖΕΣ (ΡΟΜΠΕΣ) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Μπλούζες εξεταστικές μιας χρήσης από μη υφασμένο υδροαπωθητικό υλικό non-woven, με συμπεριφορά υφάσματος. Πληρως αδιαφανείς, αδιαπέραστες από μικρόβια και βακτήρια, με λαστιχο ή μανσέτα και μακριά μανίκια. Να είναι ανθεκτικές, αεροδιαπερατές και να δένουν με κορδόνια στον αυχένα και στη μέση.

27	66440	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.ΧΡ. LARGE	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΜΕ ΥΦΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΠΛΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ. ΟΙ ΜΑΝΣΕΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΠΙΕΤΣΕΤΑ.
28	66441	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.ΧΡ. MEDIUM	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΜΕ ΥΦΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΠΛΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ. ΟΙ ΜΑΝΣΕΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΠΙΕΤΣΕΤΑ.
29	66442	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.ΧΡ. X- LARGE	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΜΕ ΥΦΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΠΛΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ. ΟΙ ΜΑΝΣΕΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΠΙΕΤΣΕΤΑ.
30	40028	ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΧ ΧΑΡΤΙΝΑ	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Μιας χρήσης από ενισχυμένο υλικό. Ανθεκτικά και πρακτικά. Αδιάβροχο και σκληρό.
31	158657	ΟΘΩΝΙΟ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 47CMX45 CM	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	# Δ/Υ
32	175229	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Να αποτελείται από διάφανο χοντρό φιλμ πολυαιθυλενίου συνολικών διαστάσεων 330cm x 250cm περίπου. Να φέρει αυτοκόλλητο τεμνόμενο οθόνιο διαστάσεων 80x 25 cm περίπου. Η οθόνη να φέρει αυτοκόλλητη λωρίδα σε όλο το μήκος της άνω πλευράς για συγκράτηση. Να φέρει ενσωματωμένα α) σύστημα συγκράτησης σωληνων - καλωδίων, β) θήκες διαθερμίας - αναρρόφησης γ) σάκο συλλογής υγρών
33	175809	ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΑΝΔΡΙΚΟ	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Ουροδοχεία χάρτινα ανδρών χωρητικότητας άνω του 1lt. Να είναι χάρτινα, μη ερεθιστικά και τοξικά και να έχουν ανθεκτικότητα τέτοια ώστε να μην αποσυντίθενται και να παρουσιάζουν απώλειες για τουλάχιστον 5 λεπτά από την στιγμή της πληρώσεως τους.
34	72415	ΠΑΝΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΡΑΚΑΚΙ	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	# Δ/Υ

35	70827	ΠΑΝΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 60X90	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	#Δ/Υ
36	172326	ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LARGE	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	<p>Πάνες ακράτειας ενηλίκων Large που να διαθέτουν ανατομικό σχήμα προκειμένου να παρέχουν τέλεια εφαρμογή και άνεση. Το επάνω κάλυμμα (non woven) να είναι εμποτισμένο με aloe vera, υποαλλεργικό, φιλικό στο δέρμα και να διατηρείται πάντα στεγνό. Ο πυρήνας της πάνας να είναι διπλά απορροφητικό, δηλαδή εκτός της απορροφητικής μάζας να περιέχει και SAP (Super Absorbent Product) το οποίο στερεοποιεί τα υγρά αποφεύγοντας το αίσθημα υγρασίας και τις δυσάρεστες οσμές. Στα πλαινά της πάνας να υπάρχουν "φράγματα" αποφυγής υγρασίας στην περιοχή των ποδιών να υπάρχουν ειδικές ελαστικές σουρίτσες χωρίς λάτεξ (latex free) για την αποφυγή διαρροών. Να διαθέτουν ειδικό "δείκτη υγρασίας" ανάγκης αλλαγής.</p>
37	175527	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 100X70M	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	<p>Να είναι η μια όψη από ειδικό χαρτί τύπου TYVEK και η άλλη από διαφανές φιλμ πολυαιθυλενίου-πολυεστέρας. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι στην εσωτερική μπροστινή επιφάνεια του ρολού για άμεσο οπτικό αποτέλεσμα (δείκτες - εργαλεία) χωρίς να χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο. Να μην έρχεται η χημική ουσία σε επαφή με τα προς αποστείρωση υλικά και να μην έχει επαφή με την περιοχή συγκόλλησης έτσι ώστε η κόλλα να μην αλλοιώνει την σύνθεση και το αποτέλεσμα του χημικού δείκτη. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι μεγάλου μεγέθους μη τοξικοί, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, και η μεταβολή του χρωματισμού τους μετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και Ευδιάκριτη. Τα ρολά να διαθέτουν κατάλληλους πόρους για την ταχεία διείσδυση του υπεροξειδίου του υδρογόνου στην συσκευασία και για την ταχεία εξαγωγή του αέρα από την συσκευασία, Κατά την διαδικασία του ανοίγματος του ρολού δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο (Tyvek-μεμβράνη) άλλο να ανοίγει παράλληλα με την πλαινή ραφή και να αποκολλάται ομαλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού. Να αναγράφεται στην συσκευασία των ρολών η ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, ο κωδικός παραγωγής, η ποσότητα, οι διαστάσεις του ρολού καθώς και οι ενδείξεις ότι είναι για χρήση στον κλίβανο πλάσματος Sterrad. Να κατατεθούν δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος. Τα ρολά να φέρουν σήμανση-πιστοποιητικό CE και να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές, Να κατατίθεται πιστοποίηση του κατασκευαστή του μηχανήματος ως προς την αποστείρωση.</p>

38	175528	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 150X70M	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	<p>Να είναι η μια όψη από ειδικό χαρτί τύπου ΤΥΝΕΚ και η άλλη από διαφανές φιλμ πολυαιθυλενίου-πολυεστέρας. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι στην εσωτερική μπροστινή επιφάνεια του ρολού για άμεσο οπτικό αποτέλεσμα (δείκτες - εργαλεία) χωρίς να χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο. Να μην έρχεται η χημική ουσία σε επαφή με τα προς αποστείρωση υλικά και να μην έχει επαφή με την περιοχή συγκόλλησης έτσι ώστε η κόλλα να μην αλλοιώνει την σύνθεση και το αποτέλεσμα του χημικού δείκτη. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι μεγάλου μεγέθους μη τοξικοί, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, και η μεταβολή του χρωματισμού τους μετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και Ευδιάκριτη. Το ρολά να διαθέτουν κατάλληλους πόρους για την ταχεία διείσδυση του υπεροξειδίου του υδρογόνου στην συσκευασία και για την ταχεία εξαγωγή του αέρα από την συσκευασία, Κατά την διαδικασία του ανοίγματος του ρολού δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο (Τυνεκ-μεμβράνη) άλλο να ανοίγει παράλληλα με την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται ομαλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού. Να αναγράφεται στην συσκευασία των ρολών η ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, ο κωδικός παραγωγής, η ποσότητα, οι διαστάσεις του ρολού καθώς και οι ενδείξεις ότι είναι για χρήση στον κλίβανο πλάσματος Sterrad. Να κατατεθούν δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος. Τα ρολά να φέρουν σήμανση-πιστοποιητικό CE και να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές, Να κατατίθεται πιστοποίηση του κατασκευαστή του μηχανήματος ως προς την αποστείρωση.</p>
39	175529	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 200X70M	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	<p>Να είναι η μια όψη από ειδικό χαρτί τύπου ΤΥΝΕΚ και η άλλη από διαφανές φιλμ πολυαιθυλενίου-πολυεστέρας. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι στην εσωτερική μπροστινή επιφάνεια του ρολού για άμεσο οπτικό αποτέλεσμα (δείκτες - εργαλεία) χωρίς να χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο. Να μην έρχεται η χημική ουσία σε επαφή με τα προς αποστείρωση υλικά και να μην έχει επαφή με την περιοχή συγκόλλησης έτσι ώστε η κόλλα να μην αλλοιώνει την σύνθεση και το αποτέλεσμα του χημικού δείκτη. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι μεγάλου μεγέθους μη τοξικοί, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, και η μεταβολή του χρωματισμού τους μετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και Ευδιάκριτη. Το ρολά να διαθέτουν κατάλληλους πόρους για την ταχεία διείσδυση του υπεροξειδίου του υδρογόνου στην συσκευασία και για την ταχεία εξαγωγή του αέρα από την συσκευασία, Κατά την διαδικασία του ανοίγματος του ρολού δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο (Τυνεκ-μεμβράνη) άλλο να ανοίγει παράλληλα με την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται ομαλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού. Να αναγράφεται στην συσκευασία των ρολών η ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, ο κωδικός παραγωγής, η ποσότητα, οι διαστάσεις του ρολού καθώς και οι ενδείξεις ότι είναι για χρήση στον κλίβανο πλάσματος Sterrad. Να κατατεθούν δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος. Τα ρολά να φέρουν σήμανση-πιστοποιητικό CE και να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς</p>



				προδιαγραφές, Να κατατίθεται πιστοποίηση του κατασκευαστή του μηχανήματος ως προς την αποστείρωση.
40	175530	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 250X70M	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	<p>Να είναι η μια όψη από ειδικό χαρτί τύπου ΤΥΝΕΚ και η άλλη από διαφανές φιλμ πολυαιθυλενίου-πολυεστέρας. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι στην εσωτερική μπροστινή επιφάνεια του ρολού για άμεσο οπτικό αποτέλεσμα (δείκτες - εργαλεία) χωρίς να χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο. Να μην έρχεται η χημική ουσία σε επαφή με τα προς αποστείρωση υλικά και να μην έχει επαφή με την περιοχή συγκόλλησης έτσι ώστε η κόλλα να μην αλλοιώνει την σύνθεση και το αποτέλεσμα του χημικού δείκτη. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι μεγάλου μεγέθους μη τοξικοί, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, και η μεταβολή του χρωματισμού τους μετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και Ευδιάκριτη. Το ρολά να διαθέτουν κατάλληλους πόρους για την ταχεία διείσδυση του υπεροξειδίου του υδρογόνου στην συσκευασία και για την ταχεία εξαγωγή του αέρα από την συσκευασία, Κατά την διαδικασία του ανοίγματος του ρολού δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο (Τυνεκ-μεμβράνη) άλλο να ανοίγει παράλληλα με την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται ομαλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού. Να αναγράφεται στην συσκευασία των ρολών η ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, ο κωδικός παραγωγής, η ποσότητα, οι διαστάσεις του ρολού καθώς και οι ενδείξεις ότι είναι για χρήση στον κλίβανο πλάσματος Sterrad. Να κατατεθούν δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος. Τα ρολά να φέρουν σήμανση-πιστοποιητικό CE και να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές, Να κατατίθεται πιστοποίηση του κατασκευαστή του μηχανήματος ως προς την αποστείρωση.</p>

41	175531	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 300X70M	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	<p>Να είναι η μια όψη από ειδικό χαρτί τύπου ΤΥΝΕΚ και η άλλη από διαφανές φιλμ πολυαιθυλενίου-πολυεστέρας. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι στην εσωτερική μπροστινή επιφάνεια του ρολού για άμεσο οπτικό αποτέλεσμα (δείκτες - εργαλεία) χωρίς να χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο. Να μην έρχεται η χημική ουσία σε επαφή με τα προς αποστείρωση υλικά και να μην έχει επαφή με την περιοχή συγκόλλησης έτσι ώστε η κόλλα να μην αλλοιώνει την σύνθεση και το αποτέλεσμα του χημικού δείκτη. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι μεγάλου μεγέθους μη τοξικοί, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, και η μεταβολή του χρωματισμού τους μετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και Ευδιάκριτη. Το ρολά να διαθέτουν κατάλληλους πόρους για την ταχεία διείσδυση του υπεροξειδίου του υδρογόνου στην συσκευασία και για την ταχεία εξαγωγή του αέρα από την συσκευασία, Κατά την διαδικασία του ανοίγματος του ρολού δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο (Τυνεκ-μεμβράνη) άλλο να ανοίγει παράλληλα με την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται ομαλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού. Να αναγράφεται στην συσκευασία των ρολών η ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, ο κωδικός παραγωγής, η ποσότητα, οι διαστάσεις του ρολού καθώς και οι ενδείξεις ότι είναι για χρήση στον κλίβανο πλάσματος Sterrad. Να κατατεθούν δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος. Τα ρολά να φέρουν σήμανση-πιστοποιητικό CE και να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές, Να κατατίθεται πιστοποίηση του κατασκευαστή του μηχανήματος ως προς την αποστείρωση.</p>
42	175532	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 350X70M	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	<p>Να είναι η μια όψη από ειδικό χαρτί τύπου ΤΥΝΕΚ και η άλλη από διαφανές φιλμ πολυαιθυλενίου-πολυεστέρας. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι στην εσωτερική μπροστινή επιφάνεια του ρολού για άμεσο οπτικό αποτέλεσμα (δείκτες - εργαλεία) χωρίς να χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο. Να μην έρχεται η χημική ουσία σε επαφή με τα προς αποστείρωση υλικά και να μην έχει επαφή με την περιοχή συγκόλλησης έτσι ώστε η κόλλα να μην αλλοιώνει την σύνθεση και το αποτέλεσμα του χημικού δείκτη. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι μεγάλου μεγέθους μη τοξικοί, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, και η μεταβολή του χρωματισμού τους μετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και Ευδιάκριτη. Το ρολά να διαθέτουν κατάλληλους πόρους για την ταχεία διείσδυση του υπεροξειδίου του υδρογόνου στην συσκευασία και για την ταχεία εξαγωγή του αέρα από την συσκευασία, Κατά την διαδικασία του ανοίγματος του ρολού δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο (Τυνεκ-μεμβράνη) άλλο να ανοίγει παράλληλα με την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται ομαλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού. Να αναγράφεται στην συσκευασία των ρολών η ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, ο κωδικός παραγωγής, η ποσότητα, οι διαστάσεις του ρολού καθώς και οι ενδείξεις ότι είναι για χρήση στον κλίβανο πλάσματος Sterrad. Να κατατεθούν δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος. Τα ρολά να φέρουν σήμανση-πιστοποιητικό CE και να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς</p>

				προδιαγραφές, Να κατατίθεται πιστοποίηση του κατασκευαστή του μηχανήματος ως προς την αποστείρωση.
43	175533	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 500X70M	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	<p>Να είναι η μια όψη από ειδικό χαρτί τύπου ΤΥΝΕΚ και η άλλη από διαφανές φιλμ πολυαιθυλενίου-πολυεστέρας. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι στην εσωτερική μπροστινή επιφάνεια του ρολού για άμεσο οπτικό αποτέλεσμα (δείκτες - εργαλεία) χωρίς να χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο. Να μην έρχεται η χημική ουσία σε επαφή με τα προς αποστείρωση υλικά και να μην έχει επαφή με την περιοχή συγκόλλησης έτσι ώστε η κόλλα να μην αλλοιώνει την σύνθεση και το αποτέλεσμα του χημικού δείκτη. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι μεγάλου μεγέθους μη τοξικοί, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, και η μεταβολή του χρωματισμού τους μετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και Ευδιάκριτη. Το ρολά να διαθέτουν κατάλληλους πόρους για την ταχεία διείσδυση του υπεροξειδίου του υδρογόνου στην συσκευασία και για την ταχεία εξαγωγή του αέρα από την συσκευασία, Κατά την διαδικασία του ανοίγματος του ρολού δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο (Τυνεκ-μεμβράνη) άλλο να ανοίγει παράλληλα με την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται ομαλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού. Να αναγράφεται στην συσκευασία των ρολών η ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, ο κωδικός παραγωγής, η ποσότητα, οι διαστάσεις του ρολού καθώς και οι ενδείξεις ότι είναι για χρήση στον κλίβανο πλάσματος Sterrad. Να κατατεθούν δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος. Τα ρολά να φέρουν σήμανση-πιστοποιητικό CE και να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές, Να κατατίθεται πιστοποίηση του κατασκευαστή του μηχανήματος ως προς την αποστείρωση.</p>

44	175534	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 100X50X100	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Ρολλά αποστείρωσης από χαρτί και διαφανές πολυμερές ειδικών προδιαγραφών. Μεγάλης αντοχής, ισχυρό αντιμικροβιακό φάσμα. Το πλαστικό φιλμ να είναι πολλαπλών στρωμάτων που να δίνει σ' αυτό μεγάλη αντοχή και μαλακό άνοιγμα χωρίς να σχίζεται. Να φέρει δείκτη στην μπροστινή χάρτινη πλευρά, στα σημεία θερμοσυγκόλλησης. Να είναι με πιέτα
45	175535	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 150X50X100	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Ρολλά αποστείρωσης από χαρτί και διαφανές πολυμερές ειδικών προδιαγραφών. Μεγάλης αντοχής, ισχυρό αντιμικροβιακό φάσμα. Το πλαστικό φιλμ να είναι πολλαπλών στρωμάτων που να δίνει σ' αυτό μεγάλη αντοχή και μαλακό άνοιγμα χωρίς να σχίζεται. Να φέρει δείκτη στην μπροστινή χάρτινη πλευρά, στα σημεία θερμοσυγκόλλησης. Να είναι με πιέτα
46	175536	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 250X65X100	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Ρολλά αποστείρωσης από χαρτί και διαφανές πολυμερές ειδικών προδιαγραφών. Μεγάλης αντοχής, ισχυρό αντιμικροβιακό φάσμα. Το πλαστικό φιλμ να είναι πολλαπλών στρωμάτων που να δίνει σ' αυτό μεγάλη αντοχή και μαλακό άνοιγμα χωρίς να σχίζεται. Να φέρει δείκτη στην μπροστινή χάρτινη πλευρά, στα σημεία θερμοσυγκόλλησης. Να είναι με πιέτα
47	175539	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΤΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 100X200	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Να διατίθενται σε επίπεδη μορφή (χωρίς πιέτα) • Να είναι κατασκευασμένα από χαρτί και διάφανο πλαστικό φιλμ και να είναι ανθεκτικοί. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Να είναι κατάλληλα για χρήση σε κλίβανο ατμού</li> </ul> </li> <li>• Να είναι αδιαπέραστα στο νερό και να υπάρχει ισχυρό φράγμα κατά των μικροοργανισμών και της σκόνης. Να μην επιμολύνονται τα αποστειρωμένα υλικά κατά τη φύλαξη.</li> <li>• Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι στην εσωτερική μπροστινή επιφάνεια ώστε να παρέχεται άμεσο οπτικό αποτέλεσμα (δείκτες – εργαλεία) χωρίς να χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο.</li> <li>• Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι ικανού μεγέθους εμφανείς και ευκρινείς (πριν και μετά την αποστείρωση), μη τοξικοί, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, και η μεταβολή του χρωματισμού τους μετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και ευδιάκριτη.</li> <li>• Κατά τη διαδικασία του ανοίγματος (μετά την αποστείρωση) δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο αλλά να ανοίγει παράλληλα με την πλαινή ραφή και να αποκολλάται ομαλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού.</li> <li>• Να γίνεται αναφορά στο χρόνο διατήρησης αποστείρωσης του περιεχομένου σε ελεγχόμενες συνθήκες αποστείρωσης. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία παρτίδα παραγωγής και λήξης, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος, καθώς και να φέρει σήμανση CE.</li> </ul> </li> </ul>

48	175540	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΤΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 150X200	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Να διατίθενται σε επίπεδη μορφή (χωρίς πιέτα) • Να είναι κατασκευασμένα από χαρτί και διάφανο πλαστικό φιλμ και να είναι ανθεκτικοί. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Να είναι κατάλληλα για χρήση σε κλίβανο ατμού</li> </ul> </li> <li>• Να είναι αδιαπέραστα στο νερό και να υπάρχει ισχυρό φράγμα κατά των μικροοργανισμών και της σκόνης. Να μην επιμολύνονται τα αποστειρωμένα υλικά κατά τη φύλαξη.</li> <li>• Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι στην εσωτερική μπροστινή επιφάνεια ώστε να παρέχεται άμεσο οπτικό αποτέλεσμα (δείκτες – εργαλεία) χωρίς να χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο.</li> <li>• Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι ικανού μεγέθους εμφανείς και ευκρινείς (πριν και μετά την αποστείρωση), μη τοξικοί, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, και η μεταβολή του χρωματισμού τους μετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και ευδιάκριτη.</li> <li>• Κατά τη διαδικασία του ανοίγματος (μετά την αποστείρωση) δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο αλλά να ανοίγει παράλληλα με την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται ομαλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού.</li> <li>• Να γίνεται αναφορά στο χρόνο διατήρησης αποστείρωσης του περιεχομένου σε ελεγχόμενες συνθήκες αποστείρωσης. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία παρτίδα παραγωγής και λήξης, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος, καθώς και να φέρει σήμανση CE.</li> </ul> </li> </ul>
----	--------	--	--	---

49	214187	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 300Χ200	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Να διατίθενται σε επίπεδη μορφή (χωρίς πιέτα) • Να είναι κατασκευασμένα από χαρτί και διάφανο πλαστικό φιλμ και να είναι ανθεκτικοί. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Να είναι κατάλληλα για χρήση σε κλίβανο ατμού</li> </ul> </li> <li>• Να είναι αδιαπέραστα στο νερό και να υπάρχει ισχυρό φράγμα κατά των μικροοργανισμών και της σκόνης. Να μην επιμολύνονται τα αποστειρωμένα υλικά κατά τη φύλαξη.</li> <li>• Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι στην εσωτερική μπροστινή επιφάνεια ώστε να παρέχεται άμεσο οπτικό αποτέλεσμα (δείκτες – εργαλεία) χωρίς να χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο.</li> <li>• Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι ικανού μεγέθους εμφανείς και ευκρινείς (πριν και μετά την αποστείρωση), μη τοξικοί, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, και η μεταβολή του χρωματισμού τους μετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και ευδιάκριτη.</li> <li>• Κατά τη διαδικασία του ανοίγματος (μετά την αποστείρωση) δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο αλλά να ανοίγει παράλληλα με την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται ομαλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού.</li> <li>• Να γίνεται αναφορά στο χρόνο διατήρησης αποστείρωσης του περιεχομένου σε ελεγχόμενες συνθήκες αποστείρωσης. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία παρτίδα παραγωγής και λήξης, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος, καθώς και να φέρει σήμανση CE.</li> </ul> </li> </ul>
50	134730	ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 135Χ260 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδίπλωση. Με δείκτες ατμού. Να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
51	40147	ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 90Χ250 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδίπλωση. Με δείκτες ατμού. Να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
52	40150	ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ230Χ365 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδίπλωση. Με δείκτες ατμού. Να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

53	40152	ΣΕΝΤΟΝΙ (ΡΟΛΜΟ) ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ 50CM	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Ρολλά εξεταστικού κρεβατιού αδιάβροχα 50cm x 50 μ
54	175223	ΣΕΤ T.U.R.	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Να αποτελείται από πεδία 3 στρωμάτων (non woven - film - non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή. Το σετ να αποτελείται από τουλάχιστον ένα κάλυμμα τραπέζιου και ένα χειρουργικό πεδίο κατάλληλο για ουρολογικές επεμβάσεις με σάκο περισυλλογής υγρών, ενσωματωμένα πτυσσόμενα ποδονάρια, δακτυλοθήκη και οπή υπερηβικής.
55	175221	ΣΕΤ ΙΣΧΥΟΥ/ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Να αποτελείται από 3 στρώματα (non woven – film -non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή. Να διαθέτει ελαστική στρογγυλή οπή και απορροφητική αντιμικροβιακή ενίσχυση. Να διαθέτει στηρίγματα σωλήνων αναρρόφησης και καλωδίων διαθερμίας και να είναι μεγάλων διαστάσεων.
56	49110	ΣΕΤ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ 3-LAYER	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Να αποτελείται από 3 στρώματα (non woven, film, non woven). Να είναι μεγάλης αντοχής και να μη σκίζεται ούτε στεγνό ούτε βρεγμένο. Να είναι μεγάλης απορροφητικότητας. Να διαθέτει οπή χειρουργικού πεδίου και σάκκο περισυλλογής υγρών με βαλβίδα εκκένωσης. Να είναι αποστειρωμένο και μ.χ.
57	71705	ΣΚΟΡΑΜΙΔΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΙΝΗ	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Από ανακυκλωμένο χαρτί κατάλληλο για πολτοποίηση, ανθεκτικό και αδιάβροχο

58	70611	ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ AESCULAP	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Να διαθέτουν δείκτη αλλαγής χρώματος όταν εκτίθεται σε συνθήκες αποστείρωσης</li> <li>• Να φέρουν ένδειξη για αναγραφή έναρξης και λήξης αποστείρωσης, με αρίθμηση του φορτίου κλιβανισμού και όνομα συσκευαστή. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Οι διαστάσεις να είναι περίπου 65x36mm</li> </ul> </li> <li>• Να αναγράφεται ευκρινώς η παρτίδα παραγωγής, η ημερομηνία παραγωγής και λήξης, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος, καθώς και να φέρει σήμανση CE.</li> </ul>
59	175239	ΥΠΟΔΕΝΔΟΝΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΝΑΙΟΥ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Υποσένδονο non woven περιναίου αποστειρωμένο, αδιάβροχο με σακούλα συλλογής υγρών για μαιευτικές-γυναικολογικές επεμβάσεις, διαστάσεων 85X105 εκ. περίπου
60	17436	ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ 60X75	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Να αποτελείται από 3 στρώματα (non woven - film - non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή.
61	40036	ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ 60X90	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Να αποτελείται από 3 στρώματα (non woven - film - non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή.
62	71047	ΦΑΚΕΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 130X330	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Έτοιμες θήκες προς χρήση, επίπεδες, κλειστές στο ένα άκρο με στρογγυλό κλείσιμο και αυτοσυγκολλούμενες από το άλλο άκρο, με έτοιμη προδίπλωση. Με δείκτες ατμού. Να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
63	70618	ΦΙΛΤΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ AESCULAP	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Να είναι κατασκευασμένα από χαρτί υγροαπωθητικό για παρεμπόδιση μικροοργανισμών <ul style="list-style-type: none"> <li>• Να έχουν διάμετρο 190mm περίπου.</li> </ul> </li> <li>• Να γίνεται αναφορά στο χρόνο διατήρησης αποστείρωσης του περιεχομένου σε ελεγχόμενες συνθήκες αποστείρωσης.</li> <li>• Να αναγράφεται ευκρινώς η παρτίδα παραγωγής, η ημερομηνία παραγωγής και λήξης, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος, καθώς και να φέρει σήμανση CE.</li> </ul>
64	70617	ΦΙΛΤΡΑΓΙΑ ΤΑ ΚΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ AESCULAP ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Να είναι κατασκευασμένα από χαρτί υγροαπωθητικό για παρεμπόδιση μικροοργανισμών <ul style="list-style-type: none"> <li>• Να έχουν διαστάσεις περίπου 230x230 mm.</li> </ul> </li> <li>• Να γίνεται αναφορά στο χρόνο διατήρησης αποστείρωσης του περιεχομένου σε ελεγχόμενες συνθήκες αποστείρωσης.</li> <li>• Να αναγράφεται ευκρινώς η παρτίδα παραγωγής, η ημερομηνία παραγωγής και λήξης, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος, καθώς και να φέρει σήμανση CE.</li> </ul>



65	232259	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (NON WOVEN) 120X120	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Να είναι από μη υφασμένο υλικό (non woven ) που να διπλώνεται εύκολα, με χαμηλή μνήμη επαναφοράς.</li> <li>• Να είναι μεγάλης αντοχής, υποαλλεργικό, μη τοξικό και να αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις του κλιβάνου ατμού.</li> <li>• Να έχει υψηλό βαθμό υγροαπωθητικότητας και αντίστασης στις αλκοόλες και στο νερό.</li> <li>• Να γίνεται αναφορά στο χρόνο διατήρησης αποστείρωσης του περιεχομένου σε ελεγχόμενες συνθήκες αποστείρωσης.</li> <li>• Να αναγράφεται ευκρινώς η παρτίδα παραγωγής, η ημερομηνία παραγωγής και λήξης, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος, καθώς και να φέρει σήμανση CE.</li> </ul>
66	70621	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ. 100X100	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΦΡΑΓΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΗ ΚΑΙ ΞΗΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗΣ ΥΦΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ) ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΝΑ ΤΥΛΙΓΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΛΑΚΩΝΕΙ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΔΙΟΔΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ.
68	234023	ΧΑΡΤΙΝΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΜΧ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΣΠΥΡΟΜΕΤΡΟ	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Υψηλής ποιότητας χάρτινα επιστόμια παιδιατρικά, συσκευασμένα σε ατομική διαφανή συσκευασία. Κατασκευασμένα από ειδικό χαρτόνι (kraft), ουδέτερο, ασφαλές και μη τοξικό. Κατάλληλα για χρήση με τα περισσότερα μοντέλα σπυρομέτρων.

69	72416	ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ 5 ΚΙΛΩΝ	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	<ol style="list-style-type: none"> <li>Μορφή: Ο χαρτοβάμβακας θα είναι λευκός με απαλή υφή, κατάλληλος για νοσοκομειακή χρήση. Τα φύλλα του χαρτοβάμβακα θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα, χωρίς τοπικά αραιώματα και σχισίματα.</li> <li>Βάρος Το βάρος του χαρτοβάμβακα θα πρέπει να είναι δεκαοκτώ γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (18gr/m<sup>2</sup>) με ανοχή ± 5% (ISO536)</li> <li>Σύσταση Από χημικό πολτό 100% (ISO9184)</li> <li>Αντοχή σε εφελκυσμό Κατά την έννοια του μήκους 150 γραμμάρια κατ' ελάχιστο σε ταινία πλάτους 1,5 εκατοστών Κατά την έννοια του πλάτους 70 γραμμάρια κατ' ελάχιστο σε ταινία πλάτους 1,5 εκατοστών (ISO1924)</li> <li>Απορροφητικότητα Προσδιοριζόμενη κατά TAPPI-T432 om-82, η απορροφητικότητα μίας σταγόνας νερού όγκου 0,01 ml, να έχει μέγιστο χρόνο απορρόφησης 25 δευτερόλεπτα (max:25sec)</li> <li>Τέφρα Μέγιστη τιμή ένα τοις εκατό (max:1%) (ISO2144)</li> </ol> <p>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</p> <p>Ο χαρτοβάμβακας θα παραδίδεται: Σε φύλλα διαστάσεων 60X40 εκατοστά (cm), τοποθετημένα σε πακέτα των πέντε κιλών (5 kg) το κάθε πακέτο. Τα πακέτα θα είναι συσκευασμένα σε απαραβίαστη πλαστική συσκευασία, η οποία θα προστατεύεται από τις καταπονήσεις από σκληρό χάρτινο κουτί ή χαρτοκιβώτιο. Ο τρόπος συσκευασίας θα δηλώνεται στην τεχνική προσφορά από τους συμμετέχοντες. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά. Επίσης στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία θα αναγράφονται τα εξής:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, τόπος)</li> <li>2. Το είδος του περιεχομένου και τη σύσταση (χημικός πολτός 100%)</li> <li>3. Οι διαστάσεις των φύλλων</li> <li>4. Το βάρος (καθαρό)</li> </ol> <p>5. Ο αριθμός της σύμβασης και η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη</p>
70	175243	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΟΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 75 X 90	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	<p>Να αποτελείται από 2 στρώματα (non woven - film) ή από 3 στρώματα (non woven - film -non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή.</p>
71	72238	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΟΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΟΥΣΙΑ 60*40	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	<p>- Να είναι κατασκευασμένα από διάφανο φιλμ.- Να φέρουν ιωδοφόρο αντιμικροβιακή ουσία.- Να επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.- Να είναι σε ατομική συσκευασία αλουμινίου για την προστασία της ιωδοφόρου ουσίας.- Να αναγράφεται ημερομηνία αποστείρωσης.- Να είναι ακτινοδιαπερατά.- Να έχουν αντιθαμβωτική συμπεριφορά.- Να φέρουν CE.- Καθαρή συγκολλητική επιφάνεια σε διαστάσεις: 40X60cm περίπου</p>
72	19106	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΟΠΗ 50X60	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	<p>Να αποτελείται από 2 στρώματα (non woven - film) ή από 3 στρώματα (non woven - film -non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή.</p>

73	175216	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΟΠΗ 75X90	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Να αποτελείται από 2 στρώματα (non woven - film) ή από 3 στρώματα (non woven - film -non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή.
74	175241	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 165 X 105	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	#Δ/Υ
75	175237	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 45 X 75	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Να αποτελείται από 2 στρώματα (non woven - film) ή από 3 στρώματα (non woven - film -non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή.
76	136642	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΝΤΟΝΙ 150X175	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Να είναι 3 στρωμάτων (non-woven, film, non-woven). Το επιφανειακό στρώμα να είναι κατασκευασμένο από άριστης ποιότητας υλικό non- woven ώστε να έχει συμπεριφορά υφάσματος και δυνατότητα μεγάλης απορρόφησης υγρών. Το μεσαίο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από film ώστε να αποτελεί φράγμα κατά των υγρών και των μικροβίων. Με κυματοειδή κατασκευή που να επιτρέπει ταχύτατη απορρόφηση των υγρών. Να είναι υψηλής αντοχής. Να έχει χρώμα ξεκούραστο και φιλικό για την όραση. Να φέρουν στην άκρη τους δακτυλοδείκτη ώστε να ακολουθείται η άσηπτος τεχνική. Σε ατομική συσκευασία μιας χρήσης. Να ξεδιπλώνονται με άσηπτη τεχνική με τη βοήθεια σχημάτων ή βελών. Να είναι ανθεκτικά στην τριβή και στο σκίσιμο. Να έχει διάσταση περίπου 150*150εκ.
77	175232	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΝΤΟΝΙ 100 X 150 Μ.Χ.	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	Να αποτελείται από 3 στρώματα (non woven - film -non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή.
78	175618	ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤ. ΚΛΙΒΑΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Να είναι συμβατοί με τον κλίβανο πλάσματος.</li> <li>• Κάθε πακέτο δεικτών να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες – πληροφορίες όπως: βασικές παραμέτρους που έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει, αναμενόμενη αλλαγή μετά την έκθεση στο μέσο αποστείρωσης, ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, κωδικός παραγωγής, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος, καθώς και να φέρει σήμανση CE.</li> <li>• Να περιέχουν χρωματική χημική ουσία μη τοξική που θα λαμβάνει υπόψιν όλες τις παραμέτρους του κλιβάνου.</li> </ul>

79	175619	ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤ. ΚΛΙΒΑΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ ΡΟΛΟΥ	Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η χαρτοταινία να φέρει κόλλα η οποία να ασφαρίζει σταθερά τα πακέτα και να αφαιρείται εύκολα και ομοιόμορφα και να μην αφήνει υπολείμματα. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Να είναι κατάλληλος για χρήση σε κλίβανο πλάσματος.</li> </ul> </li> <li>• Να αναφέρεται επί του εσωτερικού κοίλου της ταινίας η ημερομηνία λήξης του προϊόντος</li> <li>• Να φέρει ένδειξη αποστείρωσης για (χρωματικής αλλαγής) κλίβανο πλάσματος. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Να έχει φάρδος περίπου 2 cm.</li> <li>• Να αναφέρεται το μήκος του ρολού</li> </ul> </li> <li>• Να αναγράφεται ευκρινώς η παρτίδα παραγωγής, η ημερομηνία παραγωγής και λήξης, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος, καθώς και να φέρει σήμανση CE.</li> </ul>
----	--------	---	--	--