



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
**ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»**  
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

Άγιος Νικόλαος, 25-11-2019  
Αρ. Πρωτ.: 10719

Ταχ. Δ/ση: Κ. Παλαιολόγου & Κνωσσού  
Ταχ. Κώδικας: 72100, Άγιος Νικόλαος  
Πληροφορίες: κ. Σταθάκη Δήμητρα  
Τηλέφωνο: 28413 43171  
Τηλεομ/πία: 28410 83328  
Ηλ. Δ/ση: [dstathaki@agnhosp.gr](mailto:dstathaki@agnhosp.gr)

**ΠΡΟΣ:**  
**Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς**

**ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων για τον τύπο των φιλμ**

*Σχετ.: 1. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 10646/21-11-19 έγγραφο της εταιρείας ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ  
2. Το από 22-11-19 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών*

Έπειτα από έγγραφο ηλεκτρονικό ερώτημα το οποίο υποβλήθηκε στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό κάτω του ορίου Διαγωνισμό για την προμήθεια Προϊόντων Εμφάνισης Ακτινογραφιών CPV 24931230-0 για τις Οργανικές Μονάδες Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας καθώς και για το Γ.Ν. Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» του Γ.Ν. Λασιθίου, με αριθμό πρωτοκόλλου Διακήρυξης 10344/12-11-19 και α/α ΕΔΗΔΗΣ 81721, διευκρινίζονται τα εξής:

Ο ορθός τύπος των φιλμ που αφορά το είδος με α/α 3 είναι τα DT10B.

Η εν λόγω αναφορά παρουσιάζεται στις σελίδες 5, 39 και 41 στις οποίες όπου εμφανίζεται ο τύπος DT2B αντικαθίσταται από τον τύπο DT10B.

Η Διοικήτρια

Μαρία Σπινθούρη