

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
7^η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
«Διαλυνάκειο»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΠΔΔ Γ.Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Γ.Ν.ΚΥ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/29-05-2020

Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα 29/5/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10,00 π.μ. ύστερα από την με αρ.πρωτ. 1149/27-5-2020 πρόσκληση του Προέδρου, συνεδρίασε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2690/1999, του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν.2690/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο εικοστό πρώτο της ΠΝΠ της 13-04-2020 (ΦΕΚ Α' 84/13-04-2020) και την με αρ. πρωτ. Γ48/ΓΠ.οικ.:25776/15-04-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 325 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./29-04-2020), το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία <<Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου – Γ.Ν.-ΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»>>.

Στην συνεδρίαση προεδρεύει ο Κοινός Διοικητής Ανδρεαδάκης Εμμανουήλ, και παρίστανται η Αντιπρόεδρος Δαρατσιανού Μαρία Αναπληρώτρια Διοικήτρια της Α.Ο.Μ. Σητείας, και τα τακτικά μέλη Βασιλάκης Μιχαήλ και Βασιλαράς Ηλίας Αιρετός Εκπρόσωπος Ιατρών καθώς και το αναπληρωματικό μέλος Λαμπράκη Μαρία Αιρετή Εκπρόσωπος των λοιπών Εργαζομένων.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Γραμματέας του ΔΣ Σφυράκη Άννα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 89

ΘΕΜΑ 12^ο: Έγκριση σκοπιμότητας, τεχνικών προδιαγραφών, έγκριση διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας Απολυμαντικών για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας της Έδρας – Άγιος Νικόλαος του Γ.Ν. Λασιθίου, έγκριση τευχών διακήρυξης και ορισμός επιτροπής αποσφράγισης-αξιολόγησης.

Το Δ/κό Σ/λίο αφού έλαβε υπόψη του

Την με αρ.πρωτ. 1152/27-05-2020 αναφορά της Οικονομικής Υπηρεσίας της Οργανικής Μονάδας Έδρας Αγίου Νικολάου σχετικά με έγκριση σκοπιμότητας, τεχνικών προδιαγραφών, έγκριση διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας Απολυμαντικών για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας της Έδρας – Άγιος Νικόλαος του Γ.Ν. Λασιθίου, έγκριση τευχών διακήρυξης και ορισμός επιτροπής αποσφράγισης-αξιολόγησης.

Σχετικά με:

1. Την Δημόσια Διαβούλευση με ΑΔΑΜ 20ΔΙΑΒ000007787
2. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 20REQ006747203
3. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 20REQ006753947
4. Τον Ν 4472/2017 αρ. 27 παρ. 2
5. Τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή.

6. Τα τεύχη της διακήρυξης.

1. Την εισήγηση της προέδρου του και την διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

- α. Εγκρίνει την σκοπιμότητα της προμήθειας Απολυμαντικών προϋπολογισθείσας δαπάνης 53.334,91 πλέον Φ.Π.Α.,
- β. Τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, που συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή, τέθηκαν σε Δημόσια Διαβούλευση (σχετ. 1) και επισυνάπτονται στην παρούσα

A/A	Κωδικός	Είδος	Τεχνικές προδιαγραφές	M.M.
1	251839	OXYZENE 600ML	#Δ/Υ	FL
2	253006	TAUROLIDINE SOLUTION 2% (VIALS 10ML)	#Δ/Υ	BOTL
3	174825	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ	Καθαριστικό χεριών και δέρματος ενηλίκων με ουδέτερο pH, κατάλληλο για συχνή χρήση, που δε προκαλεί ξηροδερμία και ερεθισμούς. Δερματολογικά ελεγμένο. Σε υγρή μορφή ή μορφή αφρού. Με ήπιους καθαριστικούς (χωρίς σάπωνες και αλκάλια) και ήπιους αντισηπτικούς παράγοντες. Εμπλουτισμένο με ενυδατικές ουσίες. Να ακολουθεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία 1223/2009 για χρωστικές (αν υπάρχουν) και συντηρητικές ουσίες, απαραίτητες για τη μη ανάπτυξη μικροοργανισμών. Με ετικέτα με περιγραφή, χαρακτηριστικά και συστατικά του προϊόντος στα ελληνικά. Η ποσότητα να δίδεται σε λίτρα και στη τιμή να περιλαμβάνεται η δοσομετρική αντλία ανά συσκευασία προϊόντος.	Λ

4	252473	<p>ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ DIS</p>	<p>1. Να είναι κατάλληλο για την υψηλού βαθμού απολύμανσης εύκαμπτων ενδοσκοπίων στον αυτόματο απολυμαντή εύκαμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS ο οποίος είναι εγκατεστημένο στο Ενδοσκοπικό τμήμα του νοσοκομείου. 2. Στην σύνθεση του να περιέχει Υπεροξεικό Οξύ 1-5%, Υπεροξείδιο του Υδρογόνου (H₂O₂) 15-30% και Οξικό Οξύ, ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλού βαθμού απολύμανση σε χαμηλή θερμοκρασία 35ο C, σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας του πλυντηρίου. 3. Να εξασφαλίζει βέλτιστη δράση σε δοσολογία 12ml / lt (1,2%) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πλυντηρίου. 3. Να έχει ουδέτερο pH και να είναι φιλικό προς χρήση, προς τα υλικά κατασκευής των ενδοσκοπίων καθώς και του πλυντηρίου εξασφαλίζοντας προστασία από πιθανές φθορές. 5. Να είναι κατάλληλο και απόλυτα συμβατό με τον αυτόματο απολυμαντή εύκαμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYPMUS ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο Ενδοσκοπικό τμήμα του νοσοκομείου, ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια απολύμανση των εύκαμπτων ενδοσκοπίων και η ενδεδειγμένη λειτουργία του πλυντηρίου. Να κατατεθεί πρωτότυπη δήλωση - πιστοποίηση συμβατότητας, του προσφερόμενου απολυμαντικού υγρού για τα πλυντήρια του οίκου OLYMPUS, από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου. 6. Να φέρει σήμανση CE. 7. Να διατίθεται σε δοχείο 2,8 λίτρων. 8. Τα προσφερόμενα είδη (252473, 252474 και 252475) να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και θα αξιολογηθούν από κοινού για λόγους συμβατότητας με τον αυτόματο απολυμαντή εύκαμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο Ενδοσκοπικό τμήμα του νοσοκομείου.</p>	Λ
---	--------	--	--	---

5	174804	<p>ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ</p>	<p>Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο (να κατατεθούν μελέτες αποτελεσματικότητας). Να μην περιέχει αλδεΐδες και φαινόλες. Να είναι σε πυκνή μορφή. Να είναι σχετικά άοσμο ή με ευχάριστη οσμή, μη πτητικό. Να αναφέρεται η συμβατότητα του προϊόντος με διάφορα υλικά κατασκευής επιφανειών και εξοπλισμού. Η προσφορά να αναφέρεται σε λίτρα και να περιλαμβάνει τη δοσομετρική αντλία για κάθε δοχείο. Να συνοδεύεται από άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ όπου να αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής η χρήση σε χώρους παρασκευής τροφίμων, τεχνικό φυλλάδιο, οδηγίες χρήσης και δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική. Να κατατεθούν και τα πρωτότυπα prospectus.</p>	Λ
6	252474	<p>ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ACT</p>	<p>Να είναι υγρός ενεργοποιητής για χρήση σε συνδυασμό με το προσφερόμενο απολυμαντικό υγρό (κωδικός 252473) ώστε να εξασφαλίζεται ουδέτερο pH και προστασία των εύκαμπτων ενδοσκοπίων. 2. Να παρέχει βέλτιστη δράση σε δοσολογία 12ml/lit (1,2%) σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πλυντηρίων. 4. Να είναι κατάλληλος και απόλυτα συμβατός με τον αυτόματο απολυμαντή εύκαμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο Ενδοσκοπικό τμήμα του νοσοκομείου, ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια απολύμανση των εύκαμπτων ενδοσκοπίων και η ενδεδειγμένη λειτουργία του πλυντηρίου. Να κατατεθεί πρωτότυπη δήλωση - πιστοποίηση συμβατότητας του προσφερόμενου απολυμαντικού υγρού με τα πλυντήρια του οίκου OLYMPUS από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου. 5. Να είναι συμβατός για χρήση σε εύκαμπτα ενδοσκόπια. Να είναι φιλικός προς το χρήστη, προς τα υλικά κατασκευής των ενδοσκοπίων όσο και το πλυντήριο εξασφαλίζοντας τον άρτιο καθαρισμό τους και την προστασία τους από πιθανές φθορές. 6. Να φέρει σήμανση CE. 7. Να διατίθεται σε δοχείο των 5 λίτρων. 8. Τα προσφερόμενα είδη (252473, 252474 και 252475) να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και θα αξιολογηθούν από κοινού για λόγους συμβατότητας με τον αυτόματο απολυμαντή εύκαμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο Ενδοσκοπικό τμήμα του νοσοκομείου.</p>	Λ

7	252475	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ DET	<p>1. Να έχει ισχυρή καθαριστική καθαριστική δράση για αποτελεσματικό καθαρισμό των έυκαμπτων ενδοσκοπίων σε χαμηλή θερμοκρασία 'έως 40οC. 2. Στην σύνθεση του να περιέχει 5-15% ανιονικά τασιενεργά, γλυκόλες, ενισχυτικό διαλυτότητας και ενισχυτικό καθαρισμού ώστε να εξασφαλίζεται ο πλήρης καθαρισμός και η προστασία των ενδοσκοπίων. 3. Να παρέχει βέλτιστη δράση καθαρισμού σε δοσολογία 6ml/lt (0,6%) σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πλυντηρίων. 4. Να είναι κατάλληλο και απόλυτα συμβατό με τον αυτόματο απολυμαντή εύκαμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο Ενδοσκοπικό τμήμα του νοσοκομείου, ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια απολύμανση των εύκαμπτων ενδοσκοπίων και η ενδεδειγμένη λειτουργία του πλυντηρίου. Να κατατεθεί πρωτότυπη δήλωση - πιστοποίηση συμβατότητας, του προσφερόμενου απολυμαντικού υγρου με τα πλυντηρια του οίκου OLYMPUS, από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου. 5. Να είναι συμβατό για χρήση σε εύκαμπτα ενδοσκόπια. Να είναι φιλικό προς το χρήστη, προς τα υλικά κατασκευής τόσο των ενδοσκοπίων όσο και του πλυντηρίου εξασφαλίζοντας τον άρτιο καθαρισμό τους και την προστασία τους απο πιθανές φθορές. 6. Να φέρει σήμανση CE. 7. Να διατίθεται σε δοχείο των 5 λίτρων. 8. Τα προσφερόμενα είδη (252473, 252474 και 252475) να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και θα αξιολογηθούν από κοινού για λόγους συμβατότητας με τον αυτόματο απολυμαντή εύκαμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο Ενδοσκοπικό τμήμα του νοσοκομείου.</p>	Λ
8	69499	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SPRAY ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	<p>1. Να είναι υδατοδιαλυτό, χωρίς σιλκόνη. 2. Να μην είναι τοξικό και να μην αφήνει υπολείμματα μετά την αποστείρωση. 3. Να υπάρχει πιστοποίηση ότι δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης των εργαλείων. 4. Να έχει μακρύ λεπτό ρύγχος περίπου 10 cm, για τη λίπανση των χειρουργικών εργαλείων σε αρθρώσεις και δύσκολα προσβάσιμα σημεία. 5. Να φέρει σήμανση CE. 6. Να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο, αναλυτικές οδηγίες χρήσης, δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική. 7. Να κατατεθούν και τα πρωτότυπα prospectus. 8. Η προσφορά να αναφέρεται σε φιάλη των 400-500ml και στην τιμή να περιλαμβάνεται το ρύγχος ψεκασμού ανά συσκευασία προϊόντος.</p>	FL

9	223580	ΟΡΘΟΦΘΑΛΛΑΔΕΥΔΗ 0,55%	<p>1.Ορθοφθαλδεύδη (τουλάχιστον 0,55% στο τελικό διάλυμα χρήσης).</p> <p>2.Να είναι συμβατό με τα εύκαμπτα και άκαμπτα ενδοσκόπια (OLYMPUS και STORZ) που χρησιμοποιούνται στο νοσοκομείο και να παρέχονται εγγυήσεις από την προμηθεύτρια εταιρεία για επισκευή ή αντικατάσταση του οργάνου σε περίπτωση βλάβης εξαιτίας μη συμβατότητας του απολυμαντικού.</p> <p>3.Να έχει ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα με δράση σε βακτηρίδια, μυκοβακτηρίδια, (POLIO, NORO , ADENO) ιούς και μύκητες εντός 5 λεπτών. Να έχει και σποροκτόνο δράση εντός 1 ώρας.</p> <p>4.Να συνοδεύεται από έγκυρες και ανεξάρτητες μελέτες και βιβλιογραφία όπου να αποδεικνύεται η δράση του.</p> <p>5.Να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο τοξικό για τους χρήστες, άοσμο ή με ευχάριστη οσμή.</p> <p>6.Χαμηλού αφρισμού.</p> <p>7.Να μην είναι διαβρωτικό.</p> <p>8. Να μην αφήνει υπολείμματα στα όργανα.</p> <p>9. Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.</p> <p>10. Να χορηγείται ανά δοχείο αδρανοποιητική ουσία για την ασφαλή απόρριψη στο αποχετευτικό σύστημα.</p>	Λ
10	269367	ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΦΘΑΛΛΕΥΔΗΣ	<p>1. Η τιμή θα αξιολογηθεί αθροιστικά (τιμή προϊόντος + τιμή ταινιών).</p> <p>2. Να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το απολυμαντικό διάλυμα με κωδικό 223580</p> <p>3. Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.</p>	TEM
11	174828	ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ	<p>Κατάλληλο για βρέφη και παιδιά. Να είναι υποαλλεργικό με ουδέτερο Ph για ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα, χωρίς σαπούνι, χρωστικές και parabens και να είναι δερματολογικά ελεγμένο. Να φέρει εξωτερικά ετικέτα με τα συστατικά και οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. Να είναι σύμφωνο με τον κανονισμό 120/2009 και καταχωρημένο στον Ευρωπαϊκό Φορέα (CPNP) ως καλλυντικό προϊόν.</p>	Λ

12	174806	ΣΠΡΕΨ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	<p>Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο (να κατατεθούν μελέτες αποτελεσματικότητας). Να περιέχει αλκοόλες συγκέντρωσης >60% και μέχρι 90%. Να μην περιέχει αλδεΐδες, φαινόλες, χλώριο. Να είναι κατάλληλο και για μη επεμβατικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Ο χρόνος δράσης που θα αξιολογηθεί είναι μέχρι 5 λεπτά. Να είναι έτοιμο προς χρήση μέσω ψεκασμού. Να μην έχει ερεθιστική οσμή. Να μην αφήνει στίγματα, ίχνη, κατάλοιπα και να μην περιέχονται στην σύνθεση του QACS ή άλλες ουσίες που ενδεχομένως δημιουργούν υπόλειμμα ή άλλες αλλεργικές αντιδράσεις στους χρήστες. Να είναι συμβατό με μεγάλη ομάδα επιφανειών (εξαιρούνται οι ευαίσθητες σε αλκοόλες π.χ. ακρυλικό γυαλί). Η προσφορά να αναφέρεται σε λίτρα και να περιλαμβάνει την αντλία ψεκασμού για κάθε δοχείο (σε περίπτωση που δεν είναι ενσωματωμένη). Να συνοδεύεται από άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ, σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο, αναλυτικές οδηγίες χρήσης και δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική. Να κατατεθούν και τα αντίστοιχα πρωτότυπα prospectus και μελέτες αποτελεσματικότητας από ανεξάρτητους φορείς.</p>	Λ
13	174821	ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	<p>Να είναι αλκαλικής σύστασης με προσθήκη ενζύμων για καλύτερο καθαριστικό αποτέλεσμα (pH>10 στους 55oC στο διάλυμα εφαρμογής) Να διαλύει το βιολογικό φορτίο από τα δύσκολα σημεία των εργαλείων π.χ. από τις αρθρώσεις και τους αυλούς σε λίγα λεπτά. Να είναι κατάλληλο για λαπαροσκοπικά εργαλεία και ευαίσθητα υλικά όπως χρωματισμένο ή ανοδιωμένο αλουμίνιο. Να μην αφρίζει καθόλου και να έχει αποσκληρυντικούς παράγοντες. Να διαθέτει πιστοποίηση συμβατότητας από τους κατασκευαστές των πλυντηρίων. Να διαθέτει επισήμανση CE και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ. Να αναφέρεται η προτεινόμενη αραιώση από τον κατασκευαστή. Συμβατό με το πλυντήριο κατασκευαστικού οίκου STEELCO / ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:DS600/1. Για τους κωδικούς 174821 και 244684 θα επιλεχθούν υλικά της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας προκειμένου να μην υπάρχει πρόβλημα συμβατότητας και προγραμματισμού. Για την επιλογή θα ληφθεί υπόψη η συνολική προσφορά.</p>	Λ

14	174811	<p>ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΥΡΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ</p>	<p>Υγρό καθαρισμού και απολύμανσης χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων. Να είναι σε συμπηκνωμένη μορφή. Κατάλληλο για βυθισμό και για πλυντήρια υπερήχων. Να μην περιέχει αλδεΐδες, φαινόλες ή χλωριούχα παράγωγα. Να έχει βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο και μυκοβακτηριοκτόνο δράση. Η μικροβιολογική δοκιμή να έχει γίνει σε «ρυπαρές συνθήκες». Να κατατεθούν μελέτες αποτελεσματικότητας. Να είναι χαμηλού αφρισμού, να μην θολώνει σε θερμοκρασία ως 40οC και να περιέχει ένζυμα για την αφαίρεση πρωτεϊνών, αμύλου, λιπών. Ο χρόνος δράσης που θα αξιολογηθεί είναι μέχρι 15 λεπτά. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας με τα εύκαμπτα ενδοσκόπια που χρησιμοποιούνται και με τους κατασκευαστές των χειρουργικών εργαλείων. Να παρέχεται δωρεάν η δοσομετρική αντλία. Να φέρει σήμανση CE. Να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο, οδηγίες χρήσης και δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική. Να κατατεθούν και τα πρωτότυπα prospectus. Η ποσότητα να δίδεται σε λίτρα.</p>	Λ
15	244684	<p>ΥΓΡΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ</p>	<p>Να είναι όξινο ουδετεροποιητικό με βάση το κιτρικό οξύ. Να είναι κατάλληλο για εξουδετέρωση αλκαλικών υπολειμμάτων σε αυτόματα πλυντήρια. Να μην περιέχει τασιενεργά για εύκολο ξέβγαλμα. Να είναι χαμηλού αφρισμού. Να διαθέτει πιστοποίηση συμβατότητας από τους κατασκευαστές των πλυντηρίων. Να διαθέτει επισήμανση CE και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ. Να αναφέρεται η προτεινόμενη αραίωση από τον κατασκευαστή. Συμβατό με το πλυντήριο κατασκευαστικού οίκου STEELCO / ΙΤΑΛΙΑΣ MONTELO:DS600/1. Για τους κωδικούς 174821 και 244684 θα επιλεχθούν υλικά της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας προκειμένου να μην υπάρχει πρόβλημα συμβατότητας και προγραμματισμού. Για την επιλογή θα ληφθεί υπόψη η συνολική προσφορά.</p>	Λ

16	174812	<p>ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΧΛΩΡΟΪΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (NADCC)</p>	<p>Ευρέως φάσματος απολυμαντικό ταχείας δράσης έναντι βακτηρίων, μυκήτων, ιών, μυκοβακτηρίων και σπόρων σταδιακής αποδέσμευσης NaDCC και συγκέντρωσης 2,5gr ανά δισκίο. Να αναφέρεται στα ελληνικά ο αριθμός δισκίων ανά λίτρο νερού για παραγωγή διαλύματος για διάφορες συγκεντρώσεις (π.χ. < και > 1000 ppm) και ο χρόνος επαφής για κάθε συγκέντρωση από αυτές. Να συνοδεύεται από άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ, τεχνικό φυλλάδιο, δελτίο δεδομένων ασφάλειας και πίνακες αποτελεσματικότητας στα ελληνικά.</p>	ΤΕΜ
17	237596	<p>ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΣΤΕΓΝΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟ ΜΕ ΔΟΧΕΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ</p>	<p>Πανάκια καθαρισμού και απολύμανσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (θερμοευαίσθητες κεφαλές υπερήχων, monitors, θερμοκοιτίδες) και μικρών επιφανειών, σε ρολλό. . Να είναι μιας χρήσεως, σε πρακτική συσκευασία, με καπάκι ασφαλείας και λαβή, για ευκολία χρήσης και αποφυγή διαρροών και εξάτμισης, που επιτρέπει τη μεμονωμένη χρήση μαντηλιών, σφραγίζοντας ερμητικά για αποφυγή στεγνώματος του περιεχομένου (μετά τον εμποτισμό). Να μην αφήνουν χνούδι, να μην σκίζονται, να είναι από μη υφασμένο πολυεστερικό υλικό (fleece) που εξασφαλίζει άριστη διαβρεκτικότητα και μεγάλη σταθερότητα στο διάλυμα, κατάλληλα για κάθε τύπο συμπυκνωμένου ή έτοιμου προς χρήση απολυμαντικού. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περίπου 1 μήνα μετά την παρασκευή των απολυμαντικών, διασφαλίζοντας την σταθερότητα των διαλυμάτων.</p>	ΡΟΛΛΑ

18	53358	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	<p>Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο δραστικό έναντι ανθεκτικών νοσοκομειακών στελεχών (klebsiella, acinetobacter). Σε περίπτωση που αναφέρεται και μυκοβακτηριοκτόνος δράση να πιστοποιείται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 14348 & EN 14563). Να κατατεθούν μελέτες αποτελεσματικότητας. Ο χρόνος δράσης που θα αξιολογηθεί είναι μέχρι 5 λεπτά. Να μην περιέχει αλδεΐδες, αλκοόλες, φαινόλες, χλώριο. Να είναι συμβατό με ευαίσθητες στην αλκοόλη επιφάνειες όπως plexiglass (θερμοκοιτίδες), πλαστικό, πολυουρεθάνη (οθόνες, πληκτρολόγια, κεφαλές υπερήχων κλπ). Να είναι έτοιμο προς χρήση μέσω ψεκασμού. Να μην είναι ερεθιστικό και τοξικό για το χρήστη. Η προσφορά να αναφέρεται σε λίτρα και να περιλαμβάνει την αντλία ψεκασμού για κάθε δοχείο (σε περίπτωση που δεν είναι ενσωματωμένη) Να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο, οδηγίες χρήσης και δελτίο δεδομένων ασφαλείας και την ετικέτα του προϊόντος στην ελληνική. Να έχει σήμανση CE και καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων. Να κατατεθούν και τα αντίστοιχα πρωτότυπα prospectus.</p>	Λ
19	224112	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	<p>Απολυμαντικό υγρό για την απολύμανση της αναρρόφησης, μη αφρίζον, συμπηκνωμένο και αποτελεσματικό για μεγάλο εύρος μικροβίων (βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο) Συσκευασία 1L.</p>	TEM
20	235823	ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΝΤΙΣΙΠΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ	<p>Φάκελοι - θήκες απολύμανσης οδοντιατρικών χειρολαβών για την απολύμανση εργαλείων χειρός οδοντιατρικών χειρολαβών μικρομοτορ και αεροτορ. Δράση μικροβιοκτόνος, μυκητοκτόνος, ιοκτόνος (HBV, HIV, έρπης τύπου 2) από 5 έως 15 λεπτά. 24 θήκες/κουτί</p>	BT
21	269365	ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΧΛΩΡΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (NADCC) ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΗΛΙΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ	<p>Να είναι δραστικοί έναντι βακτηρίων, μυκήτων, ιών, μυκοβακτηρίων και σπόρων. Να είναι έτοιμοι προς χρήση, το προϊόν να έχει άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ, να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο, οδηγίες χρήσης, δελτίο δεδομένων ασφαλείας και πίνακες αποτελεσματικότητας</p>	TEM

22	269379	ΥΠΕΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ	<ul style="list-style-type: none"> • Διάλυμα υπεροξικού οξέος για υψηλού βαθμού απολύμανση – ταχεία αποστείρωση θερμοευαίσθητων οργάνων , εργαλείων και ενδοσκοπίων. • Να περιέχει υπεροξικό οξύ σταθερό χημικά χωρίς τοξικές αναθυμιάσεις οξικού οξέως με ουδέτερο PH . <ul style="list-style-type: none"> • Να μην είναι οξειδωτικό διαβρωτικό . • Να είναι συμβατό με τα ενδοσκόπια που χρησιμοποιούνται στο νοσοκομείο, (OLYMPUS,STORZ)και να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας • Να έχει ευρύ φασμα δράσης :μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο (συμπεριλαμβανομένου βακίλου TB),ιοκτόνο (συμπ. HBV, HCV, HIV, polio, rota)και σποροκτόνο εντός 15 λεπτών. Να επιτυγχάνει υψηλού βαθμού απολύμανση εντός 5 λεπτών. <ul style="list-style-type: none"> • Να είναι έτοιμο προς χρήση . • Να αναφέρεται η σταθερότητα του διαλύματος • Να έχει δυνατότητα ελέγχου της δραστηρότητας του με δείκτες ελέγχου <ul style="list-style-type: none"> • Οι οδηγίες χρήσης να είναι στα ελληνικά • Να έχει σήμανση CE και καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων. 	Λ
----	--------	---------------	--	---

γ. Την διενέργεια του διαγωνισμού με τα εξής στοιχεία, με την επισήμανση ότι ο παραπάνω διαγωνισμός θα ενταχθεί στον Πίνακα Προγραμματισμού της Ο.Μ. Έδρας του Γ.Ν. Λασιθίου του έτους 2020.

Και αναλυτικά ως εξής:

Κωδικός CPV	Περιγραφή CPV	Μ.Μ.	τρόπος προμήθειας	Κριτ. Αξιολ.	ΚΑΕ	ΠΡ/ΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.	ΠΡ/ΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
24455000-8	Απολυμαντικά	TEM	Συνοπτικός Διαγωνισμός	Χαμηλότερη τιμή	1311	53.334,91	63.960,04	Ο.Μ. ΕΔΡΑΣ

Εγκρίνει τα επισυναπτόμενα τεύχη της διακήρυξης.

Ορίζει τριμελή επιτροπή αποσφράγισης – αξιολόγησης του παραπάνω διαγωνισμού, όπως και κάθε τυχόν επαναληπτικού αυτού αποτελούμενη από τους:

Κιττοπούλου Καλλιόπη Τακτικό Μέλος	Συλλιγάρδου Ροδάνθη Αναπληρωματικό Μέλος
Στάμος Βασίλειος Τακτικό Μέλος	Φιλιπτάκη Μαρία Αναπληρωματικό Μέλος
Γαβριλάκη Ευαγγελία Τακτικό Μέλος	Πετσούδη Αγγελική Αναπληρωματικό Μέλος