


| | | |
|--|--|--|
|  <p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)</p> | <p>ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :</p> | <p>Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)</p> |
| <p>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ</p> | <p>ΣΥΜΒΑΣΗ</p> | <p><i>Προμήθεια: Καθετήρων για την Οργανική Μονάδα Έδρας – Άγιος Νικόλαος του Γ.Ν. Λασιθίου</i></p> |
| <p>ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ</p> | <p>CPV</p> | <p><i>Καθετήρες 33141200-2</i></p> |
| <p>ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ</p> | <p>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</p> | <p>58,711,37 ευρώ πλέον ΦΠΑ</p> |
| <p>Ταχ. Δ/ση: Κνωσού 2-4Τ.Κ. 721 00 Πόλη: Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Πληροφορίες: Σταθάκη Δήμητρα Τηλέφωνο: 2841343171 eMail: dstathaki@agnhosp.gr Fax: 28410-83327 Ιστότοπος: www.agnhosp.gr</p> | <p>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ</p> | <p>Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου από τον ΚΑΕ 1311</p> |
| | <p>ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ</p> | <p>264/2021</p> |
| | <p>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</p> | <p>12/01/2021</p> |

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
(του άρθρου 117 του Ν.4412/16)
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12/01/2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| | |
|--|----|
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' | 4 |
| ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 4 |
| ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ | 5 |
| ΑΡΘΡΟ 2 : ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 5 |
| ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..... | 5 |
| ΑΡΘΡΟ 4 : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ | 5 |
| ΑΡΘΡΟ 5 : ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ | 6 |
| ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 7 |
| ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ..... | 7 |
| ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | 7 |
| ΑΡΘΡΟ 9 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 8 |
| ΑΡΘΡΟ 10 : ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ..... | 8 |
| ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ | 8 |
| ΑΡΘΡΟ 12 : ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 8 |
| ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ..... | 12 |
| ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | 13 |
| ΑΡΘΡΟ 15 : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ..... | 15 |
| ΑΡΘΡΟ 16 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ..... | 16 |
| ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) | 17 |
| ΑΡΘΡΟ 18 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..... | 19 |
| ΑΡΘΡΟ 19 : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 20 |
| ΑΡΘΡΟ 20 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ..... | 20 |
| ΑΡΘΡΟ 21 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ..... | 21 |
| ΑΡΘΡΟ 22 : ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ..... | 22 |
| ΑΡΘΡΟ 23 : ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 22 |
| ΑΡΘΡΟ 24 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ | 23 |
| ΑΡΘΡΟ 25: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | 23 |
| ΑΡΘΡΟ 26 : ΔΕΙΓΜΑΤΑ –ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ– ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ..... | 24 |
| ΑΡΘΡΟ 27 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ | 24 |
| ΑΡΘΡΟ 28 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ | 25 |
| ΑΡΘΡΟ 29 : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ..... | 26 |
| ΑΡΘΡΟ 30: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 27 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..... | 28 |

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

| | |
|---|-----|
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ..... | 124 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)..... | 125 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ..... | 139 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 140 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | 147 |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| | |
|--|---|
| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. |
| ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή. |
| ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Ημερομηνία : 27/01/2021 Ημέρα : Τετάρτη Ώρα : 15.00 πμ |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Ημερομηνία : 28/01/2021 Ημέρα : Πέμπτη Ώρα : 10.30 πμ |
| ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Γραφείο Προμηθειών Οργανικής Μονάδας Έδρας Γ.Ν. Λασιθίου- Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» (πρώην Γ.Ν. Αγίου Νικολάου), Κνωσού 2-4, 1 ^{ος} όροφος, 721 00 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου |
| ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. |
| ΚΩΔΙΚΟΣ CPV | Καθετήρες 33141200-2 |
| ΚΑΕ | Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου από τον ΚΑΕ 1311 |
| ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 58,711,37 ευρώ πλέον ΦΠΑ |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | Ένα έτος |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κράτηση ποσοστού 2% σύμφωνα με το αρ. 3 παρ. ββ εδ. ε΄ του Ν. 3580/2007, ποσοστού 0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το έβδομο εδάφιο της παρ. 3 του αρ. 4 του Ν. 4013/2011 και ποσοστού 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. σύμφωνα με το αρ. 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 |
| ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 64 Ν.4172/2013) | Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013. |

ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

| | |
|--------------------------------------|---|
| Επωνυμία | Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (εφεξής ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) |
| Ταχυδρομική διεύθυνση | ΚΝΩΣΟΥ 2-4 |
| Πόλη | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
| Ταχυδρομικός Κωδικός | 72100 |
| Τηλέφωνο | 2841343171 |
| Φαξ | 28410-83327 |
| Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο | dstathaki@agnhosp.gr |
| Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) | www.agnhosp.gr |
| Αρμόδιος για πληροφορίες | Βλέπε επόμενο πίνακα |

Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών είναι οι :

| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΦΑΞ | E-MAIL |
|-----|-----------------|------------|-------------|--|
| 1 | Σταθάκη Δήμητρα | 2841343171 | 28410-83327 | dstathaki@agnhosp.gr |

ΑΡΘΡΟ 2 : ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1 Ο τίτλος της σύμβασης είναι :

Προμήθεια: Καθετήρων για την Οργανική Μονάδα Έδρας – Άγιος Νικόλαος του Γ.Ν. Λασιθίου.

2.2. Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (Άρθρο 6 Ν.4412/2016)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 58,711,37 πλέον Φ.Π.Α, αναλυτικά 55.330,25 πλέον ΦΠΑ 13% και 3.381,12 πλέον ΦΠΑ 24%.

Για τη δέσμευση του συνολικού ποσού, έχει ληφθεί η σχετική απόφαση δέσμευσης του ενδιαφερόμενου Νοσοκομείου ΑΔΑ: Ψ71Ξ469045-ΜΑΔ

2.3 Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια του Ν.4412/2016)

Ο τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι:

- Οργανική Μονάδα Έδρας του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»- Κνωσού 2-4, Άγιος Νικόλαος, Τ.Κ. 72100

Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ε του Ν.4412/2016)

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην προμήθεια: Καθετήρων για την Οργανική Μονάδα Έδρας – Άγιος Νικόλαος του Γ.Ν. Λασιθίου.

Τα υπό προμήθεια είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διάρκεια σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016)

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει ένα έτος. Δύναται να δοθεί παράταση έως έξι μήνες για την απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται :

- 4.1 Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

- Τον ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α/19-05-2017 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-75 Α/23-5-17) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» αρ. 21-35.
- Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".
- Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
- Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
- Τον Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...».
- Τον Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- Τον Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
- Τον Ν. 3580/2007 (Α' 134) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις.»
- Ν.3329/2005 (Α' 81) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
- Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
- Τον Ν.2955/01 (Α' 256) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
- Το Π.Δ. 80/2016 (Α'145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
- Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
- Την υπ' αριθμ. Υ4α/οικ.123915 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών –Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Υγείας (ΦΕΚ/Β/ 3521/31-12-2012) όπως ισχύει με το άρθρο 18 του Ν.4213/ 2013.
- Την υπ' αριθμ. Αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.1107/9-1-2020 Απόφαση Υπουργού Υγείας για το διορισμό Κοινού Διοικητή στα διασυνδεδεμένα Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ και Γενικό Νοσοκομείο-Κ.Υ. Νεαπόλεως «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ», αρμοδιότητας 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ. (ΦΕΚ 12/τ. ΥΟΔΔ/13-1-2020).
- Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α' 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β' 3698).
- Την κατευθυντήρια οδηγία 15 (Απόφαση 161/2016) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα Οδηγίες συμπλήρωσης για το «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016(Α' 147)»
- Την με αρ. 57654/2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»
- το υπ' αριθ. πρωτ. 853/27-03-2018 έγγραφο της Ε.Κ.Α.Π.Υ.
- Την με αριθμ. 589/16-12-2020 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής περί έγκρισης σκοπιμότητας, τεχνικών προδιαγραφών και έγκρισης διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού.
- Την με αριθμ. 31/4-1-21 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ71Ξ469045-ΜΑΔ)
- Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ (Άρθρα 18 παρ 2 και 4 & 130 παρ. 1 του Ν.4412/2016)

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

δ) κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 117 του Ν.4412/2016)

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρο 20 του Ν.4412/2016)

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 12 της παρούσας.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(Άρθρα 2 παρ. 1 περ. 14, 53 και 121 Ν.4412/2016)

8.1. Έγγραφα σύμβασης

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα :

α) Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της

β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

γ) Το συμφωνητικό

δ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή

8.2 Σειρά ισχύος

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύμβασης, σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος:

1. Το συμφωνητικό

2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της

3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή

4. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου

8.3 Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής, στη διαδρομή : <http://www.agnhosp.gr>> ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ > ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ > ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.

8.4 Διευκρινίσεις - Συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 121 του Ν.4412/2016)

Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λπ. για τον διαγωνισμό, το αργότερο 6 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την Αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων, που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

(Άρθρο 97 του Ν.4412/2016)

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016.

Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν.3861/2010. Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά των παραρτημάτων της, θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής : www.agnhosp.gr

ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

(Άρθρο 86 Ν.4412/2016)

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(Άρθρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016)

12.1 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ. 4 εδ. α και β του Ν. 4412/2016.

12.2 ΤΕΥΔ (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016)

Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής **σε μορφή Αρχείο doc** (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή **σε έντυπη μορφή**.

12.3 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα Ε) είναι οι εξής:

Α) Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες). Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις θάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης),

σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 2^Α του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).

Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2 δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του ΤΕΥΔ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. Η περίπτωση αυτή παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.

Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

Γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Η Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

Δ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ και Δ αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) στα αντίστοιχα πεδία.

Ε) Να μην έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο λόγος αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

ΣΤ) Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού των περιπτώσεων Α, Γ, Δ και Ε, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων Α, Γ, Δ και Ε κι ο οικονομικός φορέας δεν λάβει τα μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα.

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της παραγράφου Α η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις των παραγράφων Γ και Δ στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων Α, Β, Γ, Δ και Ε.

Η Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής Α, Β, Γ, Δ και Ε και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 17 της παρούσας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

12.4 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

Α. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή δεν απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν στοιχεία προς απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής τους επάρκειας.

Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τα απαιτούμενα όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Δ. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη από τη διακήρυξη τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να διαθέτουν τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

12.5 Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:

- Το **μέρος Ι** είναι συμπληρωμένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (II, III και VI) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την Αρχή, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Δ της παρούσας
- Το **μέρος II.Α** συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς.
- Το **μέρος II.Β** συμπληρώνεται από οικονομικούς φορείς.
- Το **μέρος II.Δ** συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης (βλέπε άρθ. 12.6 της παρούσας).
- Το **μέρος VI** συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/-ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Επισημαίνεται ότι :

- Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει **ένα ΤΕΥΔ**.
- Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα - μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως IV (βλέπε άρθ. 12.5 της παρούσας)
- Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα **και χωριστό ΤΕΥΔ** εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων (βλέπε άρθ. 12.6 της παρούσας)
- Το **ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών¹**.

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ΤΕΥΔ, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου

¹ Αρ. 79Α παρ. 4 του Ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το αρ. 43 παρ. 6 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52Α)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 12.3 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.²

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

12.6 Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016)

α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους II.Α. [Τρόπος συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν **χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα - μέλος της ένωσης**, στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως IV.

γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

12.6 Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/2016)

α) Η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος II.Δ του ΤΕΥΔ.

β) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, **όταν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει, υπό μορφή υπεργολαβίας, τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%**, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά **χωριστό/ά ΤΕΥΔ** όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους III του ΤΕΥΔ για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. **Επισημαίνεται** πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/τους αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Άρθρα 96 και 121 του Ν.4412/2016)

13.1 Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της Οργανικής Μονάδας Έδρας του Γ.Ν. Λασιθίου-Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» (πρώην Γ.Ν. Αγίου Νικολάου), Κνωσού 2-4, 1^{ος} όροφος, 721 00 Άγιος Νικόλαος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 28-01-2021 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:30 πμ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών).

13.2 Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται έως τις 27-01-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, στην διεύθυνση της παραγράφου 13.1 άνω.

Οι προσφορές υποβάλλονται :

(α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αρχής, είτε

(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, περιπτώσεις α και β άνω, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αρχής, **το αργότερο μέχρι και τις 27-01-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00**. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ως άνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και

² Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

φυλάσσονται από την Υπηρεσία και παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας παραλαβής προσφορών.

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την Αρχή ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.

Η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις : α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή να παρατείνει τις προθεσμίες.

ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(άρθρα 92 έως 96 του Ν.4412/2016)

14.1 Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές, **με ποινή απόρριψης** υποβάλλονται μέσα σε **σφραγισμένο φάκελο** (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ.....

[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail)]

Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: «Προμήθεια.....»

Αριθμός Διακήρυξης:/.....

Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Δνση : Κνωσού 2-4, 72100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα:

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «**Δικαιολογητικά Συμμετοχής**» (βλέπε παρ. 14.2.Α της παρούσας)

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «**Τεχνική Προσφορά**» (βλέπε παρ. 14.2.Β της παρούσας).

Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «**Οικονομική Προσφορά**» ο οποίος περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρ 14.2.Γ της παρούσας.

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

14.2 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων

14.2.Α Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 93 Ν.4412/2016)

Ο φάκελος «**Δικαιολογητικά Συμμετοχής**» περιέχει τα εξής:

I. Το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 12 της παρούσας.

II. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει όπου να δηλώνεται ότι:

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
4. Παραίτηται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού.

5. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

14.2.Β Τεχνική προσφορά

Ο φάκελος «**Τεχνική προσφορά**» περιέχει:

I. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75) του προσφέροντος, στην οποία δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' της παρούσας.

II. Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ.

III. Έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

14.2.Γ Οικονομική προσφορά (Άρθρο 95 Ν.4412/2016)

1. Ο φάκελος «**Οικονομική προσφορά**» θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' της παρούσας διακήρυξης, και αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αρχής με τα λοιπά τεύχη της σύμβασης), συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/-ους του οικονομικού φορέα. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/-ους του προσφέροντος οικονομικού φορέα και σε περίπτωση ένωσης, είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν, είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους.

2. Το τίμημα της προσφοράς κάθε προσφέροντος θα δοθεί με μια και μοναδική τιμή ανά μονάδα μέτρησης του είδους, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε' της διακήρυξης και των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά είδος.

3. Στην έντυπη οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά και η τιμή και ο κωδικός του υλικού, αν υπάρχει, στο τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών. Εάν δεν υπάρχει το είδος στο Παρατηρητήριο Τιμών, ο προμηθευτής θα το δηλώνει στην οικονομική του προσφορά.

Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος των ειδών, αλλά για την συνολική ποσότητα ανά είδος.

Οι προσφέροντες υποβάλλουν υποχρεωτικά συμπληρωμένο, στο σύνολο των πεδίων, το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος Ε' της παρούσης, από τον οποίο προκύπτει το συνολικό κόστος των προσφερόμενων ειδών άνευ Φ.Π.Α και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η προσφερόμενη τιμή θα αιτιολογεί και θα δικαιολογεί πλήρως το προσφερόμενο αντάλλαγμα.

14.2.Δ Οι προσφορές υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) με τα αρχεία του προγράμματος του Νοσοκομείου τα οποία έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου κάτω από το αρχείο του κειμένου της διακήρυξης (www.agnhosp.gr ⇒ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ⇒ ΑΡΧΕΙΟ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ). Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα Hermes, με την βοήθεια του οποίου μπορείτε να υποβάλλετε τις προσφορές σας σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να ανοίξετε το Internet Explorer και να πληκτρολογήσετε το site www.agnhosp.gr. Επιλέξετε το ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ και μετά επιλέξετε το ΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Hermes 8.0, όπου μπορείτε να κατεβάσετε το συγκεκριμένο αρχείο.

Αυτή η επιλογή δημιουργεί 3 δισκέτες: 1. Στοιχεία Προμηθευτή, 2.Τεχνική Προσφορά, 3.Οικονομική Προσφορά.

*Τα CD της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς να είναι τοποθετημένα στον αντίστοιχο επιμέρους φάκελο και σε δύο αντίτυπα, ώστε σε περίπτωση μη λειτουργίας του ενός να μπορεί να αντικατασταθεί άμεσα.

Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των έντυπων και ηλεκτρονικών στοιχείων, κατисχύουν αυτά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή.

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ.

Επισημαίνεται ότι απορρίπτεται προσφορά :

α) στην οποία δεν συμπληρώνεται έστω και ένα πεδίο του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

β) στην οποία δεν συμπληρωθούν αριθμητικώς και ολογράφως οι στήλες «Προσφερόμενη Τιμή μονάδας προ ΦΠΑ (αριθμητικώς)» και «Προσφερόμενη Τιμή μονάδας προ ΦΠΑ (ολογράφως)» αντιστοίχως του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

γ) στην οποία δεν συμπίπτουν οι προσφερόμενες τιμές των ειδών (αριθμητική και ολογράφως).

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

δ) Επιτρέπονται μέχρι τέσσερα (4) δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόμενες τιμές του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

ε) στις οποίες η προσφερόμενη τιμή ξεπερνά το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά είδος.

Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ 4 του Ν.4412/2016.

14.3 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Τα prospectus μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

14.4 Λοιπά στοιχεία

- Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο προσφέροντος οικονομικού φορέα.
- Τα δημόσια καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014
- Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
- Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 15 : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

(Άρθρα 86, 96, 100, 102 και 117 παρ 2 του Ν.4412/2016 & άρθρο 90 Ν.4412/2016)

15.1 Έναρξη διαδικασίας

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ. 13.1 της παρούσας.

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης.

15.2 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής :

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

κρατούνται, προκειμένου να αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και για την αποδοχή των τεχνικών προσφορών που είναι σύμφωνες με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης.

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Η αποσφράγιση αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε ώρα που ανακοινώνει η Επιτροπή. Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών και σειράς κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α) και β) οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη της διαδικασίας.

Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό.

15.2 Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του αντίστοιχου σταδίου. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 16 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

(Άρθρο 103 Ν.4412/2016)

16.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αρχή ειδοποιεί εγγράφως στον/στους προσφέροντα/-ες στον/στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός/-οί ανάδοχος/-οι»), προκειμένου να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του αρ. 17 της παρούσας ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του αρ. 12.3. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.

16.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α' του Ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

16.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ, τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.

16.4 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου και τη διαβίβαση του φακέλου στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη απόφασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις), είτε για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (Πρβλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).

16.5 Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)

(Άρθρο 80 Ν.4412/2016)

17.1 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος στην προθεσμία του άρθ. 16.1 της παρούσας είναι τα εξής:

A) Για τα όσα δηλώθηκαν στο **μέρος III.A του ΤΕΥΔ** (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες), απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 12.3.A,

B) Για τα όσα δηλώθηκαν στο **μέρος III.B του ΤΕΥΔ** (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) :

I. πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας (για την καταβολή φόρων αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο και για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά στην κύρια και στην επικουρική ασφάλιση).

II. Ειδικά για τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο **Μέρος III.Γ του ΤΕΥΔ** (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα):

I) για τις περιπτώσεις του 12.3.Γ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων³.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του αρ. 80 του Ν. 4412/2016, στο παρόν άρθρο 17 παρ. Α, Β και Γ.Ι, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους στην παρ. 1 του αρ. 80 του Ν. 4412/2016, στο παρόν άρθρο 17 παρ. Α, Β και Γ.Ι. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του αρ. 81 του Ν. 4412/2016.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

II) Για την περίπτωση Δ του άρθρου 12.3, ήτοι για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στις παρ 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο μέρος λόγος αποκλεισμού.

III) Για την περίπτωση Ε του αρ. 12.3 πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

Το πιστοποιητικό δεν απαιτείται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Δ. Για την παράγραφο ΣΤ του αρ. 12.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Ε. Για την απόδειξη της απαίτησης του αρ. 12.4.Α (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΣΤ. Για την απόδειξη της απαίτησης του αρ. 12.4.Γ (απόδειξη τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας) ο οικονομικός φορέας δεν απαιτείται να προσκομίσει αποδεικτικά μέσα.

Ζ. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 12.4.Δ οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 12.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 12.4). Επίσης, ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει προσφορά για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται, για τον σκοπό αυτό.

Η. Για την απόδειξη της απαίτησης του αρ. 12.4.Ε (πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης) ο οικονομικός φορέας προσκομίζει ως αποδεικτικά μέσα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β' της παρούσας διακήρυξης.

Θ. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα - προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα - μέλος της.

Ι. Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2. του άρθρου 73 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Κ. Τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας δεν καλύπτουν το προγενέστερο της έκδοσής τους χρονικό διάστημα. Λόγω του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου και τα λοιπά πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις δικαστικές αρχές του άρθρου 80 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (πχ. περί μη πτώχευσης, εξυγίανσης, δικαστικής εκκαθάρισης, κλπ), δεδομένου ότι βεβαιώνουν έννομες καταστάσεις μέχρι και το χρόνο έκδοσής τους, δεν είναι απαραίτητο να εκδίδονται και κατά τον χρόνο υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής. Αντίθετα, αρκεί η προσκόμισή τους από τον προσωρινό ανάδοχο μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά κατακύρωσης δεδομένου ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά καλύπτουν όλο το προγενέστερο της έκδοσής τους χρονικό διάστημα.

Τα έγγραφα του παρόντος άρθρου υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

ΑΡΘΡΟ 18 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(Άρθρο 105 Ν.4412/2016)

18.1 Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό έως 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 50% απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

18.2 Η Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεμοιτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί **ένσταση** του άρθρου 127 του Ν.4412/16 (βλέπε άρθρο 20 της παρούσας).

18.3 Στη συνέχεια, η Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν

επέλθει στο πρόσωπό του οικονομικού φορέα οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης.

18.4 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία του αρ. 103 του Ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.

18.5 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 19 : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα κατά την έννοια των άρθρ. 13.1 και 15.1 της παρούσας. Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και υποβολής που τίθενται στα άρθρα 12 και 14 της παρούσας.

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και *απορρίπτονται* σε περίπτωση που υποβάλλονται τέτοιες. *Απορρίπτονται* προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.

Επίσης, *απορρίπτονται* προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102.

Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Τέλος, *απορρίπτονται* προσφορές υπό αίρεση.

ΑΡΘΡΟ 20 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

(Άρθρο 127 Ν.4412/2016)

20.1 Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

20.2 Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης της παρ. 1 και η άσκησή της κωλύουν την σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

20.3 Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α' 8). Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α' 8).

20.4 Η αξιολόγηση των ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτήν της ένστασης και την πλήρη πρόσβαση στα αρχεία του διαγωνισμού. Ειδικά στις περιπτώσεις ενστάσεων κατά διακήρυξης, η αξιολόγηση των ενστάσεων ολοκληρώνεται πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

ΑΡΘΡΟ 21 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

(Άρθρο 72 Ν.4412/2016)

21.1 Εγγύηση Συμμετοχής

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

(Πρβλ έκτο εδ. της παρ. 1.α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016)

21.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς την Αρχή.

Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (Πρβλ. τρίτο εδ. της παρ.1.β του άρθρου 72 του Ν.4412/2016)

Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών⁴, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Ειδικά το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή (Αρχή) προς την οποία απευθύνεται δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα, υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και η) τον τίτλο της σύμβασης.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατ' άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την υπογραφή της νέας σύμβασης, νέα εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αξίας της νέας σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αρχής έναντι του αναδόχου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης

21.3 Εγγυητική καλής λειτουργίας

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας.

21.4 Έκδοση εγγυητικών επιστολών

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων⁵ με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

21.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα Ζ' της διακήρυξης.

⁴ Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.

⁵ Βλ. σχετικά το με αρ. πρωτ. 2756/23.5.2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με ΑΔΑ 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975 με θέμα «Διευκρινίσεις επί της Κατευθυντήριας Οδηγίας 12, ως προς τα γραμμάτια Σύστασης Παρακαταθήκης».

ΑΡΘΡΟ 22 : ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

(άρθρο 106 Ν.4412/2016)

Η Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης:

- α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη, είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς, είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή
- β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016,
- γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
- δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
- ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
- στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
- ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016,
- η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις- εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 23 : ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(Άρθρα 202, 206 Ν.4412/2016)

23.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την παραγγελία στις αποθήκες του Νοσοκομείου.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

23.2 Τα υλικά παραλαμβάνονται τμηματικά, ανάλογα με τις παραγγελίες του Νοσοκομείου με τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής. Την παραλαβή των υλικών, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, παρακολουθεί και εποπτεύει αρμόδια επιτροπή που συγκροτείται κατά το άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, η οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της.

Η Επιτροπή, εάν δεν διατυπώσει ελλείψεις ή παραλείψεις κατά την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής. Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι τα υλικά δεν ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής όπου αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206, 208 και 209 του Ν.4412/2016.

23.3 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

- α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
- β) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και
- γ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 24 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

(Άρθρο 208 Ν.4412/2016)

24.1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Ε΄ της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους:

α) Με μακροσκοπική εξέταση.

β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).

γ) Με πρακτική δοκιμασία.

δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, ύστερα από αίτημα του αναδόχου, ή αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ' έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ' έφεση εξέτασης.

24.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα τρεις (3) μήνες από την παράδοσή τους στις αποθήκες του Νοσοκομείου.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή, η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

ΑΡΘΡΟ 25: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

(Άρθρο 213 Ν.4412/2016)

25.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

25.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

25.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 26 : ΔΕΙΓΜΑΤΑ –ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ– ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

(Άρθρο 214 Ν.4412/2016)

26.1 Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν δείγματα των προσφερόμενων ειδών εις διπλούν (δείγμα-αντίδειγμα). Δείγματα, τα οποία λόγω της φύσης τους ή της αξίας τους δεν μπορούν να αποσταλούν ή να υποβληθούν εις διπλούν υποβάλλονται σε ένα δείγμα. Τα δείγματα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β'.

26.2 Τα δείγματα αξιολογούνται κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς με μακροσκοπικό έλεγχο, εργαστηριακό έλεγχο, πρακτική δοκιμασία ή συνδυασμός αυτών.

26.3 Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τούτο εγγράφως επί του δείγματος στην ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας, συγχρόνως, τον τρόπο φύλαξης και συντήρησής τους.

26.4 Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρμόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του και τα σχετικά δείγματα. Εφόσον για τη διενέργεια του ελέγχου από το αρμόδιο όργανο είναι απαραίτητη η αποσφράγιση του δείγματος, αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της υπηρεσίας τήρησης των δειγμάτων, μετά δε τον έλεγχο, γίνεται επανασφράγιση του δείγματος. Επίσης, ενώπιον του υπαλλήλου της υπηρεσίας δειγμάτων γίνεται, όταν απαιτείται, λήψη μέρους του δείγματος.

26.5 Η έγκριση των δειγμάτων και αντιδειγμάτων γίνεται από το αρμόδιο για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών όργανο ως εξής:

- Των δειγμάτων που καταθέτουν οι οικονομικοί φορείς κατά τη διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσης, μετά την κατακύρωση της προμήθειας.
- Τα επίσημα δείγματα παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής για να χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται μετά το πέρας της παραλαβής των υλικών, εφόσον, λόγω της φύσης τους, δεν καταστρέφονται κατά την διαδικασία των ελέγχων.

26.6 Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής:

α) Στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης ή ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους.

β) Στους προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά την διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους.

26.7 Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται.

26.8 Εφόσον από τη σύμβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια της αναθέτουσας αρχής ή του Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστηρίου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου. Αν δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων της κατ' έφεσιν εξέτασης.

26.9 Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 27 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

(Άρθρο 203, 205 & 213 Ν.4412/2016)

27.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Ο Οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση όταν: α) η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί την σύμβαση, β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάρπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

27.2 Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.

27.3 Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάρπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

27.4 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ' εφαρμογή των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220 του Ν. 4412/2016 καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

27.5 Για την δικαστική επίλυση των διαφορών που τυχόν προκύψουν από την σύμβαση που θα υπογραφεί εφαρμόζεται το αρ. 205^Α του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 28 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

28.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενους οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από τις οικίες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

στις οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο ωράριο εργασίας, ως και τις νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τις λοιπές κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, κ.λ.π., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ' αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο.

28.2 Στην Αρχή παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω, μέσω των ασφαλιστικών ταμείων κ.λ.π. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω αναφερόμενων όρων παρέχεται το δικαίωμα στην Αρχή να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση.

28.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

28.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται και είναι ο μόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού ή των εργασιών του.

28.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του.

28.6 Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσης. Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του αναδόχου, στον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας υλικών και στον τρόπο πληρωμής θα περιγραφούν στη σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 29 : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

29.1. Χρηματοδότηση (Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ Ν.4412/2016)

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Οργανικής Μονάδας Έδρας – Άγιος Νικόλαος (από τον ΚΑΕ 1311).

29.2 Φόροι - Κρατήσεις

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις :

- Κράτηση 2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων (αρ. 3 παρ. ββ εδ. ε' του Ν. 3580/2007, μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24)
- Κράτηση ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το έβδομο εδάφιο της παρ. 3 του αρ. 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204), επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου
- Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. σύμφωνα με το αρ. 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016. Η κράτηση αυτή υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.
- Παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των αγαθών, (άρθρο 64 Ν. 4172/2013)

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Σε κάθε περίπτωση, εάν έως τη υπογραφή της σύμβασης έχουν τροποποιηθεί οι ως άνω κρατήσεις ισχύουν οι νόμιμες.

29.3 Πληρωμή αναδόχου/ Δικαιολογητικά πληρωμής (άρθρο 200 παρ. 5 Ν. 4412/2016)

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική παραλαβή των υλικών από την αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση των παραστατικών του αναδόχου είναι :

- α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208.
- β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
- γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

ε) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης.

Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 29.2.

ΑΡΘΡΟ 30: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

30.1 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. Σε κάθε περίπτωση, η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ως προς τις επιμέρους ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ενδιαφερόμενων Νοσοκομείων, οι οποίες μπορεί να αλλάζουν κατά την διάρκεια ισχύος της.

30.2 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Άγιος Νικόλαος, 12-01-2021

Ο Διοικητής

Εμμανουήλ Ανδρεαδάκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

| A/A | Κωδικός | Είδος | Τεχνικές προδιαγραφές | Μ.Μ . | Τιμή τελευταίας αγοράς | Περιγραφή CPV | Κωδικός CPV | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | Φ.Π.Α . | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΦΠΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ |
|------------|----------------|---|---|--------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 17691 | FOLLEY 2WAY LATEX ΜΕ ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΙ ΜΕ ΕΙΣΑΓ.14 CM ΜΗΚΟΣ 40CM ΠΕΡΙΠΟΥ | Καθετήρες folley 2 way. Να είναι κατασκευασμένοι από LATEX με εσωτ. και εξωτερ. επικάλυψη σιλικόνης με κυλινδρικό άκρο, από υλικό μη-ερεθιστικό, να είναι αποστειρωμένοι, να έχουν υδροθάλαμο 5 -10 cc με βαλβιδικό μηχανισμό στεγανότητας και να διατίθενται σε μεγέθη FR/CH 10,12,14,16,18,20,22, 24 και μήκος 40-45 cm | TEM | 0,38 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 250 | 13% | 95,00 | 12,35 | 107,35 |
| 2 | 17692 | FOLLEY 2WAY LATEX ΜΕ ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΙ ΜΕ ΕΙΣΑΓ.16 CM ΜΗΚΟΣ 40CM ΠΕΡΙΠΟΥ | Καθετήρες folley 2 way. Να είναι κατασκευασμένοι από LATEX με εσωτ. και εξωτερ. επικάλυψη σιλικόνης με κυλινδρικό άκρο, από υλικό μη-ερεθιστικό, να είναι | TEM | 0,38 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 1000 | 13% | 380,00 | 49,40 | 429,40 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---|-----|------|-----------|-------------|------|-----|--------|-------|--------|
| | | | αποστειρωμένοι, να έχουν υδροθάλαμο 5 -10 cc με βαλβιδικό μηχανισμό στεγανοτητος και να διατίθενται σε μεγέθη FR/CH 10,12,14,16,18,20,22, 24 και μήκος 40-45 cm | | | | | | | | | |
| 3 | 17693 | FOLLEY 2WAY LATEX ME ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΙ ΜΕ ΕΙΣΑΓ.18 CH ΜΗΚΟΣ 40CM ΠΕΡΙΠΟΥ | Καθετήρες folley 2 way. Να είναι κατασκευασμένοι από LATEX με εσωτ. και εξωτερ. επικάλυψη σιλικόνης με κυλινδρικό ακρο, από υλικό μη-ερεθιστικό, να είναι αποστειρωμένοι, να έχουν υδροθάλαμο 5 -10 cc με βαλβιδικό μηχανισμό στεγανοτητος και να διατίθενται σε μεγέθη FR/CH 10,12,14,16,18,20,22, 24 και μήκος 40-45 cm | TEM | 0,38 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 1000 | 13% | 380,00 | 49,40 | 429,40 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---|-----|------|-----------|-------------|-----|-----|-------|------|-------|
| 4 | 17694 | FOLLEY 2WAY LATEX ME ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΙ ΜΕ ΕΙΣΑΓ.20 CM ΜΗΚΟΣ 40CM ΠΕΡΙΠΟΥ | Καθετήρες folley 2 way. Να είναι κατασκευασμένοι από LATEX με εσωτ. και εξωτερ. επικάλυψη σιλικόνης με κυλινδρικό ακρο, από υλικό μη-ερεθιστικό, να είναι αποστειρωμένοι, να έχουν υδροθάλαμο 5 -10 cc με βαλβιδικό μηχανισμό στεγανοτήτος και να διατίθενται σε μεγέθη FR/CH 10,12,14,16,18,20,22, 24 και μήκος 40-45 cm | TEM | 0,38 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 150 | 13% | 57,00 | 7,41 | 64,41 |
| 5 | 17795 | FOLLEY 3WAY ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ LATEX ΜΕΓΕΘΟΣ 20CH | Καθετήρες folley 3 way. Να είναι κατασκευασμένοι από LATEX με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης (HYDROGEL), από υλικό μη-ερεθιστικό, μεγάλης αντοχής, να είναι αποστειρωμένοι, να έχουν υδροθάλαμο 5 -10 cc με βαλβιδικό μηχανισμό στεγανοτήτος και να διατίθενται σε | TEM | 0,52 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 20 | 13% | 10,40 | 1,35 | 11,75 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---|-----|-------|---------------|----------------|----|-----|------|------|------|
| | | | μεγέθη FR/CH 14,16,18,20 και μήκος 40-45 cm | | | | | | | | | |
| 6 | 17872 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΝΕΛΑΤΟΝ ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 16CH | Να διατίθενται στα μεγέθη 8-10-12-14- 16-18-20 FR. Να είναι κατασκευασμένα από PVC. Να είναι διαφανείς. Το υλικό τους να είναι ημίσκληρο, για να μην λυγίζουν τα τοιχώματά τους και να έχουν στρογγυλεμένο άκρο. | TEM | 0,103 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 40 | 13% | 4,12 | 0,54 | 4,66 |
| 7 | 17885 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝΝ ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 10CH | Καθετήρας Tiemann μιας χρήσης, αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία, κατασκευασμένος από PVC. Το άκρο του να είναι κυρτό, κλειστό, στρογγυλοποιημένο, λείο και μη τραυματικό. | TEM | 0,233 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 20 | 13% | 4,66 | 0,61 | 5,27 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|-----|-------|-----------|-------------|-----|-----|-------|------|-------|
| 8 | 17887 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMANN ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 14CH | Καθετήρας Tiemann μιας χρήσης, αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία, κατασκευασμένος από PVC. Το άκρο του να είναι κυρτό, κλειστό, στρογγυλοποιημένο, λείο και μη τραυματικό. | TEM | 0,233 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 40 | 13% | 9,32 | 1,21 | 10,53 |
| 9 | 17888 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMANN ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 16CH | Καθετήρας Tiemann μιας χρήσης, αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία, κατασκευασμένος από PVC. Το άκρο του να είναι κυρτό, κλειστό, στρογγυλοποιημένο, λείο και μη τραυματικό. | TEM | 0,233 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 150 | 13% | 34,95 | 4,54 | 39,49 |
| 10 | 17889 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMANN ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 18CH | Καθετήρας Tiemann μιας χρήσης, αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία, κατασκευασμένος από PVC. Το άκρο του να είναι κυρτό, κλειστό, στρογγυλοποιημένο, λείο και μη τραυματικό. | TEM | 0,233 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 150 | 13% | 34,95 | 4,54 | 39,49 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|-----|-------|---------------|----------------|-----|-----|---------|--------|---------|
| 11 | 21051 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 7 FR/G16/G18/20CM | Το σετ του κεντρικού φλεβικού καθετήρες πρέπει να περιλαμβάνει: Καθετήρα από πολυουρεθάνη και το άκρο του να είναι ατραυματικό Διαστολέα Οδηγό σύρμα με διαβαθμίσεις και κατάλληλο μήκος Βελόνα εισαγωγής, Καθετήρα με στερεωτικό και σφιγκτήρα, Να είναι κατάλληλοι για έσω σφαγίτιδα, υποκλείδιο και μηριαία φλέβα σε μήκη 20 cm, Να είναι 2 lumen, Εύκολη απομάκρυνση του περιεχομένου από την συσκευασία | TEM | 11,09 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 150 | 13% | 1663,50 | 216,26 | 1879,76 |
|----|-------|--|--|-----|-------|---------------|----------------|-----|-----|---------|--------|---------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|-----|------|---------------|----------------|-----|-----|---------|--------|---------|
| 12 | 21052 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 7 FR/G16/G18/G18/20CM | Το σετ του κεντρικού φλεβικού καθετήρες πρέπει να περιλαμβάνει: Καθετήρα από πολυουρεθάνη και το άκρο του να είναι ατραυματικό Διαστολέα Οδηγό σύρμα με διαβαθμίσεις και κατάλληλο μήκος Βελόνα εισαγωγής, Καθετήρα με στερεωτικό και σφιγκτήρα, Να είναι κατάλληλοι για έσω σφαγίτιδα, υποκλείδιο και μηριαία φλέβα σε μήκη 20 cm, Να είναι 3 lumen, Εύκολη απομάκρυνση του περιεχομένου από την συσκευασία. Να συνοδεύεται από δείγμα κατά προτίμηση ή τουλάχιστον από προσπέκτους | TEM | 14,2 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 400 | 13% | 5680,00 | 738,40 | 6418,40 |
|----|-------|---|---|-----|------|---------------|----------------|-----|-----|---------|--------|---------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|-----|------|---------------|----------------|----|-----|--------|-------|--------|
| 13 | 26610 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΣΦΑΓΙΤΙΔΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 7 FR/G16/G16/15CM | <p>Το σετ του κεντρικού φλεβικού καθετήρες πρέπει να περιλαμβάνει:</p> <p>• Καθετήρα από πολυουρεθάνη και ανθεκτικό στην χορήγηση λίπους • Διαστολέα • Οδηγό σύρμα με διαβαθμίσεις και κατάλληλο μήκος • Βελόνα εισαγωγής ατραυματική • Καθετήρα με στερεωτικό και σφιγκτήρα • Να είναι κατάλληλοι για έσω σφαγίτιδα, υποκλείδιο και μηριαία φλέβα σε μήκη 15 cm • Να είναι 2 lumen • Εύκολη απομάκρυνση του περιεχομένου από την συσκευασία • Να συνοδεύεται από δείγμα κατά προτίμηση ή τουλάχιστον από προσπέκτους</p> | TEM | 14,2 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 20 | 13% | 284,00 | 36,92 | 320,92 |
|----|-------|---|---|-----|------|---------------|----------------|----|-----|--------|-------|--------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|-----|------|---------------|----------------|----|-----|--------|-------|--------|
| 14 | 26611 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΣΦΑΓΙΤΙΔΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 7 FR/G16/G16/20CM | <p>Το σετ του κεντρικού φλεβικού καθετήρες πρέπει να περιλαμβάνει:</p> <p>• Καθετήρα από πολυουρεθάνη και ανθεκτικό στην χορήγηση λίπους • Διαστολέα • Οδηγό σύρμα με διαβαθμίσεις και κατάλληλο μήκος • Βελόνα εισαγωγής ατραυματική • Καθετήρα με στερεωτικό και σφιγκτήρα • Να είναι κατάλληλοι για έσω σφαγίτιδα, υποκλείδιο και μηριαία φλέβα σε μήκη 20 cm • Να είναι 2 lumen • Εύκολη απομάκρυνση του περιεχομένου από την συσκευασία • Να συνοδεύεται από δείγμα κατά προτίμηση ή τουλάχιστον από προσπέκτους</p> | TEM | 14,2 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 50 | 13% | 710,00 | 92,30 | 802,30 |
|----|-------|---|---|-----|------|---------------|----------------|----|-----|--------|-------|--------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|---|-----|------|---------------|----------------|---|-----|-------|------|-------|
| 15 | 26629 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΣΦΑΓΙΤΙΔΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 7 FR/G16/G18/G18/15CM | Το σετ του κεντρικού φλεβικού καθετήρες πρέπει να περιλαμβάνει: Καθετήρα από πολυουρεθάνη και το άκρο του να είναι ατραυματικό Διαστολέα Οδηγό σύρμα με διαβαθμίσεις και κατάλληλο μήκος Βελόνα εισαγωγής, Καθετήρα με στερεωτικό και σφιγκτήρα, Να είναι κατάλληλοι για έσω σφαγίτιδα, υποκλείδιο και μηριαία φλέβα σε μήκη 20 cm, Να είναι 3 lumen, Εύκολη απομάκρυνση του περιεχομένου από την συσκευασία. Να συνοδεύεται από δείγμα κατά προτίμηση ή τουλάχιστον από προσπέκτους | TEM | 14,2 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 2 | 13% | 28,40 | 3,69 | 32,09 |
|----|-------|--|---|-----|------|---------------|----------------|---|-----|-------|------|-------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|--|-----|----|-----------|----------------|----|-----|--------|--------|--------|
| 16 | 26656 | ΣΕΤ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ - ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ) | Το Σετ να είναι εξαιρετικά ασφαλές έτσι ώστε να μειώνει στο ελάχιστο τις πιθανότητες τραυματισμού και να περιέχει : 1) Κατάλληλη ατραυματική βελόνα εισαγωγέας με το αιχμηρό άκρο της να είναι κυρτό για την αποφυγή του τραυματισμού του πνευμονικού παρεγχύματος. 2) Σύριγγα (50-60 ml) 3) Κατάλληλο σάκο παροχέτευσης 4) Συνδετικό 3 way για την σύνδεση της σύριγγας , της βελόνας και του σάκου μεταξύ τους 5) Να συνοδεύεται από δείγμα κατά προτίμηση ή τουλάχιστον από προσπέκτους | TEM | 12 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 60 | 24% | 720,00 | 172,80 | 892,80 |
|----|-------|---|--|-----|----|-----------|----------------|----|-----|--------|--------|--------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|-----|-----|-----------|------------|----|-----|-------|------|-------|
| 17 | 26724 | FOLLEY 2WAY LATEX ME ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ(HYDROGEL). ΕΝΗΛΙΚΩΝ 16CH ΜΗΚΟΣ 40CM ΠΕΡΙΠΟΥ | Καθετήρες folley 2 way. Να είναι κατασκευασμένοι από LATEX με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθανής (HYDROGEL), από υλικό μη-ερεθιστικό, μεγάλης αντοχής , να είναι αποστειρωμένοι, να έχουν υδροθάλαμο 5 -10 cc με βαλβιδικό μηχανισμό στεγανοτητος και να διατίθενται σε μεγέθη FR/CH 14,16,18,20 και μήκος 40-45 cm | TEM | 1,9 | Καθετήρες | 33141200-2 | 10 | 13% | 19,00 | 2,47 | 21,47 |
| 18 | 26725 | FOLLEY 2WAY LATEX ME ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ(HYDROGEL). ΕΝΗΛΙΚΩΝ 18CH ΜΗΚΟΣ 40CM ΠΕΡΙΠΟΥ | Καθετήρες folley 2 way. Να είναι κατασκευασμένοι από LATEX με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθανής (HYDROGEL), από υλικό μη-ερεθιστικό, μεγάλης αντοχής , να είναι αποστειρωμένοι, να έχουν υδροθάλαμο 5 -10 cc με βαλβιδικό μηχανισμό στεγανοτητος και να | TEM | 1,9 | Καθετήρες | 33141200-2 | 10 | 13% | 19,00 | 2,47 | 21,47 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|-----|-----|---------------|----------------|----|-----|-------|------|-------|
| | | | διατίθενται σε μεγέθη FR/CH 14,16,18,20 και μήκος 40-45 cm | | | | | | | | | |
| 19 | 26726 | FOLLEY 2WAY LATEX ME ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ(HYDROG EL). ΕΝΗΛΙΚΩΝ 20CH ΜΗΚΟΣ 40CM ΠΕΡΙΠΟΥ | Καθετήρες folley 2 way. Να είναι κατασκευασμένοι από LATEX με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης (HYDROGEL), από υλικό μη-ερεθιστικό, μεγάλης αντοχής , να είναι αποστειρωμένοι, να έχουν υδροθάλαμο 5 -10 cc με βαλβιδικό μηχανισμό στεγανοτητος και να διατίθενται σε μεγέθη FR/CH 14,16,18,20 και μήκος 40-45 cm | TEM | 1,9 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 10 | 13% | 19,00 | 2,47 | 21,47 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|-----|-------|-----------|-------------|----|-----|-------|------|-------|
| 20 | 26734 | FOLLEY 2WAY LATEX ME ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΙ ΜΕ ΕΙΣΑΓ.12 CH ΜΗΚΟΣ 40CM ΠΕΡΙΠΟΥ | Καθετήρες folley 2 way. Να είναι κατασκευασμένοι από LATEX με εσωτ. και εξωτερ. επικάλυψη σιλικονής με κυλινδρικό ακρο, από υλικό μη-ερεθιστικό, να είναι αποστειρωμένοι, να έχουν υδροθάλαμο 5 -10 cc με βαλβιδικό μηχανισμό στεγανοτήτος και να διατίθενται σε μεγέθη FR/CH 10,12,14,16,18,20,22, 24 και μήκος 40-45 cm | TEM | 0,385 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 5 | 13% | 1,93 | 0,25 | 2,18 |
| 21 | 26739 | FOLLEY 2WAY LATEX ME ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ ΜΕ ΕΙΣΑΓ.10 CH ΜΗΚΟΣ 30CM | Καθετήρες folley 2 way. Να είναι κατασκευασμένοι από LATEX με εσωτ. και εξωτερ. επικάλυψη σιλικόνης με κυλινδρικό ακρο, από υλικό μη-ερεθιστικό, να είναι αποστειρωμένοι, να έχουν υδροθάλαμο 3 -5 cc με βαλβιδικό μηχανισμό στεγανοτήτος και να διατίθενται σε μεγέθη FR/CH 10 και μήκος 30 cm | TEM | 0,9 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 15 | 13% | 13,50 | 1,76 | 15,26 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|--|-----|-----|---------------|----------------|-----|-----|---------|--------|---------|
| 22 | 27195 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ FOLEY ΜΕ ΘΕΡΜΗΣΤΟΡΑ. 16CH | Ουρητηρικοί καθετήρες με αισθητήρα θερμοκρασίας οι οποίοι να είναι κατασκευασμένοι από 100% σιλικόνη, διαφανείς, ελεύθεροι από latex και αποστειρωμένοι. Να έχουν μπαλόνη και να επιτρέπουν τη συνεχή παρακολούθηση της κεντρικής θερμοκρασίας του σώματος με ταυτόχρονη δυνατότητα αφαίρεσης των ούρων. Ο καθετήρας να είναι ακτινοσκοπικός με δύο αντικριστές οπές. Στο σετ να περιέχεται προγεμισμένη σύριγγα με 10% διάλυμα γλυκερίνης για το γέμισμα του μπαλονιού έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος υπέρ - ή υπό- πλήρωσης του. Να είναι μιας χρήσης και διαθέσιμοι σε μεγέθη 16-18Ch. Να είναι συμβατοί με | TEM | 8,5 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 150 | 13% | 1275,00 | 165,75 | 1440,75 |
|----|-------|---|--|-----|-----|---------------|----------------|-----|-----|---------|--------|---------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | monitor Infinity Delta της Draeger και να παραχωρηθεί το αντίστοιχο καλώδιο από την εταιρεία που θα κατακυρωθεί στη σύμβαση. | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|--|-----|-----|---------------|----------------|-----|-----|---------|--------|---------|
| 23 | 27196 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ FOLEY ME ΘΕΡΜΟΚΡ. 18CH | Ουρητηρικοί καθετήρες με αισθητήρα θερμοκρασίας οι οποίοι να είναι κατασκευασμένοι από 100% σιλικόνη, διαφανείς, ελεύθεροι από latex και αποστειρωμένοι. Να έχουν μπαλόνι και να επιτρέπουν τη συνεχή παρακολούθηση της κεντρικής θερμοκρασίας του σώματος με ταυτόχρονη δυνατότητα αφαίρεσης των ούρων. Ο καθετήρας να είναι ακτινοσκοπικός με δύο αντικριστές οπές. Στο σετ να περιέχεται προγεμισμένη σύριγγα με 10% διάλυμα γλυκερίνης για το γέμισμα του μπαλονιού έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος υπέρ - ή υπό- πλήρωσης του. Να είναι μιας χρήσης και διαθέσιμοι σε μεγέθη 16-18Ch. Να είναι συμβατοί με | TEM | 8,5 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 150 | 13% | 1275,00 | 165,75 | 1440,75 |
|----|-------|---|--|-----|-----|---------------|----------------|-----|-----|---------|--------|---------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | monitor Infinity Delta της Draeger και να παραχωρηθεί το αντίστοιχο καλώδιο από την εταιρεία που θα κατακυρωθεί στη σύμβαση. | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|---|-----|------|-----------|----------------|----|-----|---------|--------|---------|
| | | | <p>Να είναι ελαστικοί και εύκαμπτοι από πολυουρεθάνη ή σιλικόνη 100% με υδρόφιλη επικάλυψη. Να προσφέρονται σε μήκη από 20-30 cm και διαμέτρους (No 4.7, No 6, No7, No 8) Να είναι τυφλοί στο άνω νεφρικό άκρο τους Να φέρουν σε όλο το μήκος τους πλάγιες οπές Να φέρουν ακτινοσκοιερές ενδείξεις με διαβάθμιση ανά 1 cm. Να προσφέρονται με σύρμα οδηγό από υλικό τύπου nitinol, μήκους 150cm περίπου. και προωθητή και με δυνατότητα άρθρωσης μεταξύ pig-tail και προωθητή τύπου luer lock .Να έχουν διάρκεια ζωής έξι τουλάχιστον μηνών</p> | | | | | | | | | |
| 24 | 27246 | <p>ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΕΣ ΔΙΠΛΟΥ PIG TAIL 26CM O.D.6.0 FR</p> | | TEM | 85,5 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 20 | 24% | 1710,00 | 410,40 | 2120,40 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------------------------|---|-----|-----|-----------|----------------|----|-----|--------|-------|--------|
| | | | Να αποτελείται από 100% καθετήρα σιλικόνης 2way με J tip 12-16ch και μήκος 42cm, μπαλόνι στήριξης, ακτινοσκοιερή γραμμή, τροκάρ μεταλλικό διαχωριζόμενο με δακτυλίδι ασφαλείας, πώμα, εξάρτημα στερέωσης στο δέρμα, μαχαιρίδιο, σφηγκτήρα (clamp) και ουροσυλλέκτη. | | | | | | | | | |
| 25 | 68864 | ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΗΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ | Να αποτελείται από 100% καθετήρα σιλικόνης 2way με J tip 12-16ch και μήκος 42cm, μπαλόνι στήριξης, ακτινοσκοιερή γραμμή, τροκάρ μεταλλικό διαχωριζόμενο με δακτυλίδι ασφαλείας, πώμα, εξάρτημα στερέωσης στο δέρμα, μαχαιρίδιο, σφηγκτήρα (clamp) και ουροσυλλέκτη. | TEM | 28 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 10 | 13% | 280,00 | 36,40 | 316,40 |
| 26 | 41150 | ΤΡΟΚΑΡ ΘΩΡΑΚΟΣ N 14 | Να είναι από PVC, διαφανείς, ακτινοσκοιεροί σε όλο το μήκος τους. Το άκρο τους να είναι ατραυματικό και στρογγυλεμένο. Να είναι εύκαμπτοι, να μην τσακίζουν και να είναι βαθμονομημένοι ανά δύο εκατοστά. Να φέρουν τροκάρ ανοξείδωτο, αιχμηρό, ατραυματικό και να έχουν πλευρικές οπές. Να φέρουν δακτύλιο στερέωσης σύνδεσης με συσκευή billaw. Να είναι ελεύθεροι DEHP | TEM | 2,3 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 5 | 13% | 11,50 | 1,50 | 13,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|----------------------|--|-----|-----|---------------|----------------|----|-----|-------|------|-------|
| | | | και ελεύθεροι latex. Να είναι αποστειρωμένοι. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη α 8Fr - 10Fr μήκους 8cm για νεογνά - πρόωρα, β) 12 Fr, 14Fr και 18 Fr μήκους 15cm - 25cm για παιδιά και μικρόσωμους ασθενείς και γ) 20Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr και 32Fr μήκους 40cm για ενήλικες | | | | | | | | | |
| 27 | 41154 | ΤΡΟΚΑΡ ΘΩΡΑΚΟΣ NO 24 | Να είναι από PVC, διαφανείς, ακτινοσκοπεύσιμα σε όλο το μήκος τους. Το άκρο τους να είναι ατραυματικό και στρογγυλεμένο. Να είναι εύκαμπτοι, να μην τσακίζουν και να είναι βαθμονομημένοι ανά δύο εκατοστά. Να φέρουν τροκάρ ανοξείδωτο, αιχμηρό, ατραυματικό και να έχουν πλευρικές οπές. Να φέρουν δακτύλιο στερέωσης σύνδεσης με | TEM | 2,3 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 10 | 13% | 23,00 | 2,99 | 25,99 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|-----|-----|-----------|----------------|----|-----|--------|-------|--------|
| | | | <p>συσκευή billaw. Να είναι ελεύθεροι DEHP και ελεύθεροι latex.</p> <p>Να είναι αποστειρωμένοι. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη α 8Fr - 10Fr μήκους 8cm για νεογνά - πρόωρα, β) 12 Fr, 14Fr και 18 Fr μήκους 15cm - 25cm για παιδιά και μικρόσωμους ασθενείς και γ) 20Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr και 32Fr μήκους 40cm για ενήλικες</p> | | | | | | | | | |
| 28 | 42301 | FOLLEY 3WAY ΑΙΜΟΣΤΑΤ. ΑΠΟ LATEX ΚΑΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΥΠΟΥ DUFOUR ΜΕΓΕΘΟΣ 20CH | <p>Καθετήρες 3 WAY DUFOUR 20 ch αιμοστατικοί από latex και σιλικόνη με υδρόφιλη επίστρωση για εύκολη ατραυματική εισαγωγή, με μεταλλική ενίσχυση τύπου σπειράματος στο άκρο του, σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. Να φέρει βαλβίδα με μηχανισμό ασφαλείας luer lock άκρο σύριγγας. Να</p> | TEM | 6,5 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 25 | 13% | 162,50 | 21,13 | 183,63 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|---|-----|-----|---------------|----------------|---|-----|-------|------|-------|
| | | | έχει λεπτά τοιχώματα ώστε να επιτυγχάνεται ο ευρύτερος εσωτερικός αυλός. Υδροθάλαμος με ανθεκτικά τοιχώματα χωρητικότητας 80ml και μήκος 40-42cm. | | | | | | | | | |
| 29 | 67964 | FOLLEY 3WAY ΑΙΜΟΣΤΑΤ. ΑΠΟ LATEX ΚΑΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΥΠΟΥ COUNELAIR ΜΕΓΕΘΟΣ 22CH | Καθετήρες 3 WAY Counelaire 22 ch αιμοστατικοί απο latex και σιλικόνη με υδρόφιλη επίστρωση για εύκολη ατραυματική εισαγωγή, με μεταλλική ενίσχυση τύπου σπειράματος, σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. Να φέρει βαλβίδα με μηχανισμό ασφαλείας luer lock άκρο σύριγγας. Να έχει λεπτά τοιχώματα ώστε να επιτυγχάνεται ο ευρύτερος εσωτερικός αυλός. | TEM | 6,1 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 5 | 13% | 30,50 | 3,97 | 34,47 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------------------------------|--|-----|-------|-----------|----------------|----|-----|------|------|------|
| | | | Υδροθάλαμος με ανθεκτικά τοιχώματα χωρητικότητας 50-80ml και μήκος 40-42cm. Να φέρουν 2-3 πλευρικές οπές με ευρέα στόμια στο προς την κύστη άκρο. | | | | | | | | | |
| 30 | 68229 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ(LEVIN) FR12 | ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΗΚΟΥΣ 120 CM ΠΕΡΙΠΟΥ. ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΠΟ PVC ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΩΣΤΕ Ο ΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ | TEM | 0,134 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 50 | 13% | 6,70 | 0,87 | 7,57 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|-----|------|---------------|----------------|-----|-----|-------|------|-------|
| | | | ΧΡΩΜΑ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ. ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΟΠΩΝ. | | | | | | | | | |
| 31 | 68230 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ(LEVIN) FR14 | ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΗΚΟΥΣ 120 CM ΠΕΡΙΠΟΥ. ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΠΟ PVC ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΩΣΤΕ Ο ΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ. ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ | TEM | 0,23 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 150 | 13% | 34,50 | 4,49 | 38,99 |

| | | | ΟΠΩΝ. | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|-----|-------|---------------|----------------|-----|-----|-------|------|-------|
| 32 | 68231 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ(LEVIN) FR18 | ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΗΚΟΥΣ 120 CM ΠΕΡΙΠΟΥ. ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΠΟ PVC ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΩΣΤΕ Ο ΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ. ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ | TEM | 0,139 | Καθετήρ ες | 3314120 0-2 | 500 | 13% | 69,50 | 9,04 | 78,54 |

| | | | ΟΠΩΝ. | | | | | | | | | |
|----|-------|---|--|-----|-------|-----------|----------------|----|-----|------|------|-------|
| | | | <p>Να είναι κατασκευασμένοι από πολυουρεθάνη ημίσκληρης σύστασης, ώστε να μην συμπίπτει το τοίχωμά τους κατά την αναρρόφηση</p> <p>Να είναι ακτινοσκοπικοί</p> <p>Να διατίθενται σε διαμέτρους από 8-14FR</p> <p>Να φέρουν 2 τουλάχιστον πλάγιες οπές</p> <p>Να προσφέρονται σε απλούς ή και αυτολιπαινόμενους</p> | | | | | | | | | |
| 33 | 68234 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMAN ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ Μ.Χ. CH10 | | TEM | 0,179 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 50 | 13% | 8,95 | 1,16 | 10,11 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|-----|-------|---------------|----------------|-----|-----|-------|------|-------|
| 34 | 68235 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMAN ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ Μ.Χ. CH12 | Καθετήρες μιας χρήσης με άκρο τύπου tieman Να είναι κατασκευασμένοι από PVC Να αναγράφεται το υλικό κατασκευής τους. Να διαθέτουν κυλινδρική κεφαλή και οπές πριν το τέλος τους , να είναι αποστειρωμένοι μιας χρήσης Να διατίθενται σε μέγεθος 12 CH με χρωματικό κωδικό διάκρισης. Να έχουν μήκος από 45 cm έως 60cm περίπου Να προσφέρονται αποστειρωμένοι και σε ατομική συσκευασία. | TEM | 0,017 | | | 50 | 13% | 0,85 | 0,11 | 0,96 |
| 35 | 68403 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON CH14 | Να διατίθενται στα μεγέθη 8-10-12-14- 16-18-20 FR. Να είναι κατασκευασμένα από PVC. Να είναι διαφανείς. Το υλικό τους να είναι ημίσκληρο, για να μην λυγίζουν τα τοιχώματα τους και | TEM | 0,103 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 250 | 13% | 25,75 | 3,35 | 29,10 |

| | | | να έχουν στρογγυλεμένο άκρο. | | | | | | | | | |
|----|-------|--------------------------------|---|-----|-----|---------------|----------------|----|-----|-------|------|-------|
| 36 | 68413 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMAN-FOLEY CH16 | Διουρηθρικοί καθετήρες κύστης τύπου Tiemann foley 2 way, με μπαλόνι συγκράτησης 10- 15cc, από 100% σιλικόνη. Το άκρο τους να είναι κυρτό, στρογγυλοποιημένο και ατραυματικό. Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμα τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν 2 πλάγιες οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγετε ο τραυματισμός. Μεγέθη 16-20ch. | TEM | 2,5 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 20 | 13% | 50,00 | 6,50 | 56,50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|-----|-------|-----------|-------------|------|-----|--------|-------|--------|
| 37 | 68414 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMAN-FOLEY CH18 | Διουρηθρικοί καθετήρες κύστης τύπου Tiemann foley 2 way, με μπαλόνι συγκράτησης 10-15cc, από 100% σιλικόνη. Το άκρο τους να είναι κυρτό, στρογγυλοποιημένο και ατραυματικό. Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμα τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν 2 πλάγιες οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγετε ο τραυματισμός. Μεγέθη 16-20ch. | TEM | 2,5 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 20 | 13% | 50,00 | 6,50 | 56,50 |
| 38 | 68417 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FR10 | Οι καθετήρες βρογχοαναρρόφησης με βαλβίδα θα πρέπει: 1.Να είναι ευθύς, από εξευγενισμένο PVC με εσωτερική και εξωτερική κάλυψη, 2.Να έχει από στρογγυλεμένο άκρο, ατραυματικό για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού του βλεννογόνου των ασθενών και να φέρει ειδικό σύστημα | TEM | 0,078 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 3000 | 13% | 234,00 | 30,42 | 264,42 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|-----|--------|-----------|-------------|-----|-----|-------|------|-------|
| | | | πολλαπλών οπών για γρήγορη και ανώδυνη για τον ασθενή αναρρόφηση., 3.Να φέρει βαλβίδα Vactrol ειδικής κατασκευής, ώστε με το πάτημα του δακτύλου να γίνεται η αναρρόφηση., 4.Να έχουν μήκος 50cm έως 60cm περίπου, 5.Να είναι αποστειρωμένοι και μ.χ. | | | | | | | | | |
| 39 | 68418 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FR12 | Οι καθετήρες βρογχοαναρρόφησης με βαλβίδα θα πρέπει: 1.Να είναι ευθύς, από εξευγενισμένο PVC με εσωτερική και εξωτερική κάλυψη, 2.Να έχει από στρογγυλεμένο άκρο, ατραυματικό για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού του βλεννογόνου των ασθενών και να φέρει ειδικό σύστημα πολλαπλών οπών για γρήγορη και ανώδυνη για τον ασθενή | TEM | 0,0989 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 400 | 13% | 39,56 | 5,14 | 44,70 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|-----|--------|-----------|-------------|------|-----|--------|-------|--------|
| | | | αναρρόφηση., 3.Να φέρει βαλβίδα Vactrol ειδικής κατασκευής, ώστε με το πάτημα του δακτύλου να γίνεται η αναρρόφηση., 4.Να έχουν μήκος 50cm έως 60cm περίπου, 5.Να είναι αποστειρωμένοι και μ.χ. | | | | | | | | | |
| 40 | 68419 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FR16 | Οι καθετήρες βρογχοαναρρόφησης με βαλβίδα θα πρέπει: 1.Να είναι ευθύς, από εξευγενισμένο PVC με εσωτερική και εξωτερική κάλυψη, 2.Να έχει από στρογγυλεμένο άκρο, ατραυματικό για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού του βλεννογόνου των ασθενών και να φέρει ειδικό σύστημα πολλαπλών οπών για γρήγορη και ανώδυνη για τον ασθενή | TEM | 0,0698 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 4500 | 13% | 314,10 | 40,83 | 354,93 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|---|-----|------|-----------|----------------|----|-----|-------|------|-------|
| | | | αναρρόφηση., 3.Να φέρει βαλβίδα Vactrol ειδικής κατασκευής, ώστε με το πάτημα του δακτύλου να γίνεται η αναρρόφηση., 4.Να έχουν μήκος 50cm έως 60cm περίπου, 5.Να είναι αποστειρωμένοι και μ.χ. | | | | | | | | | |
| 41 | 68509 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΔΥΟ ΑΥΛΩΝ CH8 | | TEM | 0,8 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 10 | 13% | 8,00 | 1,04 | 9,04 |
| 42 | 68515 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ CH16 | Καθετήρες Folley 3way από σιλικοναρισμένο Latex. Υδροθάλαμο 30-50ml με πλαστική βαλβίδα και μηχανισμό ασφαλείας για Luer & Luer Lock. Να φέρουν δύο πλευρικές μεγάλες οπές στο κυστικό άκρο. | TEM | 0,47 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 40 | 13% | 18,80 | 2,44 | 21,24 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--------------------------|---|-----|-------|-----------|----------------|-----|-----|-------|------|-------|
| 43 | 68619 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON CH8 | Να διατίθενται στα μεγέθη 8-10-12-14-16-18-20 FR. Να είναι κατασκευασμένα από PVC. Να είναι διαφανείς. Το υλικό τους να είναι ημίσκληρο, για να μην λυγίζουν τα τοιχώματα τους και να έχουν στρογγυλεμένο άκρο. | TEM | 0,103 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 110 | 13% | 11,33 | 1,47 | 12,80 |
| 44 | 68731 | ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ CH4 | Ουρητηρικός καθετήρας πολυουρεθάνης με ενσωματωμένο οδηγό σύρμα, ανοικτού άκρου χωρίς πλαϊνές οπές, διαμέτρου 4Fr και μήκους 70cm. Το άκρο του καθετήρα να είναι εύκαμπτο και να διαθέτει ακτινοσκοπικές σημάνσεις. Ο καθετήρας να διαθέτει χρωματική ένδειξη για αριστερό ή δεξι ουρητήρα. | TEM | 6 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 10 | 13% | 60,00 | 7,80 | 67,80 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|---|-----|------|---------------|----------------|----|-----|--------|-------|--------|
| 45 | 68810 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ COUVELAIRE ΜΕΤΑ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ CH 16 | Καθετήρες 3 WAY Couvelaire 16 ch αιμοστατικοί από latex και σιλικόνη με υδρόφιλη επίστρωση για εύκολη ατραυματική εισαγωγή, με μεταλλική ενίσχυση τύπου σπειράματος, σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. Να φέρει βαλβίδα με μηχανισμό ασφαλείας luer lock άκρο σύριγγας. Να έχει λεπτά τοιχώματα ώστε να επιτυγχάνεται ο ευρύτερος εσωτερικός αυλός. Υδροθάλαμος με ανθεκτικά τοιχώματα χωρητικότητας 50- 80ml και μήκος 40- 42cm. Να φέρουν 2-3 πλευρικές οπές με ευρέα στόμια στο προς την κύστη άκρο. | TEM | 12,5 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 20 | 13% | 250,00 | 32,50 | 282,50 |
|----|-------|--|---|-----|------|---------------|----------------|----|-----|--------|-------|--------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|-----|---|---------------|----------------|-----|-----|---------|--------|---------|
| 46 | 68811 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ COUVELAIRE ΜΕΤΑ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ CH 20 | Καθετήρες 3 WAY Couvelaire 20 ch αιμοστατικοί από latex και σιλικόνη με υδρόφιλη επίστρωση για εύκολη ατραυματική εισαγωγή, με μεταλλική ενίσχυση τύπου σπειράματος, σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. Να φέρει βαλβίδα με μηχανισμό ασφαλείας luer lock άκρο σύριγγας. Να έχει λεπτά τοιχώματα ώστε να επιτυγχάνεται ο ευρύτερος εσωτερικός αυλός. Υδροθάλαμος με ανθεκτικά τοιχώματα χωρητικότητας 50- 80ml και μήκος 40- 42cm. Να φέρουν 2-3 πλευρικές οπές με ευρέα στόμια στο προς την κύστη άκρο | TEM | 5 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 200 | 13% | 1000,00 | 130,00 | 1130,00 |
|----|-------|--|--|-----|---|---------------|----------------|-----|-----|---------|--------|---------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|------|-----------|------------|------|-----|---------|--------|---------|--|
| | | | 1. Το υλικό κατασκευής του φλεβοκαθετήρα να είναι να είναι από υλικό πολυουρεθάνη χωρίς πρόσθετα π.χ. κερί, πλαστικά , σταθεροποιητές , ως το πλέον βιοσυμβατό υλικό με τον ανθρώπινο οργανισμό και να επιτρέπει την παραμονή στον ασθενή για τουλάχιστον 72 ώρες. 2. Να έχει λεπτά τοιχώματα για να διατηρεί τη μεγαλύτερη δυνατή εσωτερική διάμετρο , ώστε να επιτυγχάνονται μεγαλύτερες ταχύτητες ροής.3. Ο καθετήρας να έχει τέτοιο σχεδιασμό που να εφαρμόσει τέλεια με τον οδηγό στυλεό (βελόνα), ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο συρρίκνωσης του καθετήρα από την εισαγωγή του.4. Η βελόνα να έχει | | | | | | | | | |
| 47 | 68852 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ 18G | ΤΕΜ | 0,25 | Καθετήρες | 33141200-2 | 4000 | 13% | 1000,00 | 130,00 | 1130,00 | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>ακτινοσκοπικοί.10. Να είναι αποστειρωμένοι με ΕΤΟ (οξείδιο του Αιθυλενίου) με 5 έτη διάρκεια της αποστείρωσης..11. Να διαθέτει νούμερα 14,16,18,20,22, 24G.12. Η συσκευασία επικερωμένο χαρτί για αποφυγή ρινισμάτων στον καθετήρα , κατά την διάρκεια ανοίγματος της συσκευασίας.13. Η κατασκευή του να συμφωνεί με όλα τα ISO και να φέρει πιστοποίηση CE.</p> | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|---|-----|------|-----------|----------------|-------|-----|---------|--------|---------|
| 48 | 68853 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ 20G | 1. Το υλικό κατασκευής του φλεβοκαθετήρα να είναι να είναι από υλικό πολυουρεθάνη χωρίς πρόσθετα π.χ. κερί, πλαστικά , σταθεροποιητές , ως το πλέον βιοσυμβατό υλικό με τον ανθρώπινο οργανισμό και να επιτρέπει την παραμονή στον ασθενή για τουλάχιστον 72 ώρες. 2. Να έχει λεπτά τοιχώματα για να διατηρεί τη μεγαλύτερη δυνατή εσωτερική διάμετρο , ώστε να επιτυγχάνονται μεγαλύτερες ταχύτητες ροής.3. Ο καθετήρας να έχει τέτοιο σχεδιασμό που να εφαρμόσει τέλεια με τον οδηγό στυλεό (βελόνα), ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο συρρίκνωσης του καθετήρα από την εισαγωγή του.4. Η βελόνα να έχει | TEM | 0,25 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 20000 | 13% | 5000,00 | 650,00 | 5650,00 |
|----|-------|--|---|-----|------|-----------|----------------|-------|-----|---------|--------|---------|

[68]

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>ακτινοσκοπικοί.10. Να είναι αποστειρωμένοι με ΕΤΟ (οξείδιο του Αιθυλενίου) με 5 έτη διάρκεια της αποστείρωσης..11. Να διαθέτει νούμερα 14,16,18,20,22, 24G.12. Η συσκευασία επικερωμένο χαρτί για αποφυγή ρινισμάτων στον καθετήρα , κατά την διάρκεια ανοίγματος της συσκευασίας.13. Η κατασκευή του να συμφωνεί με όλα τα ISO και να φέρει πιστοποίηση CE.</p> | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|---|-----|------|-----------|----------------|-------|-----|---------|--------|---------|
| 49 | 68854 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ 22G | 1. Το υλικό κατασκευής του φλεβοκαθετήρα να είναι να είναι από υλικό πολυουρεθάνη χωρίς πρόσθετα π.χ. κερί, πλαστικά , σταθεροποιητές , ως το πλέον βιοσυμβατό υλικό με τον ανθρώπινο οργανισμό και να επιτρέπει την παραμονή στον ασθενή για τουλάχιστον 72 ώρες. 2. Να έχει λεπτά τοιχώματα για να διατηρεί τη μεγαλύτερη δυνατή εσωτερική διάμετρο , ώστε να επιτυγχάνονται μεγαλύτερες ταχύτητες ροής.3. Ο καθετήρας να έχει τέτοιο σχεδιασμό που να εφαρμόσει τέλεια με τον οδηγό στυλεό (βελόνα), ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο συρρίκνωσης του καθετήρα από την εισαγωγή του.4. Η βελόνα να έχει | TEM | 0,25 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 10000 | 13% | 2500,00 | 325,00 | 2825,00 |
|----|-------|--|---|-----|------|-----------|----------------|-------|-----|---------|--------|---------|

[71]

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>ακτινοσκοπικοί.10. Να είναι αποστειρωμένοι με ΕΤΟ (οξείδιο του Αιθυλενίου) με 5 έτη διάρκεια της αποστείρωσης..11. Να διαθέτει νούμερα 14,16,18,20,22 G.12. Η συσκευασία επικερωμένο χαρτί για αποφυγή ρινισμάτων στον καθετήρα , κατά την διάρκεια ανοίγματος της συσκευασίας.13. Η κατασκευή του να συμφωνεί με όλα τα ISO και να φέρει πιστοποίηση CE.</p> | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------------------------|--|-----|----|-----------|----------------|----|-----|--------|-------|--------|
| | | | <p>Το Σετ να περιέχει :</p> <p>1. κατάλληλη Βελόνα εισαγωγής</p> <p>2. καθετήρα 6 FR, από πολυουρεθάνη, για υποκλείδια ή σφαγίτιδα φλέβα με βαλβίδα ασφαλείας και πλάγιο αυλό.</p> <p>3. Προστατευμένο Ειδικό οδηγό σύρματος με περίπου διπλάσιο μήκος του Καθετήρα</p> <p>4. Διαστολέα</p> <p>5. προστατευτικό περίβλημα (μανίκι προστασίας) 6 Fr με το μεγαλύτερο δυνατό μήκος και να διαθέτει σύστημα ασφαλείας που εμποδίζει το καλώδιο του βηματοδότη να μετακινηθεί μετά από την τοποθέτηση του .</p> <p>6. Να συνοδεύεται από δείγμα κατά προτίμηση ή τουλάχιστον από προσπέκτους</p> | | | | | | | | | |
| 50 | 68952 | ΘΗΚΑΡΙΑ INTRODUSER FR6 | | TEM | 20 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 10 | 13% | 200,00 | 26,00 | 226,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|--|-----|------|--|--|----|-----|--------|-------|--------|
| 51 | 69191 | ΤΡΟΚΑΡ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ 40CM 20CH | <p>Να είναι από PVC, διαφανείς, ακτινοσκοπικοί σε όλο το μήκος τους. Το άκρο τους να είναι ατραυματικό και στρογγυλεμένο. Να είναι εύκαμπτοι, να μην τσακίζουν και να είναι βαθμονομημένοι ανά δύο εκατοστά.</p> <p>Να φέρουν τροκάρ ανοξείδωτο, αιχμηρό, ατραυματικό και να έχουν πλευρικές οπές. Να φέρουν δακτύλιο στερέωσης σύνδεσης με συσκευή billaw. Να είναι ελεύθεροι DEHP και ελεύθεροι latex.</p> <p>Να είναι αποστειρωμένοι. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη α 8Fr - 10Fr μήκους 8cm για νεογνά - πρόωρα, β) 12 Fr, 14Fr και 18 Fr μήκους 15cm - 25cm για παιδιά και μικρόσωμους ασθενείς και γ) 20Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr και 32Fr μήκους 40cm για ενήλικες</p> | TEM | 12,5 | | | 30 | 13% | 375,00 | 48,75 | 423,75 |
|----|-------|---|--|-----|------|--|--|----|-----|--------|-------|--------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|--|-----|----|--------------|----------------|----|-----|--------|-------|--------|
| 52 | 69192 | ΤΡΟΚΑΡ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ 40CM 28CH | <p>Να είναι από PVC, διαφανείς, ακτινοσκοπικοί σε όλο το μήκος τους. Το άκρο τους να είναι ατραυματικό και στρογγυλεμένο. Να είναι εύκαμπτοι, να μην τσακίζουν και να είναι βαθμονομημένοι ανά δύο εκατοστά.</p> <p>Να φέρουν τροκάρ ανοξείδωτο, αιχμηρό, ατραυματικό και να έχουν πλευρικές οπές. Να φέρουν δακτύλιο στερέωσης σύνδεσης με συσκευή billaw. Να είναι ελεύθεροι DEHP και ελεύθεροι latex.</p> <p>Να είναι αποστειρωμένοι. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη α 8Fr - 10Fr μήκους 8cm για νεογνά - πρόωρα, β) 12 Fr, 14Fr και 18 Fr μήκους 15cm - 25cm για παιδιά και μικρόσωμους ασθενείς και γ) 20Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr και 32Fr μήκους 40cm για ενήλικες</p> | TEM | 14 | Καθετήρ ς | 3314120 0-2 | 20 | 13% | 280,00 | 36,40 | 316,40 |
|----|-------|---|--|-----|----|--------------|----------------|----|-----|--------|-------|--------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|-----|------|-----------|----------------|---|-----|-------|------|-------|
| 53 | 69254 | ΤΡΟΚΑΡ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ 23CM 18CH | <p>Να είναι από PVC, διαφανείς, ακτινοσκοπικοί σε όλο το μήκος τους. Το άκρο τους να είναι ατραυματικό και στρογγυλεμένο. Να είναι εύκαμπτοι, να μην τσακίζουν και να είναι βαθμονομημένοι ανά δύο εκατοστά.</p> <p>Να φέρουν τροκάρ ανοξείδωτο, αιχμηρό, ατραυματικό και να έχουν πλευρικές οπές. Να φέρουν δακτύλιο στερέωσης σύνδεσης με συσκευή billaw. Να είναι ελεύθεροι DEHP και ελεύθεροι latex.</p> <p>Να είναι αποστειρωμένοι. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη α 8Fr - 10Fr μήκους 8cm για νεογνά - πρόωρα, β) 12 Fr, 14Fr και 18 Fr μήκους 15cm - 25cm για παιδιά και μικρόσωμους ασθενείς και γ) 20Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr και 32Fr</p> | TEM | 4,44 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 5 | 24% | 22,20 | 5,33 | 27,53 |
|----|-------|---|---|-----|------|-----------|----------------|---|-----|-------|------|-------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|-----|-----|-----------|------------|-----|-----|--------|-------|--------|
| 54 | 69424 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY-TIEMAN - CH16 NEOPLEX (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) | Καθετήρες 2 way FOLLEY-TIEMAN 16 CH από ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ NEOPLEX (PVC) με υδρόφιλη επίστρωση για εύκολη ατραυματική εισαγωγή σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. Να φέρει βαλβίδα με μηχανισμό ασφαλείας luer lock άκρο σύριγγας. Να έχει λεπτά τοιχώματα ώστε να επιτυγχάνεται ο ευρύτερος εσωτερικός αυλός. Υδροθάλαμος με ανθεκτικά τοιχώματα χωρητικότητας 20-50ml και μήκος 40-42cm. Να φέρουν 2 η 3 πλευρικές οπές με ευρέα στόμια στο προς την κύστη άκρο. | TEM | 2,8 | Καθετήρες | 33141200-2 | 150 | 13% | 420,00 | 54,60 | 474,60 |
|----|-------|---|---|-----|-----|-----------|------------|-----|-----|--------|-------|--------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|-----|-----|-----------|------------|-----|-----|--------|-------|--------|
| 55 | 69425 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY-TIEMAN - CH18 NEOPLEX (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) | Καθετήρες 2 way FOLLEY-TIEMAN 18 CH από ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ NEOPLEX (PVC) με υδρόφιλη επίστρωση για εύκολη ατραυματική εισαγωγή σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. Να φέρει βαλβίδα με μηχανισμό ασφαλείας luer lock άκρο σύριγγας. Να έχει λεπτά τοιχώματα ώστε να επιτυγχάνεται ο ευρύτερος εσωτερικός αυλός. Υδροθάλαμος με ανθεκτικά τοιχώματα χωρητικότητας 20-50ml και μήκος 40-42cm. Να φέρουν 2 η 3 πλευρικές οπές με ευρέα στόμια στο προς την κύστη άκρο. | TEM | 2,8 | Καθετήρες | 33141200-2 | 150 | 13% | 420,00 | 54,60 | 474,60 |
|----|-------|---|---|-----|-----|-----------|------------|-----|-----|--------|-------|--------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|-----|------|-----------|----------------|---|-----|-------|------|-------|
| 56 | 69579 | ΤΡΟΚΑΡ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ 28CM 20CH | <p>Να είναι από PVC, διαφανείς, ακτινοσκοπικοί σε όλο το μήκος τους. Το άκρο τους να είναι ατραυματικό και στρογγυλεμένο. Να είναι εύκαμπτοι, να μην τσακίζουν και να είναι βαθμονομημένοι ανά δύο εκατοστά.</p> <p>Να φέρουν τροκάρ ανοξειδωτο, αιχμηρό, ατραυματικό και να έχουν πλευρικές οπές. Να φέρουν δακτύλιο στερέωσης σύνδεσης με συσκευή billaw. Να είναι ελεύθεροι DEHP και ελεύθεροι latex.</p> <p>Να είναι αποστειρωμένοι. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη α 8Fr - 10Fr μήκους 8cm για νεογνά - πρόωρα, β) 12 Fr, 14Fr και 18 Fr μήκους 15cm - 25cm για παιδιά και μικρόσωμους ασθενείς και γ) 20Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr και 32Fr</p> | TEM | 3,61 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 5 | 24% | 18,05 | 4,33 | 22,38 |
|----|-------|---|---|-----|------|-----------|----------------|---|-----|-------|------|-------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|--|-----|----|--------------|----------------|----|-----|--------|-------|--------|
| 57 | 69581 | ΤΡΟΚΑΡ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ 40CM 22CH | <p>Να είναι από PVC, διαφανείς, ακτινοσκοπικοί σε όλο το μήκος τους. Το άκρο τους να είναι ατραυματικό και στρογγυλεμένο. Να είναι εύκαμπτοι, να μην τσακίζουν και να είναι βαθμονομημένοι ανά δύο εκατοστά.</p> <p>Να φέρουν τροκάρ ανοξείδωτο, αιχμηρό, ατραυματικό και να έχουν πλευρικές οπές. Να φέρουν δακτύλιο στερέωσης σύνδεσης με συσκευή billaw. Να είναι ελεύθεροι DEHP και ελεύθεροι latex.</p> <p>Να είναι αποστειρωμένοι. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη α 8Fr - 10Fr μήκους 8cm για νεογνά - πρόωρα, β) 12 Fr, 14Fr και 18 Fr μήκους 15cm - 25cm για παιδιά και μικρόσωμους ασθενείς και γ) 20Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr και 32Fr μήκους 40cm για ενήλικες</p> | TEM | 14 | Καθετήρ ς | 3314120 0-2 | 25 | 13% | 350,00 | 45,50 | 395,50 |
|----|-------|---|--|-----|----|--------------|----------------|----|-----|--------|-------|--------|

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|--|----|--------------|----------------|----|-----|--------|-------|--------|
| 58 | 69582 | ΤΡΟΚΑΡ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ 40CM 26CH | <p>Να είναι από PVC, διαφανείς, ακτινοσκοπικοί σε όλο το μήκος τους. Το άκρο τους να είναι ατραυματικό και στρογγυλεμένο. Να είναι εύκαμπτοι, να μην τσακίζουν και να είναι βαθμονομημένοι ανά δύο εκατοστά.</p> <p>Να φέρουν τροκάρ ανοξείδωτο, αιχμηρό, ατραυματικό και να έχουν πλευρικές οπές. Να φέρουν δακτύλιο στερέωσης σύνδεσης με συσκευή billaw. Να είναι ελεύθεροι DEHP και ελεύθεροι latex.</p> <p>Να είναι αποστειρωμένοι. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη α 8Fr - 10Fr μήκους 8cm για νεογνά - πρόωρα, β) 12 Fr, 14Fr και 18 Fr μήκους 15cm - 25cm για παιδιά και μικρόσωμους ασθενείς και γ) 20Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr και 32Fr μήκους 40cm για ενήλικες</p> | 14 | Καθετήρ ς | 3314120 0-2 | 25 | 13% | 350,00 | 45,50 | 395,50 |
|----|-------|---|--|----|--------------|----------------|----|-----|--------|-------|--------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------------------------------|--|-----|------|---------------|----------------|---|-----|--------|-------|--------|
| 59 | 69678 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ SENGSTAGEN NO15 | | TEM | 46,7 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 5 | 13% | 233,50 | 30,36 | 263,86 |
|----|-------|------------------------------|--|-----|------|---------------|----------------|---|-----|--------|-------|--------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|------|-----------|------------|-----|-----|--------|-------|--------|--|
| | | | 1. Το υλικό κατασκευής του φλεβοκαθετήρα να είναι να είναι από υλικό πολυουρεθάνη χωρίς πρόσθετα π.χ. κερί, πλαστικά , σταθεροποιητές , ως το πλέον βιοσυμβατό υλικό με τον ανθρώπινο οργανισμό και να επιτρέπει την παραμονή στον ασθενή για τουλάχιστον 72 ώρες. 2. Να έχει λεπτά τοιχώματα για να διατηρεί τη μεγαλύτερη δυνατή εσωτερική διάμετρο , ώστε να επιτυγχάνονται μεγαλύτερες ταχύτητες ροής.3. Ο καθετήρας να έχει τέτοιο σχεδιασμό που να εφαρμόσει τέλεια με τον οδηγό στυλεό (βελόνα), ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο συρρίκνωσης του καθετήρα από την εισαγωγή του.4. Η βελόνα να έχει | | | | | | | | | |
| 60 | 69716 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ 24G | ΤΕΜ | 0,25 | Καθετήρες | 33141200-2 | 600 | 13% | 150,00 | 19,50 | 169,50 | |

[84]

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>ακτινοσκοιροί.10. Να είναι αποστειρωμένοι με ΕΤΟ (οξείδιο του Αιθυλενίου) με 5 έτη διάρκεια της αποστείρωσης..11. Να διαθέτει νούμερα 14,16,18,20,22, 24G.12. Η συσκευασία επικερωμένο χαρτί για αποφυγή ρινισμάτων στον καθετήρα , κατά την διάρκεια ανοίγματος της συσκευασίας.13. Η κατασκευή του να συμφωνεί με όλα τα ISO και να φέρει πιστοποίηση CE.</p> | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|--|-----|-----|--------------|----------------|----|-----|-------|------|-------|
| 61 | 69759 | ΤΡΟΚΑΡ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ 40CM 24CH | <p>Να είναι από PVC, διαφανείς, ακτινοσκοπικοί σε όλο το μήκος τους. Το άκρο τους να είναι ατραυματικό και στρογγυλεμένο. Να είναι εύκαμπτοι, να μην τσακίζουν και να είναι βαθμονομημένοι ανά δύο εκατοστά.</p> <p>Να φέρουν τροκάρ ανοξείδωτο, αιχμηρό, ατραυματικό και να έχουν πλευρικές οπές. Να φέρουν δακτύλιο στερέωσης σύνδεσης με συσκευή billaw. Να είναι ελεύθεροι DEHP και ελεύθεροι latex.</p> <p>Να είναι αποστειρωμένοι. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη α 8Fr - 10Fr μήκους 8cm για νεογνά - πρόωρα, β) 12 Fr, 14Fr και 18 Fr μήκους 15cm - 25cm για παιδιά και μικρόσωμους ασθενείς και γ) 20Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr και 32Fr μήκους 40cm για ενήλικες</p> | TEM | 3,7 | Καθετήρ ς | 3314120 0-2 | 20 | 13% | 74,00 | 9,62 | 83,62 |
|----|-------|---|--|-----|-----|--------------|----------------|----|-----|-------|------|-------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|---|-----|-------|-----------|----------------|-----|-----|-------|------|-------|
| | | | Οι καθετήρες βρογχοαναρρόφησης με βαλβίδα θα πρέπει: 1.Να είναι ευθύς, από εξευγενισμένο PVC με εσωτερική και εξωτερική κάλυψη, 2.Να έχει αποστρογγυλεμένο άκρο, ατραυματικό για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού του βλεννογόνου των ασθενών και να φέρει ειδικό σύστημα πολλαπλών οπών για γρήγορη και ανώδυνη για τον ασθενή αναρρόφηση., 3.Να φέρει βαλβίδα Vactrol ειδικής κατασκευής, ώστε με το πάτημα του δακτύλου να γίνεται η αναρρόφηση., 4.Να έχουν μήκος 50cm έως 60cm περίπου, 5.Να είναι αποστειρωμένοι και | | | | | | | | | |
| 62 | 69780 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FR8 | μ.χ. | TEM | 0,138 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 350 | 13% | 48,30 | 6,28 | 54,58 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|--|-----|-------|---------------|----------------|------|-----|--------|-------|--------|
| 63 | 69781 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FR14 | Οι καθετήρες βρογχοαναρρόφησης με βαλβίδα θα πρέπει: 1.Να είναι ευθύς, από εξευγενισμένο PVC με εσωτερική και εξωτερική κάλυψη, 2.Να έχει αποστρογγυλεμένο άκρο, ατραυματικό για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού του βλεννογόνου των ασθενών και να φέρει ειδικό σύστημα πολλαπλών οπών για γρήγορη και ανώδυνη για τον ασθενή αναρρόφηση., 3.Να φέρει βαλβίδα Vactrol ειδικής κατασκευής, ώστε με το πάτημα του δακτύλου να γίνεται η αναρρόφηση., 4.Να έχουν μήκος 50cm έως 60cm περίπου, 5.Να είναι αποστειρωμένοι και μ.χ. | TEM | 0,133 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 5000 | 13% | 665,00 | 86,45 | 751,45 |
|----|-------|---|--|-----|-------|---------------|----------------|------|-----|--------|-------|--------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|--|-----|-------|---------------|----------------|-----|-----|-------|------|-------|
| 64 | 69782 | ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FR18 | Οι καθετήρες βρογχοαναρρόφησης με βαλβίδα θα πρέπει: 1.Να είναι ευθύς, από εξευγενισμένο PVC με εσωτερική και εξωτερική κάλυψη, 2.Να έχει αποστρογγυλεμένο άκρο, ατραυματικό για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού του βλεννογόνου των ασθενών και να φέρει ειδικό σύστημα πολλαπλών οπών για γρήγορη και ανώδυνη για τον ασθενή αναρρόφηση., 3.Να φέρει βαλβίδα Vactrol ειδικής κατασκευής, ώστε με το πάτημα του δακτύλου να γίνεται η αναρρόφηση., 4.Να έχουν μήκος 50cm έως 60cm περίπου, 5.Να είναι αποστειρωμένοι και μ.χ. | TEM | 0,081 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 750 | 13% | 60,75 | 7,90 | 68,65 |
|----|-------|---|--|-----|-------|---------------|----------------|-----|-----|-------|------|-------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|-----|-------|---------------|----------------|-----|-----|--------|-------|--------|
| 65 | 69793 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΔΥΟ ΑΥΛΩΝ CH10 | | TEM | 0,8 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 10 | 13% | 8,00 | 1,04 | 9,04 |
| 66 | 69872 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON CH10 | Να διατίθενται στα μεγέθη 8-10-12-14- 16-18-20 FR. Να είναι κατασκευασμένα από PVC. Να είναι διαφανείς. Το υλικό τους να είναι ημίσκληρο, για να μην λυγίζουν τα τοιχώματα τους και να έχουν στρογγυλεμένο άκρο. | TEM | 0,103 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 200 | 13% | 20,60 | 2,68 | 23,28 |
| 67 | 69904 | ΚΑΘΕΤ ΑΙΜΟΚΑΘ 2W ΠΡΟΚΕΚΑΜΜΕΝΟΣ 12F 15CM | Σετ προσωρινού σφαγιδιτικού καθετήρα διπλού αυλού, με κεκαμένα άκρα 11 & 12 FR από πολυουρεθάνη και σε μήκη 15 & 20 εκατοστά με διάταξη αυλών side by side., Το σετ να περιλαμβάνει: Καθετήρα διπλού αυλού, βελόνα παρακέντησης, συρμάτινο οδηγό τύπου I tip αγγειακό διαστολέα, πώματα κλπ., Ακτινοσκοιερός, κατάλληλος για | TEM | 9,74 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 50 | 13% | 487,00 | 63,31 | 550,31 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|-----|-----|---------------|----------------|----|-----|-------|------|-------|
| | | | αιμοκάθαρση, αιμοδιήθηση, πλάσμαφαίρεση, CVVH κλπ., Η παροχή αίματος να είναι περίπου 300ml/min. Να αναγράφεται ο όγκος πλήρωσης των αυλών στα σκέλη του καθετήρα. Να φέρει σήμανση CE. | | | | | | | | | |
| 68 | 69966 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY-TIEMAN- CH20 NEOPLEX (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) | Καθετήρες 2 way FOLLEY-TIEMAN 20 CH από ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ NEOPLEX (PVC) με υδρόφιλη επίστρωση για εύκολη ατραυματική εισαγωγή σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. Να φέρει βαλβίδα με μηχανισμό ασφαλείας luer lock άκρο σύριγγας. Να έχει λεπτά τοιχώματα ώστε να επιτυγχάνεται ο ευρύτερος εσωτερικός αυλός. Υδροθάλαμος με | TEM | 2,8 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 20 | 13% | 56,00 | 7,28 | 63,28 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|--|-----|------|-----------|------------|-----|-----|---------|--------|---------|
| | | | ανθεκτικά τοιχώματα χωρητικότητας 20-50ml και μήκος 40-42cm. Να φέρουν 2 η 3 πλευρικές οπές με ευρέα στόμια στο προς την κύστη άκρο. | | | | | | | | | |
| 69 | 70051 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ COUVELAIRE ΜΕΤΑ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ CH 18 | Καθετήρες 3 WAY Couvelaire 18 ch αιμοστατικοί από latex και σιλικόνη με υδρόφιλη επίστρωση για εύκολη ατραυματική εισαγωγή, με μεταλλική ενίσχυση τύπου σπειράματος, σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. Να φέρει βαλβίδα με μηχανισμό ασφαλείας luer lock άκρο σύριγγας. Να έχει λεπτά τοιχώματα ώστε να επιτυγχάνεται ο ευρύτερος εσωτερικός αυλός. | TEM | 12,5 | Καθετήρες | 33141200-2 | 120 | 13% | 1500,00 | 195,00 | 1695,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--------------------------------------|--|-----|------|-----------|----------------|---|-----|-------|------|-------|
| | | | Υδροθάλαμος με ανθεκτικά τοιχώματα χωρητικότητας 50-80ml και μήκος 40-42cm. Να φέρουν 2-3 πλευρικές οπές με ευρέα στόμια στο προς την κύστη άκρο. | | | | | | | | | |
| 70 | 70127 | ΤΡΟΚΑΡ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ 25CM 16CH | Να είναι από PVC, διαφανείς, ακτινοσκοπεύσιμοι σε όλο το μήκος τους. Το άκρο τους να είναι ατραυματικό και στρογγυλεμένο. Να είναι εύκαμπτοι, να μην τσακίζουν και να είναι βαθμονομημένοι ανά δύο εκατοστά. Να φέρουν τροκάρ ανοξείδωτο, αιχμηρό, ατραυματικό και να έχουν πλευρικές οπές. Να φέρουν δακτύλιο στερέωσης σύνδεσης με συσκευή billaw. Να είναι ελεύθεροι DEHP | TEM | 3,61 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 5 | 24% | 18,05 | 4,33 | 22,38 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|---|-----|--------|---------------|----------------|----|-----|------|------|------|
| | | | και ελεύθεροι latex. Να είναι αποστειρωμένοι. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη α 8Fr - 10Fr μήκους 8cm για νεογνά - πρόωρα, β) 12 Fr, 14Fr και 18 Fr μήκους 15cm - 25cm για παιδιά και μικρόσωμους ασθενείς και γ) 20Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr και 32Fr | | | | | | | | | |
| 71 | 70297 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ(LEVIN) FR10 | ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΗΚΟΥΣ 120 CM ΠΕΡΙΠΟΥ. ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΠΟ PVC ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΩΣΤΕ Ο ΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ | TEM | 0,1289 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 20 | 13% | 2,58 | 0,34 | 2,91 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|--|-----|------|---------------|----------------|-----|-----|-------|------|-------|
| | | | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ. ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΟΠΩΝ. | | | | | | | | | |
| 72 | 70298 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ (LEVIN) FR16 | ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΗΚΟΥΣ 120 CM ΠΕΡΙΠΟΥ. ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΠΟ PVC ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΩΣΤΕ Ο ΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ. ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ | TEM | 0,13 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 500 | 13% | 65,00 | 8,45 | 73,45 |

| | | | ΟΠΩΝ. | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|-----|-------|-----------|----------------|---|-----|------|------|------|
| 73 | 70299 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ Μ.Χ. CH8 | <p>Να είναι κατασκευασμένοι από πολυουρεθάνη ημίσκληρης σύστασης, ώστε να μην συμπίπτει το τοίχωμά τους κατά την αναρρόφηση</p> <p>Να είναι ακτινοσκοπικοί</p> <p>Να διατίθενται σε διαμέτρους από 8-14FR</p> <p>Να φέρουν 2 τουλάχιστον πλάγιες οπές</p> <p>Να προσφέρονται σε απλούς ή και αυτολιπαινόμενους</p> | TEM | 0,179 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 5 | 13% | 0,90 | 0,12 | 1,01 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--------------------------------------|--|-----|-------|-----------|----------------|-----|-----|--------|-------|--------|
| | | | <p>Να είναι κατασκευασμένοι από πολυουρεθάνη ημίσκληρης σύστασης, ώστε να μην συμπίπτει το τοίχωμά τους κατά την αναρρόφηση</p> <p>Να είναι ακτινοσκοπικοί</p> <p>Να διατίθενται σε διαμέτρους από 8-14FR</p> <p>Να φέρουν 2 τουλάχιστον πλάγιες οπές</p> <p>Να προσφέρονται σε απλούς ή και αυτολιπαινόμενους</p> | | | | | | | | | |
| 74 | 70300 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ Μ.Χ. CH14 | | TEM | 0,172 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 80 | 13% | 13,76 | 1,79 | 15,55 |
| 75 | 70360 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ CH30 | <p>Να είναι κατασκευασμένοι από εύκαμπτο υλικό, αλλά να μην επιτρέπει να συμπίπτουν τα τοιχώματά του. Το άκρο να είναι ευθύ, κλειστό, στρογγυλεμένο και ατραυματικό. Το μήκος του να είναι 40εκ., να διαθέτει ευρείες πλευρικές οπές. Να διατίθεται σε όλα τα μεγέθη από 8-32Fr και σε</p> | TEM | 0,134 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 850 | 13% | 113,90 | 14,81 | 128,71 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|--|-----|-----|---------------|----------------|----|-----|---------|--------|---------|
| | | | ατομική συσκευασία. | | | | | | | | | |
| 76 | 79621 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΦΑΓΙΤΙΔΙΚΟΣ (ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ) | Σετ μόνιμου υποκλείδιου/ σφαγιτιδικού εμφυτεύσιμου καθετήρα διπλού αυλού 13 FR έως 15 FR από σιλικόνη, πολυουρεθάνη, carbothane ή άλλο βιοσυμβατό υλικό για μακροχρόνια χρήση, ανθεκτικό στα αποστειρωτικά του σημεία εξόδου (ιωδιούχα, αλκοολούχα κλπ) με αποσχιζόμενους αυλούς τύπου split- tip (Ash split) και σε μήκη 14,20,24 εκατοστά για μακροχρόνια χρήση. Το σετ να περιλαμβάνει: 1. Ένα καθετήρα διπλού αποσχιζόμενου αυλού με άκρο V - TIP 2. Ένα νυστέρι με | TEM | 249 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 20 | 13% | 4980,00 | 647,40 | 5627,40 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | λαβή 3. Ένα τουλάχιστον συρμάτινο οδηγό τύπου J βαθμονομημένο 4. Ένα τουλάχιστον αυτοκόλλητο επίθεμα 5. Ένα αποσχιζόμενο αγγειακό θηκάρι 16 FR με διαστολέα 6. Μία βελόνη τροκάρ 7. Δυο πώματα πολλαπλών εγχύσεων 8. Μία βελόνα παρακέντησης λεπτών τοιχωμάτων 9. Ένα αγγειακό διαστολέα με ατραυματικό άκρο, 12FR έως 14FR. Το προϊόν να φέρει σήμανση CE. | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|---|------|-----------|------------|----|-----|--------|-------|--------|--|
| | | | Διάφανο συνθετικό nylon (polyether block amide), που παρέχει την βέλτιστη διαύγεια, αντοχή και αντίσταση στο τσάκισμα (kinking). Με κλειστό άκρο του καθετήρα. Διατίθενται με 3 πλάγιες, ασύμμετρες οπές, σε κοντινή απόσταση από το άκρο. Με ειδικά επεξεργασμένο, στρογγυλεμένο ατραυματικό άκρο που ελαχιστοποιεί τους τραυματισμούς κατά την εισαγωγή. Ο καθετήρας να είναι ιστοσυμβατός και να φέρει ειδική σήμανση στο άκρο. Να φέρει διαβάθμιση ανά 1cm για να διευκολύνει την ακριβή τοποθέτηση του καθετήρα. Όλοι οι καθετήρες φέρουν συνδετικό ασφαλείας Luer Lock, που δεν εμποδίζει την ροή των υγρών. Αποστειρωμένοι, μιας χρήσεως. Latex- | | | | | | | | | |
| 78 | 136926 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 20G | ΤΕΜ | 4,39 | Καθετήρες | 33141200-2 | 40 | 13% | 175,60 | 22,83 | 198,43 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | free. Να διατίθενται σε 16-18-20G. Με λειτουργικό μήκος ≈90cm και εξωτερική διάμετρο 0,8mm. | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--|--|-----|-------|---------------|----------------|----|-----|--------|-------|--------|
| 79 | 161889 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΣΦΑΓΙΤΙΔΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ 12F 17,5CM ΜΕ ΠΡΟΚΕΚΚΑΜΕΝΑ ΣΚΕΛΗ | Σετ προσωρινού υποκλείδιου / σφαγιτιδικού / μηριαίου καθετήρα διπλού 11,5 -14 FR. Εύκαμπτος και μαλακός καθετήρας από μαλακή θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη, με ειδικά σχεδιασμένη διάταξη αυλών για μεγάλη αιματική ροή και σχεδιασμένος ώστε να προσφέρει ασφάλεια και άνεση στον ασθενή. Ακτινοσκοπικός, κατάλληλος για αιμοκάθαρση, αιμοδιήθηση, πλάσμαφαίρεση, CVVH κλπ. Με ευθύ και προκεκαμμένο κορμό. Τα άκρα θα πρέπει να προσαρμόζονται σε όλους τους τύπους βελόνων (fistula), να έχουν μαλθακά τοιχώματα, εύκαμπτα, ατοξικά, βιοσυμβατά, να διαθέτουν Luer lock για ασφαλή και ταχεία σύνδεση με τις | TEM | 10,03 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 40 | 13% | 401,20 | 52,16 | 453,36 |
|----|--------|--|--|-----|-------|---------------|----------------|----|-----|--------|-------|--------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>γραμμές και να φέρουν κλιπς για διακοπή της αιματικής ροής. Να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ποσοστά επανακυκλοφορίας του αίματος <5%. Σε μήκη 15,20,& 24 εκατοστά με διάταξη αυλών ομόκεντρων ή side by side. Το σετ να περιλαμβάνει: 1. Ένα καθετήρα διπλού αυλού ως ανωτέρω 2. Μία βελόνα παρακέντησης λεπτών τοιχωμάτων G17, μήκους 7cm 3. Τουλάχιστον ένα αγγειακό διαστολέα με ατραυματικό άκρο 12 French 4. Ένα συρμάτινο οδηγό τύπου J, βαθμονομημένο κι ένα άκρο ευθύ, με σύστημα εύκολης προώθησης του σύρματος. 5. Ένα τουλάχιστον αυτοκόλλητο επίθεμα 6. Νυστέρι με λαβή 7. Δύο πώματα πολλαπλών</p> | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | εγχύσεων. Να είναι σε πλήρες σετ έτοιμο για τοποθέτηση, αποστειρωμένο, κατάλληλα τοποθετημένο σε συσκευασία με τη μια πλευρά από ειδικά αδιάβροχο χαρτί και από την άλλη από διαφανές ανθεκτικό πλαστικό (free pnc packaging). Το προϊόν να φέρει σήμανση CE. | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--|---|-----|----|---------------|----------------|----|-----|--------|-------|--------|
| 80 | 171145 | ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ 4.7 FR 22/26CM ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ | Να είναι ελαστικοί και εύκαμπτοι από πολυουρεθάνη ή σιλικόνη 100% . Να προσφέρονται σε μήκη από 20-30 cm και διαμέτρους (No 4.7, No 6, No7, No 8) Να είναι τυφλοί στο άνω νεφρικό άκρο τους Να φέρουν σε όλο το μήκος τους πλάγιες οπές Να φέρουν ακτινοσκοπικές ενδείξεις με διαβάθμιση ανά 1 cm. Να προσφέρονται με σύρμα οδηγό και προωθητή και με δυνατότητα άρθρωσης μεταξύ pig-tail και προωθητή τύπου luer lock .Να έχουν διάρκεια ζωής έξι τουλάχιστον μηνών | TEM | 48 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 10 | 13% | 480,00 | 62,40 | 542,40 |
|----|--------|--|---|-----|----|---------------|----------------|----|-----|--------|-------|--------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--|---|-----|------|---------------|----------------|----|-----|--------|-------|--------|
| 81 | 171146 | ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ 6 FR 22/26CM ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ | Να είναι ελαστικοί και εύκαμπτοι από πολυουρεθάνη ή σιλικόνη 100% . Να προσφέρονται σε μήκη από 20-30 cm και διαμέτρους (No 4.7, No 6, No7, No 8) Να είναι τυφλοί στο άνω νεφρικό άκρο τους Να φέρουν σε όλο το μήκος τους πλάγιες οπές Να φέρουν ακτινοσκοπικές ενδείξεις με διαβάθμιση ανά 1 cm. Να προσφέρονται με σύρμα οδηγό και προωθητή και με δυνατότητα άρθρωσης μεταξύ pig-tail και προωθητή τύπου luer lock .Να έχουν διάρκεια ζωής έξι τουλάχιστον μηνών | TEM | 51,8 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 10 | 13% | 518,00 | 67,34 | 585,34 |
|----|--------|--|---|-----|------|---------------|----------------|----|-----|--------|-------|--------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|---|-----|-------|---------------|----------------|-----|-----|---------|--------|---------|
| 82 | 174673 | ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΛΕΝΝΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ MUCUS ΕΝΗΛΙΚΩΝ 25ML | Η συσκευή να φέρει δύο σωλήνες αναρρόφησης από ιατρικού τύπου PVC, με τον ένα να έχει συνδετικό αναρρόφησης και να διαθέτει καπάκι κλεισίματος. | TEM | 0,685 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 500 | 24% | 342,50 | 82,20 | 424,70 |
| 83 | 175421 | ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ 7FR/G16/20CM | Το σετ του κεντρικού φλεβικού καθετήρες πρέπει να περιλαμβάνει: Καθετήρα από πολυουρεθάνη και το άκρο του να είναι ατραυματικό. Διαστολέα, Οδηγό σύρμα με διαβαθμίσεις και κατάλληλο μήκος, Βελόνα εισαγωγής, Καθετήρα με στερεωτικό και σφιγκτήρα, Να είναι κατάλληλοι για έσω σφαγίτιδα, υποκλείδιο και μηριαία φλέβα σε μήκη 20 cm, Να είναι μονού αυλού. Εύκολη απομάκρυνση του περιεχομένου από την συσκευασία. Να συνοδεύονται από | TEM | 8 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 150 | 13% | 1200,00 | 156,00 | 1356,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---------------------|--|-----|-----|-----------|----------------|---|-----|-------|------|-------|
| | | | δείγμα κατά προτίμηση ή τουλάχιστον από prospectus. | | | | | | | | | |
| 84 | 175423 | ΤΡΟΚΑΡ ΘΩΡΑΚΟΣ N 12 | <p>Να είναι από PVC, διαφανείς, ακτινοσκοπεύσιμα σε όλο το μήκος τους. Το άκρο τους να είναι ατραυματικό και στρογγυλεμένο. Να είναι εύκαμπτοι, να μην τσακίζουν και να είναι βαθμονομημένοι ανά δύο εκατοστά.</p> <p>Να φέρουν τροκάρ ανοξείδωτο, αιχμηρό, ατραυματικό και να έχουν πλευρικές σπείρες. Να φέρουν δακτύλιο στερέωσης σύνδεσης με συσκευή billaw. Να είναι ελεύθεροι DEHP</p> | TEM | 2,3 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 5 | 13% | 11,50 | 1,50 | 13,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---------------------|--|-----|------|---------------|----------------|----|-----|-------|------|-------|
| | | | και ελεύθεροι latex. Να είναι αποστειρωμένοι. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη α 8Fr - 10Fr μήκους 8cm για νεογνά - πρόωρα, β) 12 Fr, 14Fr και 18 Fr μήκους 15cm - 25cm για παιδιά και μικρόσωμους ασθενείς και γ) 20Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr και 32Fr μήκους 40cm για ενήλικες | | | | | | | | | |
| 85 | 175425 | ΤΡΟΚΑΡ ΘΩΡΑΚΟΣ N 30 | Να είναι από PVC, διαφανείς, ακτινοσκοπικοί σε όλο το μήκος τους. Το άκρο τους να είναι ατραυματικό και στρογγυλεμένο. Να είναι εύκαμπτοι, να μην τσακίζουν και να είναι βαθμονομημένοι ανά δύο εκατοστά. Να φέρουν τροκάρ ανοξειδωτο, αιχμηρό, ατραυματικό και να έχουν πλευρικές οπές. Να φέρουν δακτύλιο στερέωσης σύνδεσης με | TEM | 3,49 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 10 | 13% | 34,90 | 4,54 | 39,44 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--|---|-----|--------|-----------|----------------|-------|-----|--------|-------|--------|
| | | | <p>συσκευή billaw. Να είναι ελεύθεροι DEHP και ελεύθεροι latex.</p> <p>Να είναι αποστειρωμένοι. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη α 8Fr - 10Fr μήκους 8cm για νεογνά - πρόωρα, β) 12 Fr, 14Fr και 18 Fr μήκους 15cm - 25cm για παιδιά και μικρόσωμους ασθενείς και γ) 20Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr και 32Fr μήκους 40cm για ενήλικες</p> | | | | | | | | | |
| 86 | 175907 | <p>ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ</p> | <p>Πώματα φλεβοκαθετήρων πλαστικά σκληρά Luer lock βιδωτά, λευκά με περιφερικές ραβδώσεις, μιας χρήσης, αποστειρωμένα σε συσκευασία του ενός</p> | TEM | 0,0101 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 40000 | 13% | 404,00 | 52,52 | 456,52 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--|--|-----|-------|---------------|----------------|----|-----|---------|--------|---------|
| 87 | 187018 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΕΥΘΕΙΣ 12FX15CM | <ul style="list-style-type: none"> • Να είναι κατασκευασμένος από θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη για εξαιρετική αντοχή έναντι τσακισμάτων, ευκολία κατά την τοποθέτηση και διασφάλιση της μέγιστης άνεσης για τον ασθενή. • Να Δύνεται να τοποθετηθεί μέσω υποκλειδίου, σφαγίτιδας και μηριαίας φλέβας για χρήση κατά την αιμοκάθαρση, και πλασμαφαίρεση. • Να Παρέχει υψηλότετους ρυθμούς ροής καθιστώντας αποτελεσματική τη θεραπεία αιμοκάθαρσης του ασθενούς. • Να είναι ειδικά σχεδιασμένο μαλακό με αμβλύ άκρο για ευκολία κατά την τοποθέτηση και αποφυγή τραυματισμού του αγγείου. • Να είναι Με | TEM | 42,55 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 30 | 13% | 1276,50 | 165,95 | 1442,45 |
|----|--------|--|--|-----|-------|---------------|----------------|----|-----|---------|--------|---------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>δυνατότητα για γρήγορη και με ακρίβεια τοποθέτηση πάνω από το οδηγό σύρμα.</p> <ul style="list-style-type: none">• Να έχει μαλακό έξτρα οδηγό σύρμα με το κατάλληλο μήκος .• Να έχει περιστρεφόμενα πτερύγια στερέωσης με ράμματα του καθετήρα για επανατοποθέτηση του καθετήρα χωρίς την αφαίρεση των ραμμάτων.• Να συνοδεύεται από δείγμα κατά προτίμηση ή τουλάχιστον από προσπέκτους | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|--|-----|------|---------------|----------------|----|-----|--------|-------|--------|
| 88 | 201345 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 2 ΑΥΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΚΕΚΑΜΕΝΑ ΣΚΕΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ 17,5 ΕΚ | Σετ προσωρινού υποκλείδιου / σφαγιτιδικού / μηριαίου καθετήρα διπλού 11,5 -14 FR. Εύκαμπτος και μαλακός καθετήρας από μαλακή θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη, με ειδικά σχεδιασμένη διάταξη αυλών για μεγάλη αιματική ροή και σχεδιασμένος ώστε να προσφέρει ασφάλεια και άνεση στον ασθενή. Ακτινοσκοπικός, κατάλληλος για αιμοκάθαρση, αιμοδιήθηση, πλάσμαφαίρεση, CVVH κλπ. Με ευθύ και προκεκαμμένο κορμό. Τα άκρα θα πρέπει να προσαρμόζονται σε όλους τους τύπους βελόνων (fistula), να έχουν μαλθακά τοιχώματα, εύκαμπτα, ατοξικά, βιοσυμβατά, να διαθέτουν Luer lock για ασφαλή και ταχεία σύνδεση με τις | TEM | 17,1 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 10 | 13% | 171,00 | 22,23 | 193,23 |
|----|--------|---|--|-----|------|---------------|----------------|----|-----|--------|-------|--------|

γραμμές και να φέρουν κλιπς για διακοπή της αιματικής ροής. Να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ποσοστά επανακυκλοφορίας του αίματος <5%. Σε μήκη 15,20, & 24 εκατοστά με διάταξη αυλών ομόκεντρων ή side by side. Το σετ να περιλαμβάνει: 1. Ένα καθετήρα διπλού αυλού ως ανωτέρω 2. Μία βελόνα παρακέντησης λεπτών τοιχωμάτων G17, μήκους 7cm 3. Τουλάχιστον ένα αγγειακό διαστολέα με ατραυματικό άκρο 12 French 4. Ένα συρμάτινο οδηγό τύπου J, βαθμονομημένο κι ένα άκρο ευθύ, με σύστημα εύκολης προώθησης του σύρματος. 5. Ένα τουλάχιστον αυτοκόλλητο επίθεμα 6. Νυστέρι με λαβή 7. Δύο πώματα πολλαπλών

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | εγχύσεων. Να είναι σε πλήρες σετ έτοιμο για τοποθέτηση, αποστειρωμένο, κατάλληλα τοποθετημένο σε συσκευασία με τη μια πλευρά από ειδικά αδιάβροχο χαρτί και από την άλλη από διαφανές ανθεκτικό πλαστικό (free pnc packaging). Το προϊόν να φέρει σήμανση CE. | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--|---|-----|------|-----------|----------------|----|-----|-------|------|-------|
| 89 | 207817 | ΤΡΟΚΑΡ ΘΩΡΑΚΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ N32 ΜΕ ΜΗΚΟΣ 50-52CM | <p>Να είναι από PVC, διαφανείς, ακτινοσκοπικοί σε όλο το μήκος τους. Το άκρο τους να είναι ατραυματικό και στρογγυλεμένο. Να είναι εύκαμπτοι, να μην τσακίζουν και να είναι βαθμονομημένοι ανά δύο εκατοστά.</p> <p>Να φέρουν τροκάρ ανοξειδωτο, αιχμηρό, ατραυματικό και να έχουν πλευρικές οπές. Να φέρουν δακτύλιο στερέωσης σύνδεσης με συσκευή billaw. Να είναι ελεύθεροι DEHP και ελεύθεροι latex.</p> <p>Να είναι αποστειρωμένοι. Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη α 8Fr - 10Fr μήκους 8cm για νεογνά - πρόωρα, β) 12 Fr, 14Fr και 18 Fr μήκους 15cm - 25cm για παιδιά και μικρόσωμους ασθενείς και γ) 20Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr και 32Fr</p> | TEM | 3,48 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 20 | 13% | 69,60 | 9,05 | 78,65 |
|----|--------|--|---|-----|------|-----------|----------------|----|-----|-------|------|-------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|--|-----|-----|---------------|----------------|----|-----|----------|---------|----------|
| 90 | 225515 | ΚΑΘΗΤΡΕΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ FOGARTY 4F, 80CM | | TEM | 60 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 3 | 13% | 180,00 | 23,40 | 203,40 |
| 91 | 238442 | ΚΑΘΗΤΡΑΣ FOLEY DYFOUR 3W SOFTSIMPLASTIC 18CH | | TEM | 9,3 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 40 | 13% | 372,00 | 48,36 | 420,36 |
| 92 | 245067 | ΚΑΘΗΤΡΑΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΤΥΜΠΑΝΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | Εμφυτεύσιμο port μεσαίου profile τεχνικής Seldinger σε σετ που να περιέχει : Port υβριδικής τεχνολογίας Τιτανίου και POM (Πολυοξυμεθυλένιο) για ελαχιστοποίηση του βάρους έως 5gr και ύψους έως 10mm. Να είναι δυναμικής έγχυσης έως 325psi με μέγιστη ροή έγχυσης έως 5ml/sec, συμβατό με MRI και να διαθέτει οβάλ οπές συρραφής ατραυματικές. Καθετήρα σιλικόνης 8Fr μήκους 60cm με συνδεδεμένη συσκευή flush, ανοιχτού άκρου, ακτινοσκοπικό, βαθμονομημένο ανά εκατοστό, ΜΗ ΠΡΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ. | TEM | 239 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 50 | 13% | 11950,00 | 1553,50 | 13503,50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Δακτύλιο σύνδεσης ακτινοσκοπικό, συρμάτινο οδηγό, θηκάρι σχιστό εξερχόμενο, βελόνη φλεβοκέντησης 18Gx7cm, trocar για tunnel, βελόνη HUBER ευθεία 22G non coring, επιλογή φλεβός, σύριγγα. Να είναι Latex και DEHP Free μ.χ. αποστειρωμένο. | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---------------------------------------|--|-----|----|---------------|----------------|----|-----|--------|-------|--------|
| 93 | 247972 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΥΛΩΝ | Το σετ του κεντρικού φλεβικού καθετήρες πρέπει να περιλαμβάνει: Καθετήρα από πολυουρεθάνη και ανθεκτικό στην χορήγηση λίπους Διαστολέα Οδηγό σύρμα με διαβαθμίσεις και κατάλληλο μήκος Βελόνα εισαγωγής ατραυματική Καθετήρα με στερεωτικό και σφιγκτήρα Να είναι κατάλληλοι για έσω σφαγίτιδα, υποκλείδιο και μηριαία φλέβα σε μήκη 20 cm Να είναι 4 lumen Εύκολη απομάκρυνση του περιεχομένου από την συσκευασία Να συνοδεύεται από δείγμα κατά προτίμηση ή τουλάχιστον από προσπέκτους | TEM | 16 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 10 | 13% | 160,00 | 20,80 | 180,80 |
|----|--------|---------------------------------------|--|-----|----|---------------|----------------|----|-----|--------|-------|--------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--|---|-----|--------|-----------|------------|---|-----|--------|--------|--------|
| 94 | 259784 | ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΝΙΑ ΜΗΤΡΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΜΠΑΛΟΝΑΚΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | Να είναι ολοκληρωμένο σύστημα επιπωματισμού με μπαλόνι χωρητικότητας έως και 750ml. Να διαθέτει δεύτερο μπαλόνι για την υποστήριξη και προστασία του κόλπου, των πυελικών οστών και να προσδίδει μεγάλη σταθερότητα για καλύτερο έλεγχο. Να είναι κατασκευασμένο από "πολυουρεθάνη", υλικό το οποίο να προσαρμόζεται τέλεια με την ανατομία της μήτρας για την επίτευξη υψηλότερου επιπωματισμού. Να διαθέτει δικλείδα ασφαλείας "irrigation port" για την αποτροπή εσφαλμένης απόφασης και για την ρεαλιστική εκτίμηση της αιμοραγίας. | TEM | 275,16 | Καθετήρες | 33141200-2 | 2 | 24% | 550,32 | 132,08 | 682,40 |
|----|--------|--|---|-----|--------|-----------|------------|---|-----|--------|--------|--------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--|--|-----|-----|---------------|----------------|---|-----|--------|--------|---------|
| 95 | 270493 | ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΛΙΘΩΝ DORMIABASKET | Καθετήρας-Καλάθι αφαίρεσης ουρητηρικών λίθων, διαμέτρου απο 1,9 fr έως 2.4fr, μήκους εργασίας απο 115 - 120 cm, από ακτινοσκοιρό Teflon, με ατραυματικό άκρο tipless για την αποφυγή τραυματισμού ή διάτρησης του ιστού κατά την σύλληψη του λίθου με καλάθι κωνικό, 4 συρμάτων. Διάμετρος basket 12mm και 16mm. Σύρμα από Nitinol με μνήμη για επαναφορά στο αρχικό σχήμα του. Να διαθέτει αποσπώμενη χειρολαβή για χειρισμό ενός χεριού. αποστειρωμένο , μιας χρήσης. | TEM | 185 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 5 | 13% | 925,00 | 120,25 | 1045,25 |
|----|--------|--|--|-----|-----|---------------|----------------|---|-----|--------|--------|---------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---------------------|---|-----|-------|-----------|----------------|----|-----|--------|-------|--------|
| | | | Καθετήρες ομφαλικοί μονού αυλού. Να είναι PUR, για μεγαλύτερη παραμονή στο αγγείο, ακτινοσκοπεύσιμοι, ατραυματικοί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από τα 4 - 25cm, με ανοικτό και στρογγυλεμένο άκρο ώστε να μην τραυματίζουν τα αγγεία. Να προσφερθούν σε μέγεθος: 3,5 Fr, μήκους 40εκ.. Ο κάθε καθετήρας να συνοδεύεται από μικρή στρόφιγγα 2- way stop-clock luer lock με διακριτικά (κόκκινο για αρτηριακή χρήση μπλε για φλεβική χρήση). Να είναι Latex free και Dehp free, μ.χ. αποστειρωμένοι | | | | | | | | | |
| 96 | 272846 | ΟΜΦΑΛΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ | Καθετήρες ομφαλικοί μονού αυλού. Να είναι PUR, για μεγαλύτερη παραμονή στο αγγείο, ακτινοσκοπεύσιμοι, ατραυματικοί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από τα 4 - 25cm, με ανοικτό και στρογγυλεμένο άκρο ώστε να μην τραυματίζουν τα αγγεία. Να προσφερθούν σε μέγεθος: 3,5 Fr, μήκους 40εκ.. Ο κάθε καθετήρας να συνοδεύεται από μικρή στρόφιγγα 2- way stop-clock luer lock με διακριτικά (κόκκινο για αρτηριακή χρήση μπλε για φλεβική χρήση). Να είναι Latex free και Dehp free, μ.χ. αποστειρωμένοι | TEM | 20,52 | Καθετήρες | 3314120 0-2 | 20 | 13% | 410,40 | 53,35 | 463,75 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|--|-----|-----|---------------|----------------|-----|-----|----------|---------|----------|
| | | | <p>ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ</p> <p>Να τοποθετείται με τεχνική Seldinger και να διαθέτει:</p> <p>> Καθετήρα από πολυουρεθάνη με ενσωματωμένη προέκταση 4 εκ. με σφικτήρα</p> <p>> Οδηγό σύρμα με κατάλληλο μήκος (να είναι 2,5 μέχρι 3 φορές μεγαλύτερο του μήκους του καθετήρα)</p> <p>> Βελόνη με μέγεθος ίδιο με το μέγεθος του καθετήρα</p> <p>> Να έχει μήκος από 5 μέχρι και 8 cm περίπου</p> <p>> Να είναι αποστειρωμένοι και να διατίθεται σε 18 - 20GA. Να συνοδεύεται από δείγμα κατά προτίμηση ή τουλάχιστον από προσπέκτους</p> | | | | | | | | | |
| 97 | 228640 | <p>ΣΕΤ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ SHELDIGER-CATH ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 18-20 G 4F ΜΗΚΟΣ 4-8 CM</p> | | TEM | 7,9 | Καθετήρε ς | 3314120 0-2 | 320 | 13% | 2528,00 | 328,64 | 2856,64 |
| | | | | | | | | | | 58711,37 | 8004,40 | 66715,77 |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| α/α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|-----|--|----------|----------|-----------|
| | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | | |
| | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | | | |
| 1 | | ΝΑΙ | | |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο. Για τις απαιτήσεις που αφορούν είδη που δεν προσφέρει ένας οικονομικός φορέας, θα αναγράφεται στις στήλες ΑΠΑΝΤΗΣΗ και ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ «Δεν προσφέρεται το είδος»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα⁶ και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

- Ονομασία: [Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΔΥΝΑΚΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221888]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΚΝΩΣΟΥ 2-4 / ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ - 72100]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Σταθάκη Δήμητρα
- Τηλέφωνο: 2841343171
- Ηλ. ταχυδρομείο: dstathaki@agnhosp.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.agnhosp.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): Καθετήρες 33141200-2
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [.....]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

⁶ Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

A: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

| Στοιχεία αναγνώρισης: | Απάντηση: |
|---|--|
| Πλήρης Επωνυμία: | [] |
| Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει | [] |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | [.....] |
| Αρμόδιος ή αρμόδιοι ⁷ : | [.....] |
| Τηλέφωνο: | [.....] |
| Ηλ. ταχυδρομείο: | [.....] |
| Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): | [.....] |
| Γενικές πληροφορίες: | Απάντηση: |
| Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση ⁸ ; | |
| Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); | <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> Άνευ αντικειμένου |

⁷ Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

⁸ Βλέπε *σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36)*. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

| | |
|--|---|
| <p>Εάν ναι: Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.</p> <p>α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:</p> <p>β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</p> <p>γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο⁹:</p> <p>δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;</p> <p>Εάν όχι: <u>Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:</u></p> <p>ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;</p> <p>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</p> | <p>α) [.....]</p> <p>β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[.....][.....][.....][.....]</p> <p>γ) [.....]</p> <p>δ) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ε) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....][.....]</p> |
| <p>Τρόπος συμμετοχής:</p> | <p>Απάντηση:</p> |
| <p>Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους¹⁰;</p> | <p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> |
| <p>Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.</p> | |
| <p>Εάν ναι: α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα ...): β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:</p> | <p>α) [.....]</p> <p>β) [.....]</p> |

⁹ Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

¹⁰ Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

| | |
|--|------------------|
| γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. | γ) [.....] |
| Τμήματα | Απάντηση: |
| Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. | [] |

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

| Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: | Απάντηση: |
|--|------------------|
| Ονοματεπώνυμο | [.....] |
| συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: | [.....] |
| Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα | [.....] |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | [.....] |
| Τηλέφωνο: | [.....] |
| Ηλ. ταχυδρομείο: | [.....] |
| Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό ...): | [.....] |

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ¹¹

| Στήριξη: | Απάντηση: |
|--|---|
| Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; | <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι |

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις **ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III, για κάθε ένα** από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

¹¹ Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 "Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α' ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες."

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

| Υπεργολαβική ανάθεση : | Απάντηση: |
|---|---|
| Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; | <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν: [...] |

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

A: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες¹²

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση**¹³.
2. **δωροδοκία**^{14,15}.
3. **απάτη**¹⁶.
4. **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες**¹⁷.
5. **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**¹⁸.
6. **παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων**¹⁹.

| Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: | Απάντηση: |
|--|---|
| Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου ²⁰ το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή | <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι |

¹² Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

¹³ Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

¹⁴ Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως "διαφθορά".

¹⁵ Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο **ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α)**, «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ'αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

¹⁶ Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων.

¹⁷ Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

¹⁸ Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (**ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15**) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις".

¹⁹ Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α) "Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις".

²⁰ Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)

| | |
|---|---|
| <p>εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;</p> | <p><i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....][.....]²¹</p> |
| <p>Εάν ναι, αναφέρετε²²: α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί []· γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:</p> | <p>α) Ημερομηνία:[], σημείο(-α): [], λόγος(-οι):[] β) [.....] γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [.....] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [] <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....][.....]²³</p> |
| <p>Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)²⁴;</p> | <p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> |
| <p>Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν²⁵:</p> | <p>[.....]</p> |

²¹ Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

²² Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

²³ Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

²⁴ Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

²⁵ Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ' εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

| | | |
|--|---|---|
| Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: | Απάντηση: | |
| 1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ²⁶ , στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; | [] Ναι [] Όχι | |
| Εάν όχι αναφέρετε: α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; - Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; - Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης - Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ; ²⁷ | ΦΟΡΟΙ | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ |
| | α)[.....]. β)[.....] γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι -[.....]. -[.....]. γ.2)[.....]. δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [.....] | α)[.....]. β)[.....] γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι -[.....]. -[.....]. γ.2)[.....]. δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [.....] |
| Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): ²⁸ [.....]/[.....]/[.....] | |

²⁶ Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

²⁷ Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ' εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

²⁸ Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

| | |
|---|---|
| Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα | Απάντηση: |
| Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του , αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου ²⁹ ; | <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν ναι , ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν το έχει πράξει , περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....] |
| Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις ³⁰ : α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου Εάν ναι: - Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις ³¹ Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι -[.....] -[.....] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....] |

²⁹ Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

³⁰ . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

³¹ Άρθρο 73 παρ. 5.

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα • ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV:

| Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής | Απάντηση |
|--|---|
| Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; | <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι |
| 10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας ¹ το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: | [.....] |
| | |

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται³², εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν³³.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος I, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [.....]

³² Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

³³ Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ

| α/α | Κωδικός υλικού ή OR-CO | Περιγραφή υλικού | Κατασκευαστής | Ref. number κατασκευαστή | Προσφερόμενη Τιμή μονάδας προ ΦΠΑ (αριθμητικώς) | Προσφερόμενη Τιμή μονάδας προ ΦΠΑ (ολογράφως) | Ποσότητα | Κωδικός παρατηρητηρίου | Τιμή Παρατηρητηρίου | Συντελεστής Φ.Π.Α. | Αξία προ ΦΠΑ | Αξία συμ/ν/ου ΦΠΑ |
|-----|------------------------|------------------|---------------|--------------------------|---|---|----------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | | |

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : **ημέρες**

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος :.....

Ημερομηνία (Υπογραφή - Σφραγίδα)

ΟΔΗΓΙΕΣ (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς)

1. Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους οικονομικούς φορείς. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι μια και μοναδική. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι τέσσερα (4) δεκαδικά ψηφία.
2. Στην έντυπη οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά και η τιμή και ο κωδικός του υλικού, αν υπάρχει, στο τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών. Εάν δεν υπάρχει το είδος στο Παρατηρητήριο Τιμών, ο προμηθευτής θα το δηλώνει στην οικονομική του προσφορά.
3. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας Νομοθεσίας.
5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.
6. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός της προθεσμίας που τάσσεται από την σχετική πρόσκληση. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προσφέροντα.
7. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Αρχή.
8. Θα πρέπει να αναγράφεται ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς με έναρξη από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από τον ζητούμενο στο άρθρο 9 της διακήρυξης, δηλαδή από τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

| | |
|--|--|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ. | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) | |
| ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ | |
| ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.Μ.Π.Α. | |
| ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV | |
| ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Κωδικός NUTS: GR432) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ κλπ |

Στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου σήμερα την του μηνός, οι υπογράφωντες το παρόν, από το ένα μέρος, το Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, με την επωνυμία «Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», Κνωσσού 2-4, Άγιος Νικόλαος, Τ.Κ.72100, τηλ. 28413-43000, fax 28410-83327, E-mail:....., Α.Φ.Μ 999070198, Δ.Ο.Υ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή Εμμανουήλ Ανδρεαδάκη και από το άλλο μέρος η Εταιρεία δ/ση τηλ..... φαξ , ΑΦΜ, ΔΟΥ , που εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής βάσει του ο οποίος νομίμως παρίσταται με το δικαίωμα κατάρτισης και υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν την δια του παρόντος, καταρτιζόμενη μεταξύ αυτών σύμβαση, για την προμήθεια (CPV), που κατακυρώθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. των διασυνδεδεμένων Γ.Ν. Λασιθίου & Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο».

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του με αρ. /2020 Διακήρυξης Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού που διενεργήθηκε από την Οργανική Μονάδα Έδρας (Άγιος Νικόλαος) του Γ.Ν. Λασιθίου-Γ.Ν-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο».

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια μέρους των ειδών του παραπάνω διαγωνισμού στον δεύτερο ονομαζόμενο στο εξής «Ανάδοχος»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ο οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο στην παρούσα σύμβαση πίνακα, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, τους οποίους, η Εταιρεία όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δηλώνει και συνομολογεί, πως γνώρισε (τους όρους αυτούς) και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και οι οποίοι όροι, κατά την προς τούτο, ρητή δήλωση των συμβαλλομένων μερών, θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση αυτών θα επιφέρει τις κατά νόμων οριζόμενες συνέπειες, σε βάρος του παραβάτη. Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από:

- Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".
 - Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 - Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
 - Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
 - Τον Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...».
 - Τον Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
 - Τον Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
 - Τον Ν. 3580/2007 (Α' 134) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
 - Ν.3329/2005 (Α'81) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
 - Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
 - Τον Ν.2955/01 (Α'256) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
 - Το Π.Δ. 80/2016 (Α'145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 - Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
 - Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α' 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β' 3698).
 - Την κατευθυντήρια οδηγία 15 (Απόφαση 161/2016) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα Οδηγίες συμπλήρωσης για το «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016(Α' 147)»
 - Την με αρ. 57654/2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»
 - Τις με αριθμ. αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής περί
 - Τις με αριθμ. αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:)
 - Την υπ' αρ. απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
- Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η εκτέλεση της σύμβασης, σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος:

1. Το συμφωνητικό.
2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της
3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή

4. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 1

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΙΜΕΣ

Στην παρούσα επισυνάπτεται πίνακας των κατακυρωθέντων ειδών, για τα οποία η εταιρεία αναδείχθηκε προμηθευτής, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους τύπους και τα λοιπά στοιχεία του είδους καθώς και την τιμή μονάδας, σύμφωνα με την διακήρυξη και την προσφορά του προμηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Σε περίπτωση που τα αρμόδια Υπουργεία, ή η Νομαρχία, ή η Υ.Π.Ε., ή η ΕΠΥ, ή άλλος χορηγήσει είδη στο Νοσοκομείο (από σύμβαση, δωρεά ή αποθέματα) που καλύπτουν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του προμηθευτή μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών.

Οι κρατήσεις που αναλογούν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω τιμές.

ΑΡΘΡΟ 2

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

2.1 Τα υλικά θα παραδίδονται από τον προμηθευτή, εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την λήψη της παραγγελίας. Η παράδοση θα γίνεται εργάσιμες ημέρες από 8:00 – 13:00.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

2.2 Τα υλικά παραλαμβάνονται τμηματικά, ανάλογα με τις παραγγελίες των ενδιαφερόμενων νοσοκομείων με την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής. Την παραλαβή των υλικών σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης παρακολουθεί και εποπτεύει αρμόδια επιτροπή που συγκροτείται κατά το άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, η οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της.

Η Επιτροπή, εάν δεν διατυπώσει ελλείψεις ή παραλείψεις κατά την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής. Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι τα υλικά δεν ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής όπου αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206, 208 και 209 του Ν.4412/2016.

2.3 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.

β) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και

γ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

2.4 Ο τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι οι αποθήκες των Νοσοκομείων:

- Οργανική Μονάδα Έδρας του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»- Κνωσού 2-4, Άγιος Νικόλαος, Τ.Κ. 72100

ΑΡΘΡΟ 3

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3.1 Η παρούσα Σύμβαση θα έχει διάρκεια ήτοι από έως

Δύνανται να δοθεί παράταση έως μήνες με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου για προς την απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

3.2 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

3.3 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

4.1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και στην παρούσα σύμβαση. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπική εξέταση.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ' έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ' έφεση εξέτασης.

4.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την παράδοσή τους στις αποθήκες του Νοσοκομείου.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

ΑΡΘΡΟ 5

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

5.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

5.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

5.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ

6.1 Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου (από τον ΚΑΕ του προϋπολογισμού του).

6.2 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική παραλαβή των υλικών από την αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση των παραστατικών του αναδόχου είναι :

- α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208.
- β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
- γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν.
- δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
- ε) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης.

6.3 Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις :

- Κράτηση 2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων (αρ. 3 παρ. ββ εδ. ε΄ του Ν. 3580/2007, μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24)
- Κράτηση ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το έβδομο εδάφιο της παρ. 3 του αρ. 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204), επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου
- Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. σύμφωνα με το αρ. 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016. Η κράτηση αυτή υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.
- Παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των αγαθών, (άρθρο 64 Ν. 4172/2013)

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

6.4 Η τιμολόγηση θα γίνεται στα κάτωθι στοιχεία:

Οργανική Μονάδα Έδρας του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»- Κνωσού 2-4, Άγιος Νικόλαος, Τ.Κ. 72100, ΑΦΜ 999070198, Δ.Ο.Υ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»- Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3 Ξεροκαμάρες, Σητεία Τ.Κ. 723 00 , ΑΦΜ 999070198, Δ.Ο.Υ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»- Καλημεράκη 6, Ιεράπετρα, Τ.Κ. 72200, ΑΦΜ 999070198, Δ.Ο.Υ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», Γ. Διαλυνά 2, Νεάπολη Τ.Κ. 72400, ΑΦΜ 800240765, Δ.Ο.Υ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΡΘΡΟ 7

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την προμήθεια των ειδών, σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ. / 2018 Διακήρυξης και την προσφορά του αναδόχου τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

8.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.

Ο Οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση όταν: α) η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί την σύμβαση, β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

8.2 Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.

8.3 Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

8.4 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει του παρόντος άρθρου, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας σύμφωνα με το αρ. 205 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση των ορών της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της τράπεζας Ευρώ ## αριθ. εγγυητικής επιστολής ισχύος μέχρι

Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (εδ. 3 της παρ.1.β του άρθρου 72 του Ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 10

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001.

Για όλα τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την ανάθεση η οποία πραγματοποιείται με την σύμβαση αυτή, ισχύουν οι όροι της με αρ./2020 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού, η οικονομικοτεχνική προσφορά του αναδόχου, ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π γίνεται και αποδειχνεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης.

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Νομού Λασιθίου.

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ,υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε πρωτότυπα.

..... από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκαν στο αρμόδιο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της Αναθέτουσας Αρχής και το έλαβε ο προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα¹).....

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)².....

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ποσού ευρώ³.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαίρεσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των

ευρώ.....⁴

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), ΑΦΜ:

(διεύθυνση), ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

..... ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

β) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

γ) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση) (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της
ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους
ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..⁵ / της υπ αριθ σύμβασης **“(τίτλος σύμβασης)”**, σύμφωνα με την

(αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος⁶

..... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε

ημέρες⁷ από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης⁸)

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

4 Όπως υποσημείωση 3.

5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική
σύμβαση.

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.

7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

8 Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να
παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.

ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε⁹.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

¹ Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

⁹ Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.